



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
Settore Appalti e Forniture  
Tel. 091.7808363 Fax. 091.7808394

Palermo li 27/07/2017

Prot. 6123/pr

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI CASCHETTI PER ILLUMINAZIONE CAMPO OPERATORIO PER L'U.O.C. DI ODONTOSTOMATOLOGIA**

**A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto di CASCHETTI PER ILLUMINAZIONE CAMPO OPERARTORIO come di seguito specificato per un importo presunto di € 28.500,00, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

N. 7 Caschetti per illuminazione chirurgica avente le seguenti caratteristiche:

- Sorgente con emissione a LED, soglia di intensità luminosa non inferiore a 250.000 lux, con spot luminoso regolabile e idoneo per chirurgia del cavo orale, con ampia autonomia e accumulatore di cavi.

- Spot luminoso: prisma in vetro ultra chiaro acromatico, regolabile in ampiezza con variazione del diametro, ponderale, rispetto alla distanza di lavoro orientabile a 360° gradi su infinite posizioni.

- Autonomia sorgente Led non inferiore a 45.000 ore circa.

- Alimentazione a mezzo di accumulatori ricaricabili a base di litio e polimeri, posti sul supporto cinghi testa, innesto per ricarica da porte USB integrato.

- Autonomia di lavoro non inferiore a 6,5 ore circa.

- Supporto cinghi testa regolabile con inserti di schiuma espansa rivestita anti sudorazione.

- Peso no superiore a 311 grammi circa

- Predisposto per il montaggio di Loupe chirurgiche di magnificazione.

Ogniuno completo di:

- Valigetta trasporto anti urto

- Lente di ingrandimento 2D

- Lente di ingrandimento 3D

- Caricatore da tavolo per accumulatori a 4 posti con spie luminose per il monitoraggio stato di carica, attesa, batteria in carica
- Accumulatori ricaricabili a base di litio e polimeri con wafer di contatto laterali
- N. 7 loupe con lenti galileane potere di magnificazione 2,5x circa, distanza di lavoro 420mm circa, campo visivo 120 mm circa, profondità di campo 127 mm circa, montatura leggera ed ergonomica con possibilità di ribaltamento delle lenti.

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 18/08/2017 a mezzo mail all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it).

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

**Il Responsabile del Settore**  
**F.to Dott.ssa Lupo Antonina**