



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Settore Appalti e Forniture
Tel. 091.7808363 Fax. 091.7808394

Palermo li 27/07/2017

Prot. 6122/pr

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN LASER CHIRURGICO CO2 E FIBRE FLESSIBILI

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto di LASER CHIRURGICO CO2 e materiale di consumo come di seguito specificato per un importo presunto di € 199.825,00 (Laser e materiale di consumo), si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

- Lase Chirurgico CO2, lunghezza d'onda 10600 nm, potenza 40W min;
- Emissione raggio laser CO2 sia attraverso braccio articolato sia attraverso fibra flessibile con diametro da 1 mm e lunghezza 2 metri, riparabile e riutilizzabile fino a 50 procedure e fibre microlase da 0,4 mm riutilizzabili 25 volte;
- Struttura compatta con magazzino per la protezione del braccio durante la movimentazione;
- Modalità continua pulsata e super pulsata;
- Integrato con un sistema automatizzato e robotizzato per un alto livello di rapidità e precisione nei trattamenti;
- Software che evidenzia le varie procedure chirurgiche per la singola procedura suggerisce i parametri ottimali, anche con video dimostrativi;
- Selezione delle specialità e dell'applicazione mediante ampio schermo touch screen da 10,4 pollici, risoluzione 1024x768 con video informazioni guidate per assemblaggio e supporto al trattamento;
- Micromanipolatore a specchi parabolici con distanza focale variabile da 200 mm a 400 mm, categoricamente a lunga profondità di fuoco 6 mm circa;

- Possibilità di rotazione delle incisioni sia lineari che curve senza che l'operatore lasci il joystick;
- Compatibilità con il Sistema Robotico Da Vinci;
- Sonda guida per l'accesso robotico della fibra flessibile. Lunghezza 80 cm, Ø esterno 5 mm, 295µm in punta, sterile, monouso.

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 18/08/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Lupo Antonina