



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Settore Appalti e Forniture
Tel. 091.7808384 Fax. 091.7808394

Palermo li 03.08.2017 prot. 6334/Pr

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO LASER PER IL THIGHTENING VAGINALE E SONDE MONOPAZIENTE COMPATIBILI CON IL SISTEMA

DITTE VARIE

Dovendo questa amministrazione procedere all'acquisto dell'apparecchiatura come di seguito specificato, per un importo complessivo di € 118.000,00 si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura di gara.

Si prega di indicare:

se si dispone di quanto di seguito elencato nelle condizioni descritte:

LOTTO 1

SISTEMA LASER CO2 con le seguenti caratteristiche:

-fascio laser pixelato, in grado di generare una griglia 9x9 formata da 81 pixel che distribuiti in 81 microcolonne di calore crea un effetto termico unico capace di penetrare nella sottomucosa inducendo alla rigenerazione del collagene; il tessuto circostante in pixel deve mantenersi intatto in modo da permettere una guarigione più veloce ed indolore;

-compatibilità con sonda monopaziente in grado di ruotare di 360°, coprendo in tal modo l'intera parete vaginale e garantendo sicurezza ed igiene.

PER UN IMPORTO PRESUNTO DI €75.000,00

SONDA MONOPAZIENTE

pz 200 di sonde vaginali monopaziente, non monouso, con rotazione a 360°, disponibili nelle configurazioni manipolo con cover e compatibile con sistema laser CO2.

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI €43.000,00

Qualora ciascun operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste a quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico, voglia cortesemente segnalare accompagnando se del caso discrasie riscontrate da motivate considerazioni.

Si invita altresì a produrre, ove sussistano i presupposti dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione appaltante assumerà in merito.

Ciò per consentire a questa amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 14.08 2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it e a.raccuglia@villasofia.it.

La presente solo al fine di condurre indagine di mercato.

**Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina**