



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li

06 OTT 2017

Prot.

7893/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 1 EMOGAS ANALIZZATORE E N. 1 APPARECCHIO PER LA VENTILAZIONE NON INVASIVA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di n. 1 emogas analizzatore portatile e n. 1 Apparecchio per la ventilazione non invasiva, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Emogasanalizzatore portatile con le seguenti caratteristiche:

analizzatore portatile di gas ematici ed elettroliti con stampante incorporata e monitor a colori touch screen per monitoraggio dei gas ematici in situazioni di emergenza, sia dell'adulto che del bambino, nonché delle patologie correlate

Parametri misurati richiesti Pco₂, Po₂, pH, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cr, So₂ e tHb Glucosio, inoltre deve essere in grado di calcolare i seguenti parametri HCO₃, BE_{ecf}, BB, ctCO₂, st HCO₃, 9t .pH, \$O₂, O₂ct, Hct, cH⁺, A002, AgnC⁺⁺, P50

Funzionamento sia a batterie che con rete elettrica con barometro automatico incorporato
Scadenza a lungo termine delle cassette monouso necessarie per eseguire l'esame aspirazione automatica del sangue.

Materiale di consumo: cassette per determinazione emogas, siringhe monouso, bombole per emogas

N1 Ventilatore polmonare finalizzato a generare un flusso aereo a due livelli. di pressione positiva, inspiratoria ed espiratoria regolabili separatamente, con trigger a flusso, con connessione alle vie aeree mediante maschera nasale o facciale, definiti con la sigla, secondo la nomenclatura internazionale, ventilatori per Bi Level PAP e CPAP.

Si riterranno idonee le apparecchiature. con le seguenti caratteristiche:

adeguato sistema di compensazione delle perdite aeree
adeguato sistema di trigger inspiratorio ed espiratorio a flusso dotazione di contatore orario di utilizzo
possibilità di erogare un livello di pressione inspiratoria, pari ad almeno 25 cm H₂O
il livello di rumorosità ammesso non dovrà essere superiore a 30decibel quando erogata una pressione
di 10 cm H₂O

Si prega di indicare


1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 25/10/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all'indirizzo mail: a.campagna@villasofia.it.

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.


**Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina**