



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808384 Fax. 091.7808394

Palermo li 25/10/2017

Prot. 8524/PR

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE PER L'U.O.C. DI CHIRURGIA TORACICA.**

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto annuale di Materiale per l'U.O.C. di Chirurgia Toracica, come di seguito specificato, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara:

➤ **LOTTO N. 1 - TUBI ENDOTRACHEO-BRONCHIALI A DOPPIO LUME CON TELECAMERA INTEGRATA.**

**N. 30 pz. di Tubi endotracheo-bronchiali a doppio lume con telecamera integrata per l'espletamento di interventi chirurgici di Chirurgia Toracica. Il sistema per intubazione selettiva con telecamera integrata è indispensabile per il monitoraggio continuo del corretto posizionamento del tubo durante le procedure di intubazione e di ventilazione. Tale sistema evita l'utilizzo continuo del broncoscopio per verificare il corretto posizionamento del tubo. La visione continua della trachea e dei bronchi destro e sinistro consente una verifica e un monitoraggio durante tutto l'intervento chirurgico, facilitando l'intubazione anche in casi difficili. Il tubo endobronchiale doppio lume dovrà essere disponibile nelle misure 35, 37, 39, 41 Fr SX, lunghezza del tubo circa 33 cm, canale di**

aspirazione e lavaggio integrato nel lume. L'impresa aggiudicataria dovrà fornire in uso gratuito un monitor comprensivo di accessori per l'intera durata del contratto.

➤ **LOTTO N. 2 – PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA PER CHIRURGIA TORACICA.**

N. 100 pz. di Dispositivi con funzione di protezione e divaricazione della ferita eseguita per interventi di chirurgia toracica video-assistita. I suddetti dispositivi consentono al chirurgo di evitare la divaricazione costale con strumenti responsabili di maggior trauma, incremento del dolore post-operatorio ed allungamento della degenza. Inoltre i dispositivi in oggetto garantiscono anche una maggiore protezione contro la contaminazione della ferita chirurgica durante l'intervento. Le caratteristiche dei presidi richiesti sono le seguenti: devono essere costituiti da una guaina in morbida plastica impermeabile e resistente ed un anello ad entrambe le estremità, di cui uno di retrazione rigido ed un altro di posizionamento più morbido. Inoltre, i 100 dispositivi richiesti devono essere suddivisi in 50 misura piccola (small) e 50 misura media o medio-grande (medium o medium/large).

**QUESTA STAZIONE APPALTANTE VALUTERÀ EVENTUALI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE A PRODOTTI SIMILARI E/O EQUIVALENTI A QUELLI RICHIESTI.**

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

4. Prezzi unitari indicativi.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 09/11/2017 a mezzo e-mail all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it) e all'indirizzo e-mail [massimo.sanfilippo@villasofia.it](mailto:massimo.sanfilippo@villasofia.it). Si precisa che il mancato invio delle

segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

**Il Direttore dell'U.O.C.  
Provveditorato  
F.to Dott.ssa Antonina Lupo**