



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808749 - Fax. 091.7808394

Palermo li 30/10/2017

Prot. 8621/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA ANNUALE DI REAGENTI PER IL DOSAGGIO DELL'EPCIDINA-25 ORRENTE ALLA U.O.C. DI EMATOLOGIA II.

### **A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto di kit per il dosaggio dell'epcidina-25, occorrenti alla U.O.C. di Ematologia II come di seguito specificato, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara:

#### **KIT PER IL DOSAGGIO DELL'EPCIDINA-25**

##### **Il kit deve avere le seguenti caratteristiche:**

Tutti i reagenti di questo kit che contengono siero o plasma umano devono essere testati e confermati negativi per l'HIV I/II, HBsAg e HCV con FDA che ha approvato le procedure.

##### **Reagenti che devono essere presenti nel kit:**

1. Pozzetti di micro titolazione, 12 x 8 (separatamente staccabili), 96 pozzetti, pozzetti rivestiti con anticorpo anti-epcidina-25(monoclonale);
2. Standard /Standard 0 – 5), 6 flacono (liofilizzato);  
Concentrazioni: 0 – 2 -6,5-25-45-80 ng/ML;  
Conversione: 1ng/mL = 0,358 nmol/L. Con conservant non mercuriali;
3. Controllo Basso e Alto, 2 fiale, (liofilizzata), con conservanti non mercuriali;
4. Tampone, 1 flacone, almeno 14 ML, pronto all'uso, con conservanti non mercuriali;
5. Coniugato enzimatico, 1 flacone, almeno 7 mL, pronto all'uso, Epcidina-25 coniugato con biotina; con conservanti non mercuriali;
6. Enzyme Complex, 1 flacone, almeno 14 ml, pronto all'uso, Streptaviduna coniugato a HRP, con conservanti non mercuriali;
7. Soluzione di substrato, 1 flacone, almeno 14 ml, pronto all'uso;
8. Soluzione di arresto, 1 flacone, almeno 14 mL, pronto all'uso;

9. Soluzione di lavaggio, 1 flacone, almeno 30 mL(concentrata almeno 40x).

Si prega di indicare:

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte.
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico, voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni.
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 08/11/2017 a mezzo mail ai seguenti indirizzi: [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it).  
- [e.furnari@villasofia.it](mailto:e.furnari@villasofia.it)

Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni agli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

**F.to Il Responsabile della U.O.C.  
Provveditorato  
(Dott.ssa Antonina Lupo)**