



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808384 Fax. 091.7808394

Palermo li 03/11/2017

Prot. 8769/PR

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA ANNUALE DI TROCAR PER LAPAROSCOPIA PER IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA.**

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto annuale di Trocar per laparoscopia per il Dipartimento di Chirurgia, come di seguito specificato, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara:

➤ **LOTTO N. 1**

**N. 1100 pz. di Trocar ottico 5 mm – lungh. 100 mm, monouso senza lama con cannula trasparente zigrinata, con alette lineari non taglienti – punta direzionale smussa trasparente – impugnatura e gruppo valvola a basso profilo – dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola.**

➤ **LOTTO N. 2**

**N. 48 pz. di Trocar ottico 5 mm – lungh. 70 mm, monouso senza lama con cannula trasparente zigrinata, con alette lineari non taglienti – punta direzionale smussa trasparente – impugnatura e gruppo valvola a basso profilo – dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola.**

➤ **LOTTO N. 3**

**N. 1000 pz. di Trocar ottico 5-12 mm – lungh. 100 mm, monouso senza lama con cannula trasparente zigrinata - punta direzionale smussa trasparente - impugnatura e gruppo valvola a basso profilo – dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola – rubinetto a tre vie.**

➤ **LOTTO N. 4**

**N. 48 pz. di Trocar ottico 5-12 mm – lungh. 150 mm, monouso senza lama con cannula trasparente zigrinata - punta direzionale smussa trasparente - impugnatura e gruppo valvola a basso profilo – dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola – rubinetto a tre vie.**

➤ **LOTTO N. 5**

**N. 48 pz. di Trocar ottico 15 mm – lungh. 100 mm, monouso senza lama con cannula trasparente zigrinata - punta direzionale smussa trasparente - impugnatura e gruppo valvola a basso profilo – dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola – rubinetto a tre vie.**

➤ **LOTTO N. 6**

**N. 1400 pz. di Cannula da 5 mm., lungh. 100 mm – trasparente – zigrinato.**

➤ **LOTTO N. 7**

**N. 800 pz. di Cannula da 5-12 mm., lungh. 100 mm – trasparente – zigrinato.**

**QUESTA STAZIONE APPALTANTE VALUTERÀ EVENTUALI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE A PRODOTTI SIMILARI E/O EQUIVALENTI A QUELLI RICHIESTI.**

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

4. Prezzi unitari indicativi.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 17/11/2017 a mezzo e-mail all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it) e all'indirizzo e-mail [massimo.sanfilippo@villasofia.it](mailto:massimo.sanfilippo@villasofia.it). Si precisa che il mancato invio delle

segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

**Il Direttore dell'U.O.C.  
Provveditorato  
F.to Dott.ssa Antonina Lupo**