



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 03 NOV 2017

Prot. 87601/22

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MONITOR MULTIPARAMETRICI E TERMOSALDATRICE

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di monitor multiparametrici e termosaldatrice si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

MONITOR MULTIPARAMETRICI

Dispositivo per la rilevazione multiparametrica di parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione O₂, temperatura corporea), con le seguenti caratteristiche

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Monitor portatile con funzionamento a rete elettrica e a batterie ricaricabili
- Display 10" circa
- pressione arteriosa non invasiva (NIBP)
- pulsazioni
- frequenza respiratoria
- saturazione di ossigeno (SpO₂)
- temperatura
- ECG a 7 derivazioni

Trasporto, consegna e quant'altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale l'apparecchiatura

Collaudo

Periodo di garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data dell'avvenuto esito favorevole.

TERMOSALDATRICE

Termosaldatrice ad impulsi per buste e rotoli sterilizzazione.
Conforme alla normativa DIN 58953-7:2010, per la sterilizzazione di materiale e ferri chirurgici

CARATTERISTICHE TECNICHE

Termosaldatrice rotatoria multi banda, a tre linee di saldatura, compatta per la chiusura di buste sterilizzazione secondo le norme DIN 58953 P72010.

Funzionamento elettromagnetico per una maggior rapidità di azionamento;
lunghezza saldatura e taglio sino a mm 350,

larghezza saldatura circa mm - 8, nel rispetto delle norme ISO;

controllo elettronico dei tempi di saldatura con funzione di auto-test per il monitoraggio della temperatura della resistenza.

Completa di porta-rotoli e sistema di taglio incorporato.

Protezione elettronica di allarme e blocco in caso di guasti o sovrautilizzo per evitare ogni possibile surriscaldamento e prolungare la vita degli elementi riscaldanti

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 20/11/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all'indirizzo mail: a.campagna@villasofia.it.

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupe Antonina