



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo lì 10/11/2017

Prot. 9023/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 1 CONSOLLE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA NASALE TECNOLOGIA DEBRIDER E MATERIALE DI CONSUMO - ORL

#### A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di n. 1 Consolle endoscopica nasale tecnologia Debrider e relativo materiale di consumo, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara **che sarà espletata esclusivamente a mezzo RDO su Mepa.**

**Si evidenzia che la consegna e fatturazione, per esigenze interne a questa AOOR, dovrà avvenire assolutamente entro e non oltre il 31/12/2017.**

**Non saranno ammessi ritardi anche se non imputabili all'Operatore Economico aggiudicatario. In caso di mancata consegna e fatturazione entro il 31/12/2017 l'aggiudicazione dovrà intendersi automaticamente annullata, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte di questa AOOR.**

#### CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

- Detto Debrider deve unire la tradizionale funzione di taglio dei tessuti con quella di coagulo sia monopolare che bipolare, grazie a specifiche lame dedicate, che permetta di controllare il sanguinamento intra-operatorio, rendendo l'intervento chirurgico sicuro e veloce. Inoltre lo strumento deve disporre di un sistema integrato per la disostruzione delle lame intasate, il che renderebbe molto più rapido ed efficace l'intervento chirurgico. Deve essere dotato di due manipoli sterilizzabili sui quali alloggiare le lame e le frese monouso che abbiano sia l'impugnatura retta che angolata, di un trapano ad alta velocità dedicato alla otocirurgia che consenta di operare sul complesso mastoideo e sulla staffa, sfruttando frese dedicate, deve poter lavorare con un regime di rotazione 85.000 giri/minuto, di un sistema di irrigazione che sfrutti la pompa peristaltica già presente sulla consolle
- Il trapano deve contenere il motore che attiva la rotazione e vi si devono poter attaccare diversi terminali a secondo del tipo di intervento, 2 lunghi e due corti sia con punta retta che con punta angolata per le procedure sul mastoide, un terminale invece deve essere dedicato alla chirurgia della staffa. Tutti terminali devono avere un sistema di aggancio e sgancio rapido .

La consolle deve essere unica sia per i manipoli da procedure rinologiche che per il trapano di otocirurgia.

Tutte le lame e le frese da rinologia e per otochirurgia nonché i relativi tubi di aspirazione ed irrigazione devono essere monouso.

Materiale di consumo semestrale:

- N. 3 scatole di tubi
- N. 3 scatole di tubi
- N. 3 scatole di lame bipolare
- N. 3 scatole di lame bipolare
- N. 3 scatole di lame standard
- N. 3 scatole di lame standard
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide

Si prega di indicare:

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello che eventualmente verrà formulato in sede di gara).

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 27/11/2017 a mezzo mail all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it). e all'indirizzo mail: [m.ditrapani@villasofia.it](mailto:m.ditrapani@villasofia.it).

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare una indagine di mercato.

**Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Lupo Antonina**