



Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo

Tel 0917801111 - P.I. 05841780827

U.O.C. Provveditorato

Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 10/11/2017

Prot. 9035 /PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MONITOR MULTIPARAMETRICI E CENTRALE DI MONITORAGGIO

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di **n°4 monitor multiparametrici modulari n°4 moduli / monitor estraibili o esterni interfacciati con i monitor modulari posto letto n°1 centrale di monitoraggio**, come di seguito specificato, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara **che sarà espletata esclusivamente a mezzo RDO su Mepa.**

Si evidenzia che la consegna e fatturazione, per esigenze interne a questa AOOR, dovrà avvenire assolutamente entro e non oltre il 31/12/2017.

Non saranno ammessi ritardi anche se non imputabili all'Operatore Economico aggiudicatario.

In caso di mancata consegna e fatturazione entro il 31/12/2017 l'aggiudicazione dovrà intendersi automaticamente annullata, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte di questa AOOR.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

n°4 MONITOR MULTIPARAMETRICI MODULARI

- schermo a colori TFT a colori touch screen di almeno 17"
- visualizzazione fino a 12 tracce e di tutti i valori numerici dei parametri monitorati e misurazione della etc02
- impostazione schermo personalizzabile con possibilità di presentare dati alfanumerici di dimensioni tali da consentire la lettura a distanza
- pulsanti funzionali dedicati
- visualizzazione acustica e visiva degli allarmi con distinzione secondo il tipo di gravità impostabile per ogni parametro e possibilità di autosest delle soglie di allarme.
- funzione bed to bed

- memorizzazione automatica e manuale eventi critici con possibilità di stampa o predisposto per collegamento alla centrale tramite rete LAN
- sistema di raffreddamento silenzioso e senza ventola che eviti l'accumulo di polvere o alimentatore 220V integrato.

n°4 MODULI / MONITOR estraibili o esterni interfacciati con i monitor modulari posto letto

- adatto per il trasporto intraospedaliero
- dotato di schermo a colori possibilmente touch screen di almeno 5"
- visualizzazione di minimo 3 tracce grafiche e di tutti i valori numerici dei parametri monitorati
- 35/10/2017 11:00 0917804024 uu.
- impostazione schermo personalizzabile
- peso inferiore ad 1.5kg
- rilevazione dei seguenti parametri: ECG, respiro, pressione incruenta, SP02 (metodologia compatibile con i sensori Nellcor), temperatura con rilevatore cutaneo multiuso (predisposto per il collegamento di sonde monouso e sonda rettale / esofagea), almeno 2 pressioni cruenta
- alimentazione a rete 220 Volt
- batteria ricaricabile che permetta un'autonomia di almeno 3 ore di funzionamento o predisposizione per collegamento wireless
- memorizzazione di dati e forme d'onda. I dati acquisiti durante il trasporto devono poter essere trasferiti al sistema di monitoraggio centrale quando il modulo viene ricollegato al monitor paziente

Ogni modulo deve essere corredato di: cavo ECG a 5 terminali; cavo ECG a 3 terminali; tubo e bracciale NIBP di taglia adulto-medio; cavo SPO2 con sensore a dito riutilizzabile, sensore temperatura cutanea; 2 cavi per i set di pressione cruenta in dotazione al reparto. Inoltre devono essere forniti: 3 bracciali NIBP pediatrici e 3 bracciali NIBP per adulti obesi.

n°1 CENTRALE DI MONITORAGGIO

- Sistema di acquisizione dei dati provenienti dai posti letto compresi di 1 monitor TFT a colori di almeno 17"
 - Stampante laser
 - Configurata per il monitoraggio di 10 posti letto con possibilità di espansione.
 - Almeno 3 tracce visualizzabili contemporaneamente per ciascun paziente nella schermata generale
 - Richiamo e visualizzazione del singolo monitor posto letto con visualizzazione di tutti i parametri monitorati
 - Gestione bidirezionale: possibilità di impostazione e di visualizzazione degli allarmi del singolo posto letto.
 - Allarmi acustici e visivi.
 - Revisione degli episodi critici e dei trends grafici e numerici dei parametri vitali per almeno 48 ore per ogni posto letto
 - Collegamento ai monitor tramite rete Ethernet
 - Possibilità di ampliamento a rete wireless

Il sistema sarà da intendersi fornito "chiavi in mano" completo di tutte le parti, anche non espressamente dettagliate, ma necessarie al completo funzionamento.
Le attrezzature offerte devono avere marcatura CE in applicazione alla direttiva 93142/CEE recepita con D..Lgs. 2410211997 n. 46 e ss.m.i.

Tutti le parti destinate all'uso sul paziente devono rispondere alle normative vigenti ed essere latex-free. La garanzia deve essere non inferiore a mesi 24.
La Ditta fornitrice deve essere in possesso di certificazione di sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati, conforme alla normativa europea

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 24/11/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. E all'indirizzo mail: a.campagna@villasofia.it.

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina

