



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 27 NOV 2017

Prot. 9460/PE

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UNA CENTRIGUGA DA BANCO

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di una centrifuga da banco, come di seguito specificato, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara **che sarà espletata esclusivamente a mezzo RDO su Mepa.**

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

- refrigerata
- velocità massima di circa 15.200 rpm
- range di velocità da 300 a 15.200 rpm, regolabile in incrementi di 1 rpm
- impostazione della temperatura: da -10° a +40°
- Possibilità di impostare la temperatura del campione e della camera in modo da poter lavorare con campioni termolabili, così come avviene nelle classiche supercentrifughe da pavimento
- motore ad induzione senza spazzole esente da manutenzione
- 99 programmi in memoria con 5 programmi con accesso diretto
- 9 profili di accelerazione e 10 in frenata
- impostazione del timer fino a 9 ore e 59 minuti, più tasto per corse infinite (HOLD)
- doppia chiusura coperchio motorizzata e di sicurezza
- controllo microprocessore e display digitale con inserimento dati mediante tastiera a membrana
- calcolo automatico della forza di gravità e possibilità di inserire direttamente il valore
- tasto per corse brevi
- riconoscimento automatico del rotore in uso
- sensore di sbilanciamento con soglia di intervento in funzione del rotore utilizzato
- interfaccia utente multilingua con indicazione anche in italiano
- display con visualizzazione contemporanea dati impostati e quelli attuali
- aggancio e sgancio rapido dei rotori senza l'uso di attrezzi

- apertura automatica del coperchio impostabile dall'utilizzatore a fine centrifugazione
- disponibilità di rotore oscillante con velocità massima di 500 rpm, con capacità massima di 1,6 l (4 x 400 ml)
- Possibilità di alloggiare rotori in fibra di carbonio ad angolo fisso con capacità 6 X 100ml, velocità massima di 15.000 giri/min. (pari a 24.652 xg), possibilità di alloggiare 6 provette a fondo conico da 50ml, 6 provette a fondo conico da 15 ml e 12 provette a fondo sferico da 6,5 ml
- possibilità di alloggiare rotori ad angolo fisso in fibra di carbonio ed in alluminio per microtubi
- possibilità di alloggiare rotore oscillante per la centrifugazione di micro piastre con coperchi a chiusura ermetica certificata per il biocontenimento
- garanzia full risk minimo 24 mesi
- certificazione con il marchio CE
- certificazione IVD 98/79 EC

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 15/12/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. E all'indirizzo mail: a.campagna@villasofia.it.

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro. La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina