



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li **07 DIC 2017**

Prot. 9800/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI
UNA PIATTAFORMA BAROPODOMETRICA ESPANDIBILE

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di una piattaforma baropodometrica espandibile come di seguito specificato, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara **che sarà espletata esclusivamente a mezzo RDO su Mepa.**

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME


- 1) Pedana pressoria a sette sensori per cm 2, su superficie di valutazione sensoria di mt 3x1(non su circuito stampato, che non consente l'espandibilità);
 - 2) Espandibilità ortogonale senza limiti per la rilevazione delle pressioni plantari, con una molteplicità di moduli con sensori, collegati ad un software D.B.I.S. per la valutazione biometrica con la valutazione dell'indice biomeccanico posturale (I.B.P.); BioMetricSoftware per acquisizione e gestione dei dati in statica, dinamica e stabilometrica.
 - 3) con valutazione indice osseo della colonna vertebrale in 3D con calcolo dell'angolo di Cobb e dei relativi profili ossei nei piani A/P - L/L in 3 D
- L'indagine baropodometrica è completata con 31) B.A.K. ,con la valutazione dell'indice osseo della colonna vertebrale in 3D, con calcolo dell'angolo di Cobb e dei relativi profili ossei nei piani A/P- L/L in 3 D e il software 3D Podoscanalyzer, sistemi a scansione bidimensionale che restituiscono immagini tridimensionali della struttura corporea, in grado di evidenziare patologie dell'apparato muscolo-scheletrico, articolari, vascolari, vestibolari, gnatologiche e podaliche, con la ricostruzione tridimensionale della volta plantare longitudinale e trasversa con relativi dati volumetrici.

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
 2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
 3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
- Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 27/12/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. E all'indirizzo mail: a.campagna@villasofia.it.

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro. La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.


**Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina**