



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li

13 FEB 2018

Prot.

1273/Pr

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 2 IMPEDENZOMETRI

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di n. 2 impedenzometri si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

**CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE:**

Impedenzometro clinico per 'analisi della funzione acustici dell'orecchio  
Compatibile con OTOACCESS o in alternativa dotato di software per l'utilizzo clinico con caratteristiche analoghe  
Da configurare con PC mediante programma dedicato per mantenere la condivisione del database e per l'interfaccia con computer con software diagnostica suite  
Timpanometria automatica e manuale con tono sonda varia a 226hz, 678h4 800hz e 1000hz, tono sonda variabile al fine del migliore utilizzo per lo screening neonatale, con range di pressione da +200a -400daPa/s  
Test dei riflessi acustici stapediale ipsilaterali e controlaterali con ricerca di soglia, con stimoli di frequenza 500hz-1000hz-2000hz-4000hz e BBN e intensità variabile da 50 Decibel a 120 Decibel SPL;  
test di decadimento del riflesso stapediale-Decay test con valutazione della latenza;  
Test della funzionalità tubarica a timpano aperto e a timpano chiuso;  
Schermo a colori con display LCD e stampante integrata;  
Adatto per tutte le tipologie di pazienti (anche pediatrici, neonatali, pazienti che devono effettuare OTI, pazienti affetti da talassemia pazienti che necessitano di protesi acustiche, ecc.)  
Adatto per valutazioni uditive a scopo medico legale  
Installazione, collaudo e formazione del personale utilizzatore inclusi nella fornitura  
Garanzia 24 mesi full risk per ogni e qualsiasi prestazione, per l'intera fornitura, inclusa manutenzione preventiva /taratura e verifiche di sicurezza elettrica, consumabili e accessori inclusi

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 02/03 /2018 a mezzo mail all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it). e all'indirizzo mail: [a.campagna@villasofia.it](mailto:a.campagna@villasofia.it).

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

**Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Lupo Antonina**

