



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
Settore Provveditorato  
Tel. 091.7808749 Fax. 091.7808394

Palermo li 01/03/2018

Prot 1773/PR

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI VIDEOBRONCOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO STERILI PER L'U.O.C. DI OTORINOLAINGOIATRIA.**

**A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto di n. 150 Videobroncoscopi flessibili monouso sterili per intubazioni e visualizzazioni per monitor Ambu già in reparto per l'U.O.C. di Otrinolaringoiatria, come di seguito specificato si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara.

Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

- Impugnatura ergonomica, maneggevole e leggero con curvatura della punta a 180°
- Collegamento al monitor AmbuAview
- Confezionato singolarmente in maniera sterile e subito pronto all'uso e che non necessiti la prova del bianco
- Telecamera in punta con trattamento anti-appannaggio, rivestita di un microfilm tale da consentire lo scivolamento delle secrezioni e dotata di led luminosi
- Sistema ad anelli integrato per il fissaggio del tubo endotracheale che permette all'operatore di avere le mani libere e di operare in tutta comodità
- Canale di aspirazione
- Canale operativo per l'insufflazione, suzione, l'installazione e l'inserimento di tools operativi
- Disponibile almeno in tre misure con le seguenti caratteristiche:
  - n. 50 sonda di diametro di 3,8 mm e canale operativo di 1,2 mm
  - n. 50 sonda di diametro di 5,0 mm e canale operativo di 2,2 mm
  - n. 50 sonda di diametro di 5,8 mm e canale operativo di 2,8 mm

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito;
4. Prezzo indicativo di mercato.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 12/03/2018 a mezzo mail all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it), e all'indirizzo [m.ditrapani@villasofia.it](mailto:m.ditrapani@villasofia.it) Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

**Il Responsabile del Settore  
Provveditorato  
F.TO Dott.ssa Lupo Antonina**