



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Settore Provveditorato
Tel. 091.7808749 Fax. 091.7808394

Palermo li 01/03/2018

Prot 1770/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE FRONTALE A LED PER L'U.O.C. DI OTORINOLAINGOIATRIA.

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto di un Sistema frontale di illuminazione a led per l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria, come di seguito specificato si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara:

Sistema progettato per fornire l'illuminazione e per facilitare la visualizzazione durante le procedure chirurgiche.

La lampada a lede deve avere una durata di circa 25.000 circa ore di utilizzo, temperatura colore di 5400°K circa ed intensità luminosa di circa 400 lumen.

Possibilità di regolazione dello spot luminoso da circa 25 mm a circa 125 mm a una distanza di lavoro di 40 cm circa e di regolare l'intensità luminosa su almeno tre differenti livelli.

Caschetto leggero con un peso complessivo inferiore a 400 grammi e dotato di sistema raffreddamento computerizzato ed integrato.

Possibilità di funzionamento con alimentazione a batteria o con alimentazione diretta alla rete elettrica tramite cavo da 6 mt.

N. 2 batterie a ioni di litio, gruppo a 4 celle, con display indicante il livello di carica e con avvertimento sonoro della carica residua.

N. 1 carica batterie dotato di n. 2 postazioni di carica rapida.

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito;
4. Prezzo indicativo di mercato.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 12/03/2018 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all'indirizzo m.ditrapani@villasofia.it Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

**Il Responsabile del Settore
Provveditorato
F.TO Dott.ssa Lupo Antonina**