



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 08 MAR 2018

Prot. 1995/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 2 VIDEOBRONCOSCOPI

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di n. 2 videobroncoscopi, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

N. 1

Monitor integrato di almeno 2.5'  
Sorgente luminosa integrata a LED  
Due batterie ricaricabili  
Un dispositivo di videoregistrazione  
Visione frontale con immagini ad alta risoluzione  
Angolo di visione 120°  
Angolazioni Up/Down 180°/130°  
Diametro esterno sonda 6.0 - 5.6 mm  
Canale operativo non inferiore a 2.6 mm  
Lunghezza operativa 600 mm  
Sterilizzabile con le comuni lava endoscopi

N. 2

Monitor integrato di almeno 2.5'  
Sorgente luminosa integrata a LED  
Due batterie ricaricabili  
Un dispositivo di videoregistrazione  
Visione frontale con immagini ad alta risoluzione  
Angolo di visione 120°  
Angolazioni Up/Down 180°/130°

Diametro esterno sonda non superiore a 5,2 mm  
Canale operativo non inferiore a 2.2 mm  
Lunghezza operativa 600 mm  
Sterilizzabile con le comuni lava endoscopi

Si prega di indicare


1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 28/03/2018 a mezzo mail all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it). e all'indirizzo mail: [a.campagna@villasofia.it](mailto:a.campagna@villasofia.it).

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

  
**Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Lupo Antonina**