



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808312 - Fax. 091.7808394

Palermo li 03/04/2018

Prot. 2690/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI UN SISTEMA PER DIGITAL PCR, OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI EMATOLOGIA I E UTMO ó Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione, la Diagnosi e la Cura delle Leucemie e dei Linfomi e per il Trapianto di Midollo Osseo.

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto di un sistema per DIGITAL PCR, occorrente al Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione, la Diagnosi e la Cura delle Leucemie e dei Linfomi e per il Trapianto di Midollo Osseo, come di seguito specificato, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara:

SISTEMA PER ANALISI QUANTITATIVA IN DROPLET DIGITAL PCR

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Sistema in grado di amplificare contemporaneamente fino a 96 campioni in formato micropiastra standard compatibile con un normale amplificatore a 96 pozzetti;
- Sistema di preparazione del campione e sistema di analisi separati ed indipendenti;
- Sistema di acquisizione a 2 canali di eccitazione ed emissione;
- Sistema in grado di generare circa 20.000 partizioni per campione;
- Range dinamico lineare fino a 5 log;
- Possibilità di utilizzare indifferentemente sonde fluoro geniche con marcature FAM, HEX o VIC e chimiche leganti quali EvaGreen;
- Capacità di valutare la differenza tra 4 e 5 copie di un acido nucleico target tra campioni;
- Sistema compatibile con sonde ad idrolisi (TaqMan o simili);
- Possibilità di upgrade mediante sistema automatizzato per generare 96 campioni di droplet senza presenza dell'operatore;

- Sistema di lettura che possa analizzare 96 campioni in maniera indipendente senza presenza dell'operatore.

Si prega di indicare:

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte.
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico, voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni.
3. Si invita, altresì a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il **18/04/2018** a mezzo mail all'indirizzo: approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all'indirizzo e.furnari@villasofia.it

Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica sopra segnalato esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

**Il Responsabile della U.O.C.
Provveditorato
F.TO (Dott.ssa Antonina Lupò)**