



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Settore Provveditorato
Tel. 091.7808749 Fax. 091.7808394

Palermo li 16/04/2018

Prot 3040/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI ENDOSSEI PER L'U.O.C. DI ODONTOSTOMATOLOGIA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto di Impianti endossei per l'U.O.C. di Odontostomatologia, come di seguito specificato si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara.

Requisiti dl sistema da impiantare:

- Lega di titanio TA6V (Extra low impurity) ad alta resistenza alla trazione
- Prestazione nel sistema impiantare di impianti Short e ultra Short
- Presenza nel sistema impiantare di impianti di diametro 3.0 per la sostituzione di elementi dentari in spazi ristretti
- Impianto con porzione trans mucosa monocorpo con la porzione endossea con profilo concavo della porzione trans mucosa e connessione protesica con trigono esterno con 5° di conometria
- Impianti per posizionamento sub-crestale con superficie sabbiata e mordenzata e spalla smussata e trattata come la restante parte del corpo impiantare
- Doppia filettatura ritentiva ritentiva per la massima per la massima stabilità primaria in osso
- Connessione conometrica con il moncone protesico a 8° o connessione con effetto morse+
- Possibilità di utilizzo delle stesse componenti protesiche a prescindere dal diametro dell'impianto
- Emergenza del moncone protesico dall'impianto per consentire il Platform Switching
- Diametri da 3 a 5 mm con incrementi di 0,5mm

Impianti endossei a posizionamento sub-crestale

- n. 8 pz diametro 3.5 e lunghezza 8.5mm
- n. 10 pz diametro 3.5 e lunghezza 10mm
- n. 4 pz diametro 3.5 e lunghezza 11.5mm
- n. 6 pz diametro 4.0 e lunghezza 6mm
- n. 8 pz diametro 4.0 e lunghezza 10mm
- n. 6 pz diametro 4.5 e lunghezza 6mm
- n. 7 pz diametro 4.5 e lunghezza 8.5mm
- n. 6 pz diametro 4.5 e lunghezza 10mm
- n. 6 pz diametro 5.0 e lunghezza 6mm
- n. 6 pz diametro 5.0 e lunghezza 8.5mm

Impianto con porzione transmucosa moncorpo con la porzione endossea con profilo concavo della porzione transmucosa

- n. 4 pz diametro 4.0 e lunghezza 4mm
- n. 8 pz diametro 4.0 e lunghezza 6mm
- n. 8 pz diametro 4.0 e lunghezza 8.5mm
- n. 4 pz diametro 4.5 e lunghezza 4mm
- n. 10 pz diametro 4.5 e lunghezza 6mm
- n. 11 pz diametro 4.5 e lunghezza 8.5mm

Viti di guarigione

- n. 10 pz diametro 4.0 altezza 1.5 bassa
- n. 10 pz diametro 4.0 altezza 1.5 alta
- n. 10 pz diametro 4.0 altezza 3 bassa
- n. 10 pz diametro 4.0 altezza 3 alta
- n. 5 pz diametro 4.0 altezza 4 bassa
- n. 5 pz diametro 4.0 altezza 4 alta
- n. 10 pz diametro 5.0 altezza 1.5 bassa
- n. 10 pz diametro 5.0 altezza 1.5 alta
- n. 10 pz diametro 5.0 altezza 3 bassa
- n. 10 pz diametro 5.0 altezza 3 alta
- n. 10 pz diametro 5.0 altezza 4 bassa
- n. 10 pz diametro 5.0 altezza 4 alta

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito;
4. Prezzo indicativo di mercato.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 30/04/2018 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all'indirizzo m.ditrapani@villasofia.it Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

**Il Responsabile del Settore
Provveditorato
Dott.ssa Lupo Antonina**