



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Settore Provveditorato
Tel. 091.7808749 Fax. 091.7808394

Palermo li 15/05/2018

Prot 3872/pr

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI SENSORE PLURIUSO SPHB PER EFFETTUARE TEST MISURAZIONE SPOT DELL'EMOGLOBINA PER L'U.O.C. DI OTORINOLAINGOIATRIA.

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto di un sistema di misurazione veloce e non invasiva a controllo sporadico dell'emoglobina totale (SpHb) per effettuare circa 2000 test annui a gruppi di 1000 test per l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria, come di seguito specificato si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara.

Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

- Tecnologia non invasiva al fine di ridurre il rischio di esposizione a patogeni a trasmissione ematica.
- Sistema privo di calibrazione da parte dell'operatore.
- Misurazione accurata dell'SpHb, l'SpO2, della frequenza cardiaca (PR) dell'indice di perfusione (Pi), l'indice di variabilità pletismografia (PVI) e predisposto per la misurazione della carbosiemoglobina con un unico sensore universale riutilizzabile
- Esecuzione rapida entro trenta secondi
- Possibilità di scaricare i dati del paziente direttamente dal dispositivo utilizzando una connessione cablata o wireless e di stampare i risultati di misurazione con una stampante compatibile Bluetooth
- Strumento dotato di display a colori touchscreen con indicazione della qualità del segnale
- Dotato di batteria ricaricabile e carica batterie

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito;
4. Prezzo indicativo di mercato.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 30/05/2018 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all'indirizzo m.ditrapani@villasofia.it Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Direttore Amministrativo
Ad interim
Dir. U.O.C. Provveditorato
D.ssa Nora Virga