



Sede Legale
 Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
 Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
 Unità Operativa Complessa Provveditorato
 Tel. 091.7808312 Fax. 091.7808394

Prot.....1263.../PR

Palermo li 29... maggio 2018

Oggetto: Risposte ai chiarimenti mossi da Operatori Economici alla data del 28 maggio 2018 procedura di gara MEPA/CONSIP "RDO n.1951036 del 11 maggio 2018 – Smart CIG.Z962371360 del 07 maggio 2018.

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Si portano a conoscenza delle SS.LL. i seguenti chiarimenti relativamente alla gara indicata in oggetto:

A) DOMANDA: Nella Lettera di Invito viene precisato che l'importo annuo posto a base d'asta, pari ad € 32.827,00, è riferito al quantitativo annuo di n. 550 contenitori del principio attivo Ossigeno liquido in Dewar.

Nel capitolato tecnico, a pag. 2, viene invece indicata la quantità triennale presunta dei contenitori, pari 1650 unità.

Si chiede pertanto di chiarire se la durata dell'appalto debba intendersi annuale oppure triennale.

Risposta A) Si conferma che il fabbisogno annuo è di n. 550 contenitori e che l'importo posto a base d'asta è quello indicato nella lettera d'invito prot. 3838/PR del 11 maggio 2018. Si conferma inoltre che la durata dell'appalto è di un anno.

B) DOMANDA: Con riferimento alla Lettera di Invito, si legge che la fornitura annua prevede "N. 550 contenitori del principio attivo Ossigeno Liquido in Dewar". Nella successiva descrizione della fornitura (pag. 2 del Capitolato Tecnico), precisate che la fornitura è costituita da contenitori base ed unità portatili e che la quantità triennale dei contenitori presunta è di 1650 unità (n. 550 x 3 anni?). Viene altresì precisato che "il servizio deve prevedere (oltre alla fornitura dell'ossigeno), la fornitura dei contenitori base (uno per ognuna delle unità operative interessate) e la fornitura delle unità portatili (2 per ognuna delle unità operative interessate).

Si chiede pertanto di chiarire a cosa fanno riferimento "le 1650 unità", nel dettaglio, si chiede di precisare se tali unità si riferiscano ai soli contenitori base oppure comprendano i contenitori base + i portatili.

Al fine di valutare i costi inerenti la fornitura e di far comprendere a tutti i concorrenti quanto necessario per soddisfare la richiesta di gara, si chiede di indicare il numero medio di contenitori base da mettere a disposizione in ciascun Reparto Ospedaliero, il numero di stroller per ciascun reparto.

Alla luce di quanto sopra, e della relativa Vostra risposta, vogliate precisare come deve essere formulato il dettaglio economico della fornitura; si chiede pertanto se debba essere indicato un unico prezzo in corrispondenza delle 550 unità, comprendente la fornitura di unità base e

stroller (numero 2 di questi ultimi dati in comodato per ogni unità base o reparto), o se debba essere indicato il singolo prezzo unitario per ogni modello di contenitore (prezzo per i contenitori base e prezzo per le unità portatili).

Risposta B) Si conferma CHE PER UN REFUSO DEL Capitolato Speciale vengono indicati n.1650 contenitori, ma che in realtà la fornitura annua richiesta è di n. 550 Contenitori. l'offerta economica deve essere formulato indicando il prezzo unitario a mc. di n. 1 contenitore di Ossigeno in Dewar per il fabbisogno annuo previsto nella lettera d'invito Prot.3838/PR del 11 maggio 2018; si precisa inoltre che la fornitura dei contenitori base è di 15 e, la fornitura delle unità portatili è di 30.

C) DOMANDA: Con riferimento alle Caratteristiche minime delle apparecchiature indicate nel capitolato tecnico (pag. 6), siamo a richiedere conferma che la dotazione di una bombola di ossigeno compresso da 1,5 mc circa completa di riduttore eventualmente fornita per i casi di emergenza in abbinamento al contenitore portatile sia frutto di un mero rifiuto. Si ritiene infatti superflua la fornitura di un tale dispositivo in presenza dei contenitori criogenici, non essendo possibile per questi ultimi l'interruzione di erogazione per accidentale mancanza di energia elettrica.

Nel caso in cui sia necessaria la fornitura della suddetta bombola di ossigeno compresso da 1,5 mc, si chiede di precisare la quantità di tali bombole e come, nel dettaglio economico, debba essere indicato anche il relativo prezzo.

Risposta C) Si conferma che trattasi di Rifiuto.

D) DOMANDA: Con riferimento al Modulo Allegato B, si chiede di precisare se la Ditta concorrente debba compilare solo ed esclusivamente le parti evidenziate in giallo.

Risposta D) Si l' Allegato B deve essere compilato in tutte le sue parti, le parti in giallo trattasi di rifiuto.

E) DOMANDA: Con riferimento alla documentazione tecnica richiesta per ogni prodotto, di cui all'art. 3 della Lettera di Invito, si chiede di precisare quanto segue:

Rif. 1) "Il nome commerciale, REP": Si chiede di precisare se tale richiesta si riferisca al farmaco e/o al dewar.

Rif. 2) "Codice di identificazione prodotto, della tipologia, della marca del prodotto": Si chiede di precisare se tale richiesta si riferisca al farmaco e/o al dewar.

"Nome dell'impresa produttrice e del paese d'origine ed eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d'ordine di quest'ultimo": Si chiede di precisare se si riferisce al farmaco oppure al dewar.

Rif. 6) "Data di introduzione sul mercato e quella di introduzione sul mercato italiano, se diversa dalla precedente": Si chiede di confermare se tale richiesta si riferisca al dewar.

Risposta E) Rif.1) si conferma che si riferisce al contenitore Dewar ove esiste che devono essere a norma di legge Rif.2) come sopra.

F) DOMANDA: Con riferimento alla capacità volumetrica del contenitore base di cui al Capitolato Tecnico, pag. 5, "Caratteristiche minime delle apparecchiature", punto A) precisiamo che, secondo quanto previsto dalla Lista di trasparenza AIFA, il rapporto corretto è 31 litri = 26,52 MC (e non 31 litri = 26,5 MC come indicato negli atti di gara). Si chiede pertanto voler rettificare

tale conversione, anche alla luce delle penali poste dal capitolato in merito ad eventuali contestazioni circa il livello quantitativo fornito.

Risposta F) Si conferma il rapporto corretto di mc.26,52 a contenitore.

G) Con riferimento all'Art. 10 "Controversie" della Lettera di Invito, si chiede di specificare se sia necessario produrre una dichiarazione secondo cui "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente precisa agli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10". In caso affermativo, si chiede di indicare in quale sezione debba essere caricata.

Risposta G) Si conferma che non va prodotta nessuna documentazione ma deve essere dichiarato di accettare tutte le condizioni della lettera d'invito.

H) DOMANDA: Con riferimento alla formulazione dell'Offerta Economica, si chiede di precisare se l'indicazione del "Prezzo Unitario iva esclusa" da immettere a sistema nonché da indicare nel "Dettaglio tecnico/economico della fornitura" debba essere espresso in €/litro, €/mc oppure €/contenitore.

Si pone tale quesito in quanto nel riepilogo della RDO compare "litro" come valore per l'Unità di Misura, mentre nel "Dettaglio tecnico/economico della fornitura" essendo indicata la quantità dei contenitori nella colonna "Q.tà richieste", bisognerebbe indicare il prezzo unitario

di ciascun contenitore. La determinazione del prezzo AIFA per l'ossigeno medicinale è riferito al "prezzo a mc" e non al "prezzo al litro".

Risposta H) Si conferma che nell'offerta economica deve essere indicato il prezzo unitario in Euro per mc. per il numero di contenitori previsti per un anno in n.550 contenitori.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AD INTERIM
DIRETTORE U. O. C. PROVVEDITORATO
(Dott.ssa Nora Virga)**

