



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808384 Fax. 091.7808394

Palermo li 04/06/2018

Prot. 4407/PR

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA ANNUALE DI CLIP PER LEGATURA VASI O STRUTTURE TISSUTALI PER I COMPLESSI OPERATORI DEI PP.OO. VILLA SOFIA E CERVELLO.**

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto annuale di Clip per legatura vasi o strutture tissutali per i complessi operatori dei PP.OO. Villa Sofia e Cervello, come di seguito specificato, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara.

➤ **LOTTO N. 1**

**Il presidio richiesto deve avere le seguenti caratteristiche:**

- **Clip in polimero poliacetale altamente biocompatibile, anti invecchiamento, eccellenti proprietà meccaniche, adatto a temperature comprese da -45°C a 90°C, radiotrasparente, nella misura Medium-large (3-10mm);**
- **Dotata di denti 1x2 integrati di chiusura;**
- **Sistema di ancoraggio all'applicatore;**
- **Cardine e bracci flessibile;**

**Le clip devono essere concepite per l'uso in procedure che prevedono la legatura dei vasi o strutture tissutali.**

**L'impresa aggiudicataria dovrà essere disponibile a fornire in sconto merce sia gli applicatori che le pinze da rimozione nelle versioni da chirurgia open e laparo, pluriuso, autoclavabili.**

**Il confezionamento del prodotto deve consentire una buona conservazione ed un facile immagazzinamento, ogni confezione imbustata singolarmente deve riportare in modo chiaro e ben leggibile la descrizione qualitativa e quantitativa del contenuto.**

**Si richiedono n. 25 confezioni (totale non inferiore a n. 2100 clips).**

➤ **LOTTO N. 2**

**Il presidio richiesto deve avere le seguenti caratteristiche:**

- **Clip in polimero poliacetale tipo “HEM-O-LOK” altamente biocompatibile, anti invecchiamento, eccellenti proprietà meccaniche, adatto a temperature comprese da -45°C a 90°C, radiotrasparente, nelle misure Large (5-13 mm), Extra-Large (7-16 mm);**
- **Dotata di denti 1x2 integrati di chiusura;**
- **Sistema di ancoraggio all’applicatore;**
- **Cardine e bracci flessibile;**
- **Classe di rischio III.**

**Le clip devono essere concepite per l’uso in procedure che prevedono la legatura dei grossi vasi ad alto flusso e strutture tissutali.**

**L’impresa aggiudicataria dovrà essere disponibile a fornire in sconto merce sia gli applicatori che le pinze da rimozione nelle versioni da chirurgia open e laparo, pluriuso, autoclavabili.**

**Il confezionamento del prodotto deve consentire una buona conservazione ed un facile immagazzinamento, ogni confezione imbustata singolarmente deve riportare in modo chiaro e ben leggibile la descrizione qualitativa e quantitativa del contenuto.**

**Si richiedono n. 10 confezioni (totale non inferiore a n. 840 clips) per la misura Large (5-13 mm) e n. 10 confezioni (totale non inferiore a n. 840 clips) per la misura Extra-Large (7-16 mm).**

**QUESTA STAZIONE APPALTANTE VALUTERÀ EVENTUALI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE A PRODOTTI SIMILARI E/O EQUIVALENTI A QUELLI RICHIESTI.**

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

4. Prezzi unitari indicativi.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 19/06/2018 a mezzo e-mail all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it) e all'indirizzo e-mail [massimo.sanfilippo@villasofia.it](mailto:massimo.sanfilippo@villasofia.it). Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

**Il Direttore Amministrativo  
ad interim  
Direttore dell'U.O.C. Provveditorato  
F.to D.ssa Nora Virga**