



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Approvvigionamenti
Tel. 091.7808132 Fax. 091.7808394

Prot. n. hh09/PR

Palermo 04 GIU 2018


OGGETTO.: riscontro divergenze “Indagine di mercato per la fornitura di microscopi ottici di fascia alta prot. 2993/PR del 12/04/2018”

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

In riferimento alle divergenze segnalate da diverse Ditte si precisa che i punti : -Luce trasmessa alogena 100W,- Camera digitale 10 Megapixel e -Obiettivi planare apocromatico 4x (o 5x) sono ritenute dal Sanitario richiedente caratteristiche indispensabili, pertanto si ritiene non accettabile proposta differente, mentre per il punto: -Software compatibile IOS – il compatibile con Software Windows 10Pro per fotocamera è ritenuta accettabile; per il punto: -Analizzatore a 360° si ritiene accettabile Analizzatore ruotabile 180°; per il punto: -Ponte multi discussione per 2 osservatori dotato di freccia Led a colori – ponte multi discussione con indicatore Led bianco è ritenuto accettabile; per il punto: -Oculari 10x(campo almeno 23 mm) è ritenuta accettabile oculari 10x con indice di campo 22mm; per il punto: -Set filtri DAPI, FITC, TRITC e revolver filtri con almeno 6 posizioni è ritenuto accettabile un revolver filtri con almeno 5 posizioni; per il punto: -Possibilità di memorizzare l'intensità luminosa utilizzata per ciascun obiettivo si ritiene equivalente: Possibilità di fissare l'intensità luminosa per ciascun obiettivo grazie ad un tasto di blocco dell'intensità e all'utilizzo di una serie di filtri ad inserimento rapido inclusi nel corpo dello

stativo; il punto: - Almeno 20 Frame a piena risoluzione sta ad indicare “almeno 20 frame HD o Full HD.

Il Direttore Amministrativo
ad interim
Direttore U.O.C. Provveditorato
(D.ssa Nora Virgà)



Il Referente della pratica
(*Signature*)