



**Azienda Ospedaliera**  
**OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo. Tel 0917801111 - P.I. 05841780827

**Unità Operativa Provveditorato**  
Fax 0917808394

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE NOLEGGIO MATERASSI  
COMPLETI DI COVER PER PREVENZIONE DELLE LESIONI DA DECUBITO.**

**VERBALE N. 5**

L’anno duemiladiciotto , il giorno sedici del mese di luglio alle ore 09,00 in Palermo presso la sede dell’AOR Villa Sofia Cervello si riunisce in seduta riservata la commissione così composta

-Dr. Vincenzo Barone nella qualità di presidente , designato con nota della Direzione strategica aziendale con nota prot. n. 0015726/1 del 19.06.2017;

- Dott. Giovanni Maisano nella qualità di componente di gara ai sensi dell’art. 8 della l.r. 12/2011 e con le modalità previste dall’art. 12 del D.P. 13/2012 con verbale del 17.04.2018 dall’UREGA;

- Dott. Alessio Parco nella qualità di componente di gara ai sensi dell’art. 8 della l.r. 12/2011 e con le modalità previste dall’art. 12 del D.P. 13/2012 con verbale del 17.04.2018 dall’UREGA;

La commissione delega le funzioni di segretario verbalizzante per la seduta odierna alla d.ssa Aiello Daniela.

Il presidente dà atto che i plichi sigillati contenenti le offerte tecniche degli operatori economici partecipanti alla procedura in argomento sono custoditi presso la cassaforte dell’UOC Provveditorato.

La commissione prende visione delle note trasmesse alla ditte Fas Hospital e Service Med giusti prot. n. 15408/5 Comm del 11.07.2018 e n. 154079/5-Comm del 11.07.2018 e acquisisce agli atti i riscontri della Ditta Fas Hospital e della ditta Service Med .

Indi passa all’esame dei chiarimenti pervenuti da parte della Ditta **Fas Hospital** .

A tale riguardo si evidenzia che la Commissione ha richiesto quanto segue:

- Pagina/paragrafo in cui si fa riferimento alla ignifugicità delle cover
- pagina/paragrafo contenente l’indicazione della marcatura CE delle cover
- pagina/paragrafo da cui rilevare la radio trasparenza delle celle del materasso tipo B.

Orbene con nota inviata a mezzo pec in data 13.07.2018 la concorrente ha rimesso in allegato manuale d’uso del modello denominato “**VIRTUOSO II**” differente dal prodotto proposto in sede di partecipazione e che probabilmente, costituisce versione aggiornata del precedente modello denominato semplicemente “**VIRTUOSO**”. Poichè le caratteristiche tecniche del modello denominato “**VIRTUOSO II**” devono necessariamente intendersi riferibili a quest’ultimo, e non già

al modello denominato “**VIRTUOSO**”, la cui scheda tecnica presentata in sede di gara non contempla la dichiarazione di radiotrasparenza, ne consegue che non può ritenersi né ammissibile né valevole la scheda tecnica prodotta dalla ditta Fas Hospital in sede di riscontro ai richiesti chiarimenti che, pur contenendo dichiarazione di radiotrasparenza, resta riferibile a prodotto denominato “**VIRTUOSO II**”, come tale altro e diverso rispetto a quello offerto in gara ovvero il prodotto denominato “**VIRTUOSO**”.

Per quanto sopra la Commissione, accertata la non documentata ricorrenza di una caratteristica peculiare e specifica in capo prodotto denominato “**VIRTUOSO**”, ovvero la radiotrasparenza come espressamente richiesta dal Capitolato di gara, stante la non conformità del materasso denominato “**VIRTUOSO**” alle prescrizioni di capitolato, stabilisce di escludere la Ditta dal prosieguo delle operazioni di gara .

Indi passa all’attribuzione dei punteggi alla Ditta **Service Med** che sulla base dei chiarimenti pervenuti e che devono ritenersi esaustivi risultano essere i seguenti:

|           |   | SERVICE MED |
|-----------|---|-------------|
| <b>1)</b> | <b>NUMERO CELLE</b>                     |             |
| SI/NO     | TIPO B                                  | 0           |
| SI/NO     | TIPO A                                  | 2           |
| <b>2)</b> | <b>RUMOROSITA'</b>                      |             |
|           | AL DI SOTTO 30                          | 8           |
|           | DAI 35 DB A 30DB                        |             |
| <b>3)</b> | <b>BATTERIA TAMPONE</b>                 |             |
| SI/NO     | SUPERORE 8 ORE                          | 3           |
| <b>4)</b> | <b>TEMPI CONSEGNA PRESIDIO</b>          |             |
|           | ENTRO 6H                                | 12          |
|           | ENTRO 8H                                |             |
|           | ENTRO 12 H                              |             |
| <b>5)</b> | <b>LOCALI PER LA SANIFICAZIONE</b>      |             |
| SI/NO     | SEPARAZIONE PERCORSI                    | 5           |
| SI/NO     | SISTEMA AUTOMATIZZATO                   | 5           |
| SI/NO     | PRODOTTI ECOSOSTENIBILI                 | 5           |
| <b>6)</b> | <b>AUTOMEZZI DEDICATI</b>               |             |
|           | MEZZI DIFFERENZIATI                     | 6           |
|           | UNICO MEZZO                             |             |
| <b>7)</b> | <b>CONTENITORI</b>                      |             |
|           | SISTEMI RIGIDI DIFFERENZIATI            | 5           |
| <b>8)</b> | <b>INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>          |             |
| SI/NO     | CAPACITA SW RECEPIRE RICHIESTE E REPORT | 5           |
| SI/NO     | SCALA RISCHIO BARDEN                    | 4           |
| <b>9)</b> | <b>FORMAZIONE</b>                       |             |
| SI/NO     | FORMAZIONE ENTI TERZI                   | 4           |
| SI/NO     | FORMAZIONE CON ECM                      | 3           |
|           | <b>TOTALE MAX</b>                       | <b>67</b>   |

La Commissione procede dunque alla riparametrazione dei punteggi qualità secondo la formula indicata nei documenti di gara e pertanto i punteggi qualità risultano essere i seguenti

| Punteggi | SANACILIA | SAPILIFE | MEDICINA MEDIME | MEDICAIR | SERVICE MED |
|----------|-----------|----------|-----------------|----------|-------------|
|          | 55        | 61       | 54              | 66       | 67          |

Riparametrato    57,46268657    63,73134328    56,41791045    68,95522388    70

La Commissione chiude la seduta alle ore 11.30 e rinvia il proseguo delle operazioni in seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi qualità e l'apertura delle offerte tecniche alle ore 12.00

Letto, confermato e sottoscritto

Il presidente Dr. Vincenzo Barone

Il componente Dr. Giovanni Maisano

Il componente Dr. Alessio Parco

Il segretario D.ssa Daniela Aiello

