



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Prot. 17784/5-comr

Palermo 03/08/2018

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI TEST IN NEFELOMETRIA CON IL RELATIVO NOLEGGIO DELL'ANALIZZATORE - VERIFICA CONDIZIONI INFUNGIBILITA'**

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808749 – PEC:[appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it) rende noto che, per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura inerente la fornitura di Test in nefelometria con il relativo noleggio dell'analizzatore occorrenti all'Unità Operativa di biochimica clinica..

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito [www.ospedalirtiunitipalermo.it](http://www.ospedalirtiunitipalermo.it) sezioni bandi.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla “consultazione” fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

Si evidenzia che per le forniture in oggetto, per le specifiche tecniche richieste in ragione delle peculiari esigenze da soddisfare, si ritiene sussistente una situazione di infungibilità quale definita dalle Linee Guida dell'ANAC n. 8. Ai sensi di quanto previsto dalle medesime Linee Guida, si rappresenta che:

- la procedura di gara non sarà suddivisa in lotti;
- i fabbisogni e gli strumenti per farvi fronte sono rilevabili dalla documentazione allegata;
- la Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;
- la Stazione appaltante procederà all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a conclusione dell'istruttoria ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti e non ritenga quindi percorribili le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte;

- la stazione appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

La partecipazione alla presente “consultazione” non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti della Stazione appaltante ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso.

L’affidamento della fornitura oggetto della presente “consultazione” è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016. La presente “consultazione” non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente “consultazione”, nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell’ambito della presente “consultazione” per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, “*a condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza*” (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitati, (indicare nell’oggetto: “Indagine di mercato per la fornitura di **TEST IN NEFELOMETRIA CON IL RELATIVO NOLEGGIO DELL’ANALIZZATORE**” – ed il numero di protocollo del presente avviso . ), a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l’Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro **e non oltre il 5 settembre 2018** :

1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;
3. Sintetica presentazione dell’impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell’ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Questionario tecnico ( allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell’apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;

A tal fine l’Impresa concorrente è pregata di indicare:

1. Se codesta ditta dispone di apparecchiature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’ allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-);
2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all’allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-), (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l’invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:


- 1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;
- 2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC:[appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it)

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare in apposita relazione.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail [aldo.albano@villasofia.it](mailto:aldo.albano@villasofia.it) .



IL RESPONSABILE  
AREA PROVVEDITORATO  
( Dott. Aldo ALBANO )



## ALLEGATO A

### CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

<b><u>Caratteristiche generali dell'analizzatore</u></b> Metodologia in turbidimetria Modalità operative: Accesso Random, Batch, Urgenze Potenzialità analitica fino a 120 test/h 24 reagenti a bordo Identificazione positiva dei reagenti Unità reagenti refrigerata 45 campioni a bordo Identificazione positiva del campione esami urgenti STAT Provetta primaria, secondaria o coppette Prediluizione automatica dei campioni Rerun automatico Verifica automatica eccesso di antigene per i test Freelite Determinazioni eseguibili su siero, plasma, urine, liquor. Gestione informatizzata del controllo di Qualità Presenza di comparto reattivi refrigerato Sistema di dispensazione reagenti e campioni separata Cella di reazione termostata	N° 1
<b>KIT RICHIESTI</b>	<b>N° TEST ANNUI</b>
<b>Freelite Kappa - 1 x 100 tests</b>	600
<b>Freelite Lambda - 1 x 100 tests</b>	600
<b>Hevylite IgG Kappa - 1 x 50 tests</b>	200
<b>Hevylite IgG Lambda - 1 x 50 tests</b>	200
<b>Hevylite IgA Kappa - 1 x 50 tests</b>	200
<b>Hevylite IgA Lambda - 1 x 50 tests</b>	200
<b>Hevylite IgM Kappa - 1 x 50 tests 0</b>	200
<b>Hevylite IgM Lambda - 1 x 50 tests</b>	200
<b>IgD - 1 x 100 tests</b>	100
<b>IgE - 1 x 100 tests</b>	200
<b>IgG1 - 1 x 100 tests</b>	200
<b>IgG2 - 1 x 100 tests</b>	200
<b>IgG3 - 1 x 100 tests</b>	200

KIT RICHIESTI	N° TEST ANNUI
<b>IgG4</b> -1 x 100 tests	200
<b>IgA1</b> - 1 x 50 tests	200
<b>IgA2</b> -1 x 50 tests 5 -	200
<b>C1 Inactivator</b> - 1 x 50 tests	200
<b>C3c</b> -S 1 x 100 tests	100
<b>CH50 Reagents</b> - 1 x 200 tests	200
<b>Albumin CSF</b> - 1 x 60 tests	60
<b>IgG CSF</b> - 1 x 60 tests	60
<b>IgA CSF</b> - 1 x 60 tests	60
<b>IgM CSF</b> -1 x 60 tests	60

