



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato

Prot. 1257/5 CS

Palermo 05/10/2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE K. STORZ PER ENDOSCOPIA PER L'U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA - VERIFICA CONDIZIONI INFUNGIBILITA'.

L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO", UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO – PEC: appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it intende avviare una consultazione preliminare di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura inerente la fornitura di APPARECCHIATURE K. STORZ PER ENDOSCOPIA PER L'U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA.

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it sezioni bandi.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla "consultazione" fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

Si evidenzia che per le forniture in oggetto, per le specifiche tecniche richieste in ragione delle peculiari esigenze da soddisfare, si ritiene sussistente una situazione di infungibilità quale definita dalle Linee Guida dell'ANAC n. 8. Ai sensi di quanto previsto dalle medesime Linee Guida, si rappresenta che:

- la procedura di gara non sarà suddivisa in lotti;
- i fabbisogni e gli strumenti per farvi fronte sono rilevabili dalla documentazione allegata;
- la Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;
- la Stazione appaltante procederà all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a conclusione

dell'istruttoria ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti e non ritenga quindi percorribili le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte;

- la Stazione appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

La partecipazione alla presente “consultazione” non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti della Stazione appaltante ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente “consultazione” è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016. La presente “consultazione” non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente “consultazione”, nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente “consultazione” per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, “*a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza*” (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitati, (indicare nell'oggetto: “INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE K. STORZ PER ENDOSCOPIA PER L'U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA” – ed il numero di protocollo del presente avviso) a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro **e non oltre il 23/10/2018**:

1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Questionario tecnico (allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

1. Se codesta ditta dispone di apparecchiature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell' allegata scheda tecnica (-**Allegato A-**);
2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all'allegata scheda tecnica (-**Allegato A-**), (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- 1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;
- 2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare in apposita relazione.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO (e-mail: aldo.albano@villasofia.it), e del Funzionario Istruttore Dott. Massimo SANFILIPPO (e-mail: massimo.sanfilippo@villasofia.it)

IL DIRETTORE
DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO
F.to (Dott. Aldo ALBANO)

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

<p><u>UNITA' DI CONTROLLO</u></p> <p>Videoprocessore ad alta risoluzione 1920 x 1080 a scansione progressiva (Full HDTV 1080p), compatibile con teste telecamera tre-chip Full HD, one chip e video endoscopi flessibili;</p> <p>Struttura modulare con possibilità di aggiornamento futuro a seguito dell'introduzione di nuovi moduli;</p> <p>Possibilità di attivare differenti modalità di visualizzazione tra cui l'enfatizzazione delle strutture vascolari senza richiedere una fonte di luce dedicata o l'aggiunta di filtri;</p> <p>Il video processore deve permettere di poter ottimizzare e potenziare l'immagine video, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">potenziare il contrasto di coloriinteragire con lo spettro coloriottimizzazione della distribuzione della luce; <p>Uscita seriale per monitoraggio centralizzato. Tale sistema indica i parametri della fonte luminosa e dell'insufflatore, direttamente sul monitor;</p> <p>Sistema integrato da una funzione di documentazione via USB di immagini e video con una risoluzione Full HD;</p> <p>Disponibilità di differenti livelli di menù visualizzabili direttamente sul monitor e di facile intuizione;</p> <p>Sistema PIP tra immagine standard live e le diverse modalità di visualizzazione tissutale;</p> <p>Modulo integrato per la funzione PIP (picture in picture);</p> <p>Modulo integrato per un controllo automatico della fonte luce al fine di ridurre al minimo lo sviluppo di calore;</p> <p>Capacità del sistema di fare autodiagnosi con la visualizzazione dello stato delle apparecchiature sul monitor;</p> <p>Uscita seriale per monitoraggio centralizzato apparecchiature. Tale sistema indica i parametri della fonte luminosa e dell'insufflatore, direttamente sul monitor;</p> <p>Possibilità di salvataggio per ciascun operatore dei parametri video;</p> <p>Possibilità di visualizzare live nell'immagine endoscopica modalità didattiche quali griglia e puntatore per un riferimento più puntuale all'anatomia laparoscopica ed endoscopica durante una procedura.</p> <p>Possibilità di visualizzazione PIP della stessa immagine con due modalità differenti, per un migliore studio del sito anatomico.</p> <p>Software per la titolazione ed il commento degli interventi in lingua italiana per una migliore refertazione con la possibilità di memorizzare i dati individuali dei pazienti;</p> <p>Unità di controllo camera con uscite digitali (DVI-D, 3G SDI).</p> <p>ART. TC 300IT</p> <p>ART. TC 200IT</p>	N° 1
<p><u>TELECAMERA FULL HD</u></p> <p>Telecamera full HD 1080 P, 16:9, modulare, con zoom ottico parafoCALE 2x integrato. Testina a 3 chip munita di tasti, programmabili per il controllo di tutte le funzioni della camera e, inoltre, ulteriori apparecchiature come ad esempio la fonte luce e l'insufflatore CO2. Cinque diverse modalità di visualizzazione che garantiscano una</p>	N° 1

<p>illuminazione adeguata in qualsiasi area dell'immagine endoscopica, l'esaltazione delle strutture anatomiche anche attraverso transizione cromatica. ART. TH 100</p>	
<p><u>MONITOR</u> Monitor 26" con supporto</p>	N° 1
<p><u>CAVI</u> Cavi a fibre da 3,5 ART. 495 NAC</p>	N° 1
<p><u>FONTE DI LUCE</u> Fonte di luce a led 175 watt. Autonomia della lampada di almeno 30.000 ore. ART. 20161401-1</p>	N° 1