



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827

U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808959

Prot. n. 6672- 5/CS

Palermo, 11 DIC 2018

AVVISO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE DI PANNOLINI MUTANDINA E TRAVERSE SALVA LETTO PER LE VARIE UU.OO. DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO".

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808959 – PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato per l'affidamento della fornitura dei seguenti dispositivi rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara da indire a mezzo RDO su MEPA per addivenire alla fornitura in questione:

LOTTO N. 1 - PANNOLINI MUTANDINA BAMBINI	Quantità annua presunta
Caratteristiche tecniche e requisiti generali: <ul style="list-style-type: none">- Confezionati a più strati con parte superiore filtrante in T.N.T. 100% in polipropilene ipoallergico senza sbiancanti ottici;- Parte intermedia formata da strato di fluff assorbente di cellulosa resistente all'umidità;- Strato superassorbente o in polpa di cellulosa senza pieghe e/o incollature;- Parte inferiore in film di materiale plastico;- Forma anatomica a tenuta liquidi;- Lati con fettucce elastiche di almeno 10 mm. di larghezza e con due adesivi riposizionabili. Nei seguenti formati:	
➤ Pannolini Mutandina 0-3,5 kg circa	50.000
➤ Pannolini Mutandina 3-6 kg circa	32.000
➤ Pannolini Mutandina 4-9 kg circa	10.000
➤ Pannolini Mutandina 11-25 kg circa	8.000

LOTTO N. 2 – AUSILI DA INDOSSARE ASSORBENTI L'URINA	
Caratteristiche Generali: <ul style="list-style-type: none"> - Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio integrati (norma ISO 9943-3: 1, 12, 123). L'ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile avente la forma idonea a realizzare indossato una mutandina; - Confezionato con sistema di fissaggio per chiusura in vita, con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una maggiore tenuta; - Con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino di TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle. 	
Requisiti funzionali: <ul style="list-style-type: none"> - Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec. (metodica n. 001NMC93) - Rilascio di umidità non superiore a 1g (metodica n. 002NMC93) - Assorbimento specifico non inferiore a 7 g/g (metodica n. 003NMC93) 	
➤ Pannolini Mutandina per Adulti mis. Grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	220.000
➤ Pannolini Mutandina per Adulti mis. Media (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	20.000
LOTTO N. 3 – TRAVERSE SALVA LETTO	
Caratteristiche generali: <ul style="list-style-type: none"> - Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi con mezzi di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3: 2,12,12). Il presidio è composto da un supporto in materiale impermeabile e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore. 	
Requisito tecnico: <ul style="list-style-type: none"> - Superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% della superficie totale. 	
➤ Traverse salva letto 80 x 180 cm circa	440.000

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito www.ospedalirtiuntipalermo.it sezioni bandi.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla "consultazione" fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

Si evidenzia che, per la fornitura in oggetto, per le specifiche tecniche richieste in ragione delle peculiari esigenze da soddisfare, si rappresenta che:

- la procedura di gara sarà suddivisa in lotti;
- i fabbisogni e gli strumenti per farvi fronte sono rilevabili dalla documentazione allegata;

- la Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;
- la stazione appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016.

La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, "a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza" (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitati, (indicare nell'oggetto: "Indagine di mercato per la fornitura **IN SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE DI PANNOLINI MUTANDINA E TRAVERSE SALVA LETTO**" – ed il numero di protocollo del presente avviso .), a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro e **non oltre il**

28/12/2018 :

1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Questionario tecnico (allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

1. Se codesta ditta dispone di apparecchiature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell' allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-);
2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all'allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-), (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- 1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;
- 2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 25 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF bianco e nero:

1. manifestazione di interesse;
2. elenco dei documenti richiesti e sopraindicati;
3. cartella (zippata) con tutta la documentazione.

In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100dpi.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare nell'apposita colonna.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche dovrà essere fornita riscontrando al questionario tecnico allegato, e deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica (seconda colonna SI/NO), così come le specifiche tecniche in riferimento a ciascuna caratteristica relativamente al dispositivo commercializzato (terza colonna) e le segnalazioni rilevate, argomentando eventuali equivalenze (quarta colonna).

Le ditte sono invitate altresì a sintetizzare in ultimo, eventuali aspetti di esclusività, nonché aspetti migliorativi del dispositivo in commercio ed eventualmente proposto, e altresì l'eventuale necessità di utilizzo clinico mediante materiale consumabile dedicato mono e pluriuso, con relativa indicazione del costo medio di mercato (non il prezzo di listino).


Si precisa che tale indagine è finalizzata alla raccolta di informazioni di carattere tecnico ed economico in funzione di un'eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste, nell'ottica della futura procedura di gara.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare in apposita relazione.

La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail aldo.albano@villasofia.it od in assenza Dott. Saverio Intravaia telefono 091/7808959 e mail: saveriointravaia@villasofia.it

**IL RESPONSABILE
AREA PROVVEDITORATO
(Dott. Aldo ALBANO)**



ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

NR	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA)	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
1	LOTTO N. 1 – PANNOLINI MUTANDINA BAMBINI			
	Caratteristiche Generali: - Confezionati a più strati con parte superiore filtrante in T.N.T. 100% in polipropilene ipoallergico senza sbiancanti ottici.			
	- Parte intermedia formata da strato di fluff assorbente di cellulosa resistente all'umidità.			
	- Strato superassorbente o in polpa di cellulosa senza pieghe e/o incollature.			
	- Parte inferiore in film di materiale plastico.			
	- Forma anatomica a tenuta liquidi.			
	- Lati con fettucce elastiche di almeno 10 mm. di larghezza e con due adesivi riposizionabili.			
	Nei seguenti formati:			
1	Pannolini Mutandina 0-3,5 kg circa			
2	Pannolini Mutandina 3-6 kg circa			
3	Pannolini Mutandina 4-9 kg circa			
4	Pannolini Mutandina 11-25 kg circa			
	LOTTO N. 2 – AUSILI DA INDOSSARE ASSORBENTI L'URINA			
	Caratteristiche Generali e funzionali: Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio integrati (norma ISO 9943-3: 1, 12, 123). L'ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile avente la forma idonea a realizzare indossato una mutandina.			

	Segue LOTTO N. 2 – AUSILI DA INDOSSARE ASSORBENTI L'URINA			
	Confezionato con sistema di fissaggio per chiusura in vita, con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una maggiore tenuta			
	Con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino di TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle.			
	Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec. (metodica n. 001NMC93).			
	Rilascio di umidità non superiore a 1g (metodica n. 002NMC93).			
	Assorbimento specifico non inferiore a 7 g/g (metodica n. 003NMC93).			
	Nei seguenti formati;			
1	➤ Pannolini Mutandina per Adulti mis. Grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)			
2	➤ Pannolini Mutandina per Adulti mis. Media (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)			
	LOTTO N. 3 – TRAVERSE SALVA LETTO			
	Caratteristiche generali: - Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi con mezzi di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3: 2,12,12). Il presidio è composto da un supporto in materiale impermeabile e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore. Requisito tecnico: Superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% della superficie totale.			
11	Traverse salva letto 80 x 180 cm circa			
QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO				