



**Azienda Ospedaliera**  
**OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**

Legge Regionale n.5 del 14/04/2009

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

**Unità Operativa Complessa Appalti e Forniture**

**Tel. 091.7808763 Fax. 091.7808394**

**OGGETTO: Chiarimenti indagine di mercato per la fornitura quinquennale di reagenti in manuale per i laboratori delle UU.OO.CC. dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Palermo**

**QUESITO 1**

- Si chiede se al Lotto 32 alle voci 1) e 2) il volume espresso in millilitri (ml) è confermato o se è un errore di stampa

**RISPOSTA AL QUESITO 1**

- Il volume espresso in millilitri è un errore, il volume corretto va espresso in microlitri

**QUESITO 2**

- Si chiede se al Lotto 12 alla voce 6) l’analisi del “codone 861” è necessario o se si tratta di un refuso

**RISPOSTA AL QUESITO 2**

- Si tratta di un refuso

**QUESITO 3**

- Si chiede di specificare la metodica richiesta per il Lotto 80

**RISPOSTA AL QUESITO 3**

- La metodica richiesta è la Real Time PCR-SSP per la tipizzazione rapida di 11 loci HLA (HLA-A, A, B, C, DRB1,DRB3-4-5, DQA1, DQB1, DPA1, DPB1) in un'unica piastra da 384 pozzetti

#### **QUESITO 4**

- Si chiede se è corretto che il GIEMSA è stato inserito in due indagini di mercato:  
Prot. n. 854 (lotti infungibili) al Lotto 11 in conf. da 500ml  
Prot. n. 855 al Lotto 257 (lotti omogenei) in conf. da 1lt

#### **RISPOSTA AL QUESITO 4**

- Il GIEMSA al Prot. n. 855 al Lotto 257 (lotti omogenei) in conf. da 1lt va cancellato
- Si conferma che quello corretto è al Prot. n. 854 (lotti infungibili) al Lotto 11 in conf. da 500ml

#### **QUESITO 5**

- Si chiedono spiegazioni in merito al lotto 17 in quanto i quantitativi richiesti nell'indagine di mercato non hanno corrispondenza con quelli dell'allegato A

#### **RISPOSTA AL QUESITO 5**

I quantitativi esatti sono quelli richiesti nell'indagine di mercato.

Il Direttore  
dell' U.O.C. / Provveditorato  
Dr Aldo Albano

