

PROT. N. 3162/5-CS

PALERMO, 07-02-2019

AVVISO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI RIVELATORE FISSO DI OGGETTI FERROMAGNETICI

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808231 – PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato per l'affidamento della fornitura di rivelatore fisso di oggetti ferromagnetici rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara da indire per addvenire alla fornitura in questione secondo il fabbisogno appresso elencato

Caratteristiche tecniche standard:

- struttura portale fissa adattabile alla conformazione dell'accesso alla sala di esame (anche a mezzo sopralluogo della ditta installatrice)
- deve consentire il controllo magnetico: al passaggio sia di soggetti deambulanti (pazienti/operatori potenzialmente portatori di oggetti ferro magnetici) sia di mezzi di movimentazione dei pazienti (sedie/letti/barelle costituiti da parti di materiale ferromagnetico)
- il layout di installazione e la produzione di allarme che esprime la presenza di materiale ferromagnetico transitante devono essere tali da consentire un margine di tempo e spazio per inibire - il passaggio prima che il soggetto o altro varchi la soglia di accesso alla sala di esame
- il rivelatore magnetico di oggetti ferromagnetici deve essere asservito da sistema di regolazione della sensibilità da parte dell'operatore del sito RM
- il sistema deve esibire ad ogni passaggio di soggetti c/o mezzi di movimentazione un segnale acustico e/o luminoso che esprima stati di: libero passaggio (controllo regolare con assenza di materiale ferromagnetico), sospetta presenza di materiale ferromagnetico (necessaria verifica approfondita prima di accedere alla sala di esame), presenza di materiale ferromagnetico: (condizione di immediata interdizione del passaggio)
- in caso di allarme da presenza di materiale ferromagnetico, il sistema deve produrre un allarme aggiuntivo in caso di passaggio forzato ed accesso imprevisto alla sala di esame da parte di soggetti e/o mezzi di movimentazione
- il sistema deve produrre stato di libero passaggio in presenza di materiali metallici amagnetici, da considerarsi pertanto innocui.

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it sezioni bandi.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla “consultazione” fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

Si evidenzia che per la fornitura in oggetto, per le specifiche tecniche richieste in ragione delle peculiari esigenze da soddisfare, si rappresenta che:

- la procedura di gara sarà a lotto unico;
- i fabbisogni e gli strumenti per farvi fronte sono rilevabili dalla documentazione allegata;
- la Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;
- la stazione appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente “consultazione” è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016.

La presente “consultazione” non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente “consultazione”, nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente “consultazione” per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, *“a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”* (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitati, (indicare nell'oggetto: “Indagine di mercato per la fornitura in somministrazione triennale di rulli di carta per lettino da visita” – ed il numero di protocollo del presente avviso .), a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro e non oltre il 26/02/2018 :

1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Questionario tecnico (allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore del bene proposto il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del bene offerto;

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

SITO WEB:
www.ospedaliriunitipalermo.it

–SEDE LEGALE:
Viale Strasburgo, 233
90146 – Palermo
P.IVA: 05841780827

U.O.C. PROVVEDITORATO

Viale Strasburgo, 233
90146 – Palermo

Tel.: +39 091 / 7808231

E-mail: approvvigionamenti@villasofia.it

PEC: appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

1. Se codesta ditta dispone di bene aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell' allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-);
2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all' allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-), (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- 1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;
- 2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 25 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF bianco e nero:

1. manifestazione di interesse;
2. elenco dei documenti richiesti e sopraindicati;
3. cartella (zippata) con tutta la documentazione.

In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100dpi.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare nell'apposita colonna.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche dovrà essere fornita riscontrando al questionario tecnico allegato, e deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica (seconda colonna SI/NO), così come le specifiche tecniche in riferimento a ciascuna caratteristica relativamente al dispositivo commercializzato (terza colonna) e le segnalazioni rilevate, argomentando eventuali equivalenze (quarta colonna).

Le ditte sono invitate altresì a sintetizzare in ultimo, eventuali aspetti di esclusività, nonché aspetti migliorativi del dispositivo in commercio ed eventualmente proposto, e altresì l'eventuale necessità di utilizzo clinico mediante materiale consumabile dedicato mono e pluriuso, con relativa indicazione del costo medio di mercato (non il prezzo di listino).

Si precisa che tale indagine è finalizzata alla raccolta di informazioni di carattere tecnico ed economico in funzione di un'eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste, nell'ottica della futura procedura di gara.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare in apposita relazione.

La partecipazione alla presente “consultazione” non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all’Area Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail aldo.albano@villasofia.it od in assenza Geom Antonino Campagna telefono 0917808231 e mail: a.campagna@villasofia.it

IL RESPONSABILE
AREA PROVVEDITORATO
(Dott. Aldo ALBANO)

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA RIVELATORE FISSO DI OGGETTI FERROMAGNETICI

NR	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA)	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
1	- struttura portale fissa adattabile alla conformazione dell'accesso alla sala di esame (anche a mezzo sopralluogo della ditta installatrice)			
2	- deve consentire il controllo magnetico: al passaggio sia di soggetti deambulanti (pazienti/operatori potenzialmente portatori di oggetti ferro magnetici) sia di mezzi di movimentazione dei pazienti (sedie/letti/barelle costituiti da parti di materiale ferromagnetico)			
3	- il layout di installazione e la produzione di allarme che esprime la presenza di materiale ferromagnetico			

	<p>transitante devono essere tali da consentire un margine di tempo e spazio per inibire il passaggio prima che il soggetto o altro varchi la soglia di accesso alla sala di esame il rivelatore magnetico di oggetti ferromagnetici deve essere asservito da sistema di regolazione della sensibilità da parte dell'operatore del sito RM</p>			
4	<p>il rivelatore magnetico di oggetti ferromagnetici deve essere asservito da sistema di regolazione della sensibilità da parte dell'operatore del sito RM</p> <p>-</p>			
5	<p>- il sistema deve esibire ad ogni passaggio di soggetti c/o mezzi di movimentazione un segnale acustico e/o luminoso che esprima stati di: libero passaggio (controllo regolare con assenza di materiale ferromagnetico), sospetta presenza di materiale ferromagnetico (necessaria verifica approfondita prima di accedere alla sala di esame), presenza di materiale ferromagnetico: (condizione di immediata</p>			

	interdizione del passaggio)			
6	- in caso di allarme da presenza di materiale ferromagnetico, il sistema deve produrre un allarme aggiuntivo in caso di passaggio forzato ed accesso imprevisto alla sala di esame da parte di soggetti e/o mezzi di movimentazione			
7	- il sistema deve produrre stato di libero passaggio in presenza di materiali metallici amagnetici, da considerarsi pertanto innocui.			
<p>QUALORA LA PRESENTE SCHEDE TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO</p>				