



Sede Legale
 Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
 Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
 U.O.C. Provveditorato

Prot. 4017 / 5/CS

Palermo, 19-02-2019

AVVISO : INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI PMA.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA’ OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808305 – PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento della fornitura dei seguenti dispositivi rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara da indire per addivenire alla fornitura in questione secondo il fabbisogno annuo:

N	Descrizione	Quantità
a	<p>Set per aspirazione ovocitaria composto da: Ago monolumine con punta a becco di flauto atraumatico a tripla angolatura con marker ecogenico a laser da 5mm a valle dell’angolatura stessa, connesso con un catetere sottile e con tappo soft inseribile in una provetta di raccolta tipo falcon. Valvola a tre vie per selezionare la velocità di flusso di aspirazione e di lavaggio dei follicoli, tubi di connessione tra il tappo e la sorgente di connessione, lunghezza ago 30cm, diam. Esterno G17, diam. interno 1mm, tubo di aspirazione con lunghezza utile di 80cm, diam. Esterno 2mm e diam. Interno 1,1 cm, canale di suzione da 100 cm, diam. Esterno 5,6 mm e diam. Interno 3,8 in poliuretano. Il sistema deve poter mantenere ad una temperatura appropriata la provetta di raccolta mediante sistemi di riscaldamento.</p>	Nr. 450
b	<p>Set tipo frydman per embio-transfer normale e difficoltoso composto da: una camicia esterna in polipropilene da 18 cm, esterno 220 mm con marcatori guida ecogenici ogni centimetro, catetere di transfer con sezione distale irrigidita e sezione prossimale con camicia interna per migliore maneggevolezza, lunghezza utile del catetere 21,5 cm, lunghezza della punta flessibile 4,5 volume interno 0,20 ml diam. esterno 1,60 mm con posizione polietilene, stiletto interno in acciaio rivestito in polietilene, lunghezza utile 17,5 m, diam. esterno 1,55 mm</p>	Nr 800

c	Catetere per inseminazioni intrauterine in casi difficili: Catetere utilizzato nelle procedure di inseminazione intrauterina, inclusi i casi difficili. Mandrino confezionato insieme, per consentire una introduzione di sperma in un solo step senza doverlo estrarre. Il catetere è dotato di due porte laterali distali posizionate a circa 3mm dalla sua fine. Stopper attaccato a circa 5 cm dalla punta. Lunghezza 18 cm circa e diametro esterno di 1.7 mm circa.	Nr 50
d	Catetere per inseminazioni intrauterine Catetere IUI Memo per inseminazione intrauterina, caratterizzato dalla memoria di forma, che consente alla punta distale di piegarsi a seconda della flessione cervicale. Dotato di due porte laterali distali per la distribuzione ottimale degli spermatozoi con marcatura sulla cannula esterna a circa 6-7 cm dalla punta distale. Lunghezza 200 mm circa	Nr 200

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito www.ospedaliriuntipalermo.it sezioni bandi.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla “consultazione” fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

Si evidenzia che per la fornitura in oggetto, per le specifiche tecniche richieste in ragione delle peculiari esigenze da soddisfare, si rappresenta che:

- la procedura di gara non sarà/sarà suddivisa in lotti;
- i fabbisogni e gli strumenti per farvi fronte sono rilevabili dalla documentazione allegata;
- la Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;
- la stazione appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente “consultazione” è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016.

La presente “consultazione” non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente “consultazione”, nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente “consultazione” per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, “a condizione che non

abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza" (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitati, (indicare nell'oggetto: "Indagine di mercato per la fornitura di _____" – ed il numero di protocollo del presente avviso .), a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro **e non oltre il 05/03/2019**:

1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Questionario tecnico (allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

1. Se codesta ditta dispone di apparecchiature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell' allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-);
2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all'allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-), (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- 1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;
- 2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo
PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 25 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF bianco e nero:

- 1.manifestazione di interesse;
- 2.elenco dei documenti richiesti e sopraindicati;
- 3.cartella (zippata) con tutta la documentazione.

In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100dpi.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare nell'apposita colonna.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche dovrà essere fornita riscontrando al questionario tecnico allegato, e deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica (seconda colonna SI/NO), così come le specifiche tecniche in riferimento a ciascuna caratteristica relativamente al dispositivo commercializzato (terza colonna) e le segnalazioni rilevate, argomentando eventuali equivalenze (quarta colonna).

Le ditte sono invitate altresì a sintetizzare in ultimo, eventuali aspetti di esclusività, nonché aspetti migliorativi del dispositivo in commercio ed eventualmente proposto, e altresì l'eventuale necessità di utilizzo clinico mediante materiale consumabile dedicato mono e pluriuso, con relativa indicazione del costo medio di mercato (non il prezzo di listino).


Si precisa che tale indagine è finalizzata alla raccolta di informazioni di carattere tecnico ed economico in funzione di un'eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste, nell'ottica della futura procedura di gara.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare in apposita relazione.

La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail aldo.albano@villasofia.it od in assenza alla Sig.ra Caterina Ciulla telefono 091/7808305 e mail caterina.ciulla@villasofia.it

IL RESPONSABILE
AREA PROVVEDITORATO
(Dott. Aldo ALBANO)



ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

NR.	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA)	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
a	<p>Set per aspirazione ovocitaria composto da:</p> <p>Ago monolume con punta a becco di flauto atraumatico a tripla angolatura con marker ecogenico a laser da 5mm a valle dell'angolatura stessa, connesso con un catetere sottile e con tappo soft inseribile in una provetta di raccolta tipo falcon.</p> <p>Valvola a tre vie per selezionare la velocità di flusso di aspirazione e di lavaggio dei follicoli, tubi di connessione tra il tappo e la sorgente di connessione, lunghezza ago 30cm, diam. Esterno G17, diam. interno 1mm, tubo di aspirazione con lunghezza utile di 80cm, diam. Esterno 2mm e diam. Interno 1,1 cm, canale di suzione da 100 cm, diam. Esterno 5,6 mm e diam. Interno 3,8 in poliuretano.</p> <p>Il sistema deve poter mantenere ad una temperatura appropriata la provetta di raccolta mediante sistemi di riscaldamento.</p>			
b	<p>Set tipo frydman per embio-transfer normale e difficoltoso composto da:</p> <p>una camicia esterna in polipropilene da 18 cm, esterno 220 mm con marcatori guida ecogenici ogni centimetro, catetere di transfer con sezione distale irrigidita e sezione prossimale con camicia interna per migliore maneggevolezza,</p>			

	<p>lunghezza utile del catetere 21,5 cm, lunghezza della punta flessibile 4,5 volume interno 0,20 ml diam. esterno 1,60 mm con posizione polietilene, stiletto interno in acciaio rivestito in polietilene, lunghezza utile 17,5 m, diam. esterno 1,55 mm</p>			
c	<p>Catetere per inseminazioni intrauterine in casi difficili: Catetere utilizzato nelle procedure di inseminazione intrauterina, inclusi i casi difficili. Mandrino confezionato insieme, per consentire una introduzione di sperma in un solo step senza doverlo estrarre. Il catetere è dotato di due porte laterali distali posizionate a circa 3mm dalla sua fine. Stopper attaccato a circa 5 cm dalla punta. Lunghezza 18 cm circa e diametro esterno di 1.7 mm circa.</p>			
d	<p>Catetere per inseminazioni intrauterine Catetere IUI Memo per inseminazione intrauterina, caratterizzato dalla memoria di forma, che consente alla punta distale di piegarsi a seconda della flessione cervicale. Dotato di due porte laterali distali per la distribuzione ottimale degli spermatozoi con marcatura sulla cannula esterna a circa 6-7 cm dalla punta distale. Lunghezza 200 mm circa</p>			
<p>QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO</p>				