

PROT. N. 5008/5-CS

PALERMO, 04-03-2019

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT STRUMENTARIO EMOSTASI E TAGLIO PER L'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA.**

L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO", UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO – PEC: [appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it) intende avviare una consultazione preliminare di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura inerente la fornitura di KIT STRUMENTARIO EMOSTASI E TAGLIO PER L'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA, così come di seguito descritta:

**DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER CHIRURGIA CELIOSCOPICA PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITA' CHIRURGICA MINI INVASIVA.**

NR.	DESCRIZIONE	Fabbisogno presunto annuale
1	<p>Kit strumentario emostasi/taglio monouso in confezione sterile composto da:</p> <p>A) Dissettore curvo bipolare Maryland diametro 5,0 mm, morso mono articolato con rivestimento anti escara, lunghezza 330 mm, impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;</p> <p>B) Tagliante lame curve metzenbaum monopolare, dotata di stelo e articolazione con rivestimento primario isolante, diametro 5,0 mm, lunghezza disponibile a scelta 170, 330, 440 mm, impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;</p> <p>C) Dispositivo porta strumenti con linguetta adesiva per l'ancoraggio ai drappi chirurgici, dotato di almeno tre spazi profondi per lo stivaggio di strumentario endoscopico;</p> <p>D) Cannula sec. Spackmann con cono dilatante atraumatico, in lega di acciaio inox, impugnatura che facilita l'antiversione gravitazionale, completo di stiletto, monouso sterile.</p>	180

NR.	DESCRIZIONE	Fabbisogno presunto annuale
2	<p>Kit strumentario emostasi/taglio monouso in confezione sterile composto da:</p> <p>A) Drasper fenestrato bipolare diametro 5,0 mm, morso disponibile in due versioni: a1) mono articolazione a2) doppia articolazione con rivestimento anti escara, lunghezza 330 mm, impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;</p> <p>B) Tagliante lame curve mini metzenbaum monopolare articolazione isolata diametro 5,0 mm, lunghezza disponibile a scelta 170, 330, 440 mm, dotata di stelo e articolazione con rivestimento primario isolante, diametro 5.0 mm, impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;</p> <p>C) Dispositivo porta strumenti con linguetta adesiva per l'ancoraggio ai drappi chirurgici, dotato di almeno tre spazi profondi per lo stivaggio di strumentario endoscopico;</p> <p>D) Cannula sec. Spackmann con cono dilatante atraumatico, in lega di acciaio inox, impugnatura che facilita l'antiversione gravitazionale, completo di stiletto, monouso sterile.</p>	70
NR.	DESCRIZIONE	Fabbisogno presunto annuale
3	<p>Kit strumentario emostasi/taglio monouso in confezione sterile composto da:</p> <p>A) Dissetto curvo bipolare Maryland diametro 3,0 mm, morso mono articolato con rivestimento anti escara, lunghezza 330 mm, impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;</p> <p>B) Tagliante lame curve metzenbaum monopolare, dotata di stelo e articolazione con rivestimento primario isolante, diametro 3,0 mm, lunghezza 330 mm, impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;</p> <p>C) Kit irriga aspira diametro cannula 3,0 mm, lunghezza 280/300 mm, con tubolatura;</p> <p>D) Cannula sec. Spackmann con cono dilatante atraumatico, in lega di acciaio inox, impugnatura che facilita l'antiversione gravitazionale, completo di stiletto, monouso sterile.</p>	80

NR.	DESCRIZIONE	Fabbisogno presunto annuale
4	<p>Kit strumentario emostasi/taglio monouso in confezione sterile composto da:</p> <p>A) Grasper fenestrato bipolare diametro 3,0 mm, morso disponibile in due versioni: a1) mono articolazione a2) doppia articolazione con rivestimento anti escara, lunghezza 330 mm, impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;</p> <p>B) Forbice standard metzenbaum monopolare, dotata di stelo e articolazione con rivestimento primario isolante, diametro 3,0 mm, lunghezza 330 mm, impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;</p> <p>C) Kit irriga aspira diametro cannula 3,0 mm, lunghezza 280/300 mm, con tubolatura;</p> <p>D) Cannula sec. Spackmann con cono dilatante atraumatico, in lega di acciaio inox, impugnatura che facilita l'antiversione gravitazionale, completo di stiletto, monouso sterile.</p>	80

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito [www.ospedaliriunitipalermo.it](http://www.ospedaliriunitipalermo.it) sezioni bandi.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla "consultazione" fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

Si evidenzia che per le forniture in oggetto:

- la procedura di gara sarà suddivisa in lotti;
- i fabbisogni e gli strumenti per farvi fronte sono rilevabili dalla documentazione allegata;
- la Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;

- la Stazione appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016.

La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, *"a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza"* (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitati, (indicare nell'oggetto: "INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI KIT STRUMENTARIO EMOSTASI E TAGLIO PER L'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA" ed il numero di protocollo del presente avviso), a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro e non oltre il 21/03/2019 :

1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore,;
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Questionario tecnico (allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta.

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

1. Se codesta ditta dispone di dispositivi aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell' allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-);

2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all'allegata scheda tecnica (-Allegato A-), (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- 1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;
- 2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC: [appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it)

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 25 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF bianco e nero:

1. manifestazione di interesse;
2. elenco dei documenti richiesti e sopraindicati;
3. cartella (zippata) con tutta la documentazione.

In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100dpi.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare nell'apposita colonna.

La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche dovrà essere fornita riscontrando al questionario tecnico allegato, e deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica (seconda colonna SI/NO), così come le specifiche tecniche in riferimento a ciascuna

caratteristica relativamente al dispositivo commercializzato (terza colonna) e le segnalazioni rilevate, argomentando eventuali equivalenze (quarta colonna).


Le ditte sono, altresì, invitate a sintetizzare in ultimo, eventuali aspetti di esclusività, nonché aspetti migliorativi del dispositivo in commercio ed eventualmente proposto, e altresì l'eventuale necessità di utilizzo clinico mediante materiale consumabile dedicato mono e pluriuso, con relativa indicazione del costo medio di mercato (non il listino prezzi).

Si precisa che tale indagine è finalizzata alla raccolta di informazioni di carattere tecnico ed economico in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste, nell'ottica della futura procedura di gara.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'U.O.C. Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e-mail [aldo.albano@villasofia.it](mailto:aldo.albano@villasofia.it) od in assenza del Funzionario Istruttore Dott. Massimo SANFILIPPO (tel. 0917808321 e-mail: [massimo.sanfilippo@villasofia.it](mailto:massimo.sanfilippo@villasofia.it)).

**ASSISTENTE AMMINISTRATIVO**  
**Dott. Massimo Sanfilippo**

**Il Direttore U.O.C. Provveditorato**

  
**(Dott. Aldo Albano)**

**ALLEGATO A**

**CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA**

NR.	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA)	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
1	<p>Kit strumentario emostasi/taglio monouso in confezione sterile composto da:</p> <p>A) Dissettore curvo bipolare Maryland diametro 5,0 mm, morso mono articolato con rivestimento anti escara, lunghezza 330 mm, impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;</p> <p>B) Tagliante lame curve metzenbaum monopolare, dotata di stelo e articolazione con rivestimento primario isolante, diametro 5,0 mm, lunghezza disponibile a scelta 170, 330, 440 mm, impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;</p> <p>C) Dispositivo porta strumenti con linguetta adesiva per l'ancoraggio ai drappi chirurgici, dotato di almeno tre spazi profondi per lo stivaggio di strumentario endoscopico;</p> <p>D) Cannula sec. Spackmann con cono dilatante atraumatico, in lega di acciaio inox, impugnatura che facilita l'antiversione gravitazionale, completo di stiletto, monouso sterile.</p>			
2	<p>Kit strumentario emostasi/taglio monouso in confezione sterile composto da:</p> <p>A) Drasper fenestrato bipolare diametro 5,0 mm,</p>			

<p>morso disponibile in due versioni: a1) mono articolazione a2) doppia articolazione con rivestimento anti escara, lunghezza 330 mm, impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;</p> <p>B) Tagliante lame curve mini metzenbaum monopolare articolazione isolata diametro 5,0 mm, lunghezza disponibile a scelta 170, 330, 440 mm, dotata di stelo e articolazione con rivestimento primario isolante, diametro 5.0 mm, impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;</p> <p>C) Dispositivo porta strumenti con linguetta adesiva per l'ancoraggio ai drappi chirurgici, dotato di almeno tre spazi profondi per lo stivaggio di strumentario endoscopico;</p> <p>D) Cannula sec. Spackmann con cono dilatante atraumatico, in lega di acciaio inox, impugnatura che facilita l'antiversione gravitazionale, completo di stiletto, monouso sterile.</p>			
<p>3 Kit strumentario emostasi/taglio monouso in confezione sterile composto da:</p> <p>A) Dissettore curvo bipolare Maryland diametro 3,0 mm, morso mono articolato con rivestimento anti escara, lunghezza 330 mm, impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;</p> <p>B) Tagliante lame curve metzenbaum monopolare, dotata di stelo e articolazione con rivestimento primario isolante, diametro 3,0 mm, lunghezza 330 mm,</p>			

<p>impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;          C) Kit irriga aspira diametro cannula 3,0 mm, lunghezza 280/300 mm, con tubolatura;          D) Cannula sec. Spackmann con cono dilatante atraumatico, in lega di acciaio inox, impugnatura che facilita l'antiversione gravitazionale, completo di stiletto, monouso sterile.</p>			
<p>4 Kit strumentario emostasi/taglio monouso in confezione sterile composto da:          A) Grasper fenestrato bipolare diametro 3,0 mm, morso disponibile in due versioni: a1) mono articolazione a2) doppia articolazione con rivestimento anti escara, lunghezza 330 mm, impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;          B) Forbice standard metzenbaum monopolare, dotata di stelo e articolazione con rivestimento primario isolante, diametro 3,0 mm, lunghezza 330 mm, impugnatura con anelli di grandi dimensioni, monouso in confezione sterile;          C) Kit irriga aspira diametro cannula 3,0 mm, lunghezza 280/300 mm, con tubolatura;          D) Cannula sec. Spackmann con cono dilatante atraumatico, in lega di acciaio inox, impugnatura che facilita l'antiversione gravitazionale, completo di stiletto, monouso sterile.</p>			

---

**QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO**

---