



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato

Prot. 2352/5/CS

Palermo 20-05-2019

AVVISO : INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI KIT PER VASO CENTRALE PER TRATTAMENTI EXTRACORPOREI (EMODIALISI, PLASMAFERESI, AFERESI).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808305 – PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato per l'affidamento della fornitura dei seguenti dispositivi rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara da indire per addivenire alla fornitura in questione secondo il fabbisogno annuo:

Lotto 1 Cateteri venosi centrali temporanei o a breve termine

N	Descrizione	Quantità annua
1	Kit completo di ago introduttore, guida, dilatatore per cateteri in silicone doppio lume, lungh. 15 cm x 11,5 F.	Nr. 200
2	Kit completo di ago introduttore, guida, dilatatore per cateteri in silicone doppio lume, lungh. 20 cm x 11,5 F.	Nr. 50
3	Kit completo di ago introduttore, guida, dilatatore per cateteri in silicone doppio lume, lungh. 24cm x 11,5 F.	Nr. 60

Lotto 2 Cateteri venosi centrali a permanenza o a lungo termine

N	Descrizione	Quantità annua
1	Kit catetere a lungo termine per emodialisi a doppio lume in silicone da 28 cm x 12,5 F, completo di tutti gli accessori atti al posizionamento secondo tecnica di Seldinger	Nr 35
2	Kit catetere a lungo termine per emodialisi a doppio lume in silicone da 32 cm x 12,5 F, completo di tutti gli accessori atti al posizionamento secondo tecnica di Seldinger	Nr 15

Lotto 3 Cateteri per embolectomia arteriosa

N	Descrizione	Quantità
1	Kit catetere per embolectomia arteriosa tipo Fogarty misura 3F doppio lume	Nr 5
2	Kit catetere per embolectomia arteriosa tipo Fogarty misura 4F doppio lume	Nr 3

4. Questionario tecnico (allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

1. Se codesta ditta dispone di apparecchiature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell' allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-);
2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all'allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-), (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- 1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;
- 2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 25 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF bianco e nero:

- 1.manifestazione di interesse;
- 2.elenco dei documenti richiesti e sopraindicati;
- 3.cartella (zippata) con tutta la documentazione.

In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100dpi.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare nell'apposita colonna.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche dovrà essere fornita riscontrando al questionario tecnico allegato, e deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica (seconda colonna SI/NO), così come le specifiche tecniche in riferimento a ciascuna caratteristica relativamente al dispositivo commercializzato (terza colonna) e le segnalazioni rilevate, argomentando eventuali equivalenze (quarta colonna).

Le ditte sono invitate altresì a sintetizzare in ultimo, eventuali aspetti di esclusività, nonché aspetti migliorativi del dispositivo in commercio ed eventualmente proposto, e altresì l'eventuale necessità di utilizzo clinico mediante materiale consumabile dedicato mono e pluriuso, con relativa indicazione del costo medio di mercato (non il prezzo di listino).

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

NR.	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA)	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
LOTTO 1 Cateteri venosi centrali temporanei o a breve termine				
1	Kit completo di ago introduttore, guida, dilatatore per cateteri in silicone doppio lume, lungh. 15 cm x 11,5 F.			
2	Kit completo di ago introduttore, guida, dilatatore per cateteri in silicone doppio lume, lungh. 20 cm x 11,5 F.			
3	Kit completo di ago introduttore, guida, dilatatore per cateteri in silicone doppio lume, lungh. 24cm x 11,5 F.			
LOTTO 2 Cateteri venosi centrali a permanenza o a lungo termine				
1	Kit catetere a lungo termine per emodialisi a doppio lume in silicone da 28 cm x 12,5 F, completo di tutti gli accessori atti al posizionamento secondo tecnica di Seldinger			
2	Kit catetere a lungo termine per emodialisi a doppio lume in silicone da 32 cm x 12,5 F, completo di tutti gli accessori atti al posizionamento secondo tecnica di Seldinger			
LOTTO 3 Cateteri per embolectomia arteriosa				
1	Kit catetere per embolectomia arteriosa tipo Fogarty misura 3F doppio lume			
2	Kit catetere per embolectomia arteriosa tipo Fogarty misura 4F doppio lume			
QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO				