



Sede Legale
 Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
 Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
 U.O.C. Provveditorato
 Tel. 091.7808305

Prot. 9468/5

Palermo 06-09-2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI PORTACAMPIONI OCCORRENTI ALLE UU.OO.CC. DELL'AZIENDA.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808305 – PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it rende noto che, per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura inerente la fornitura in questione secondo il seguente fabbisogno annuo.

Lotto 1 Sacchetti per il Sistema di riempimento automatico e sigillatura sotto vuoto dei campioni biologici

N	DESCRIZIONE	QUANTITA' ANNUA
1	<p>Buste per il riempimento automatico e sigillatura sotto vuoto dei campioni biologici, necessari per le Sale Operatorie delle Chirurgie, Urologia ed ORL. Le buste devono essere provviste di codice a barre in quanto il sistema di chiusura e sigillatura delle medesime, in dotazione al Laboratorio di Anatomia Patologica, può essere utilizzato solo con buste dotate di tale codice a barre.</p> <p>Il sistema di chiusura utilizzato presso è: Seal SAFE _ Automatic Filling and vacuum Sealing System – Milestone – Menarini.</p> <p>-Sacchetti porta campione misura piccolo cm 20x30 circa -Sacchetti porta campione misura medio cm 32x42 circa -Sacchetti porta campione misura grande cm 32x55 circa</p>	<p>Nr 7.500 Nr 7.500 Nr 7.500</p>

Lotto 2 Contenitori pre riempiti in formalina tamponata al 10%

N	DESCRIZIONE	QUANTITA' ANNUA
1	<p>Sistema costituito da due contenitori in materiale plastico trasparente e sistema di chiusura a tenuta: un contenitore contenente un tampone liquido non tossico in cui inserire il campione biotipico e un contenitore preriempito di formalina. I due contenitori devono essere collegati tramite un dispositivo a circuito chiuso che, dopo l'inserimento del campione nel contenitore con il tampone,</p>	Nr. 22.500

<p>tramite una manovra dell'operatore, consenta il passaggio della formalina nel contenitore contenete il tampone e la biopsia (volume finale 20-30 ml circa) . Il dispositivo deve essere dotato di un meccanismo che eviti che la formalina torni nel contenitore di partenza con rischio di perdita della biopsia stessa. Nella fornitura devono essere compresi i supporti per i contenitori per rendere più agevole e sicuro il trasporto dei campioni. Il prodotto deve essere fornito di certificazione di conformità alle normative vigenti (Regolamento europeo 605/2014)</p>	
--	--

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito www.ospedaliriuntipalermo.it sezioni bandi.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla “consultazione” fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

Si evidenzia che per le forniture in oggetto, per le specifiche tecniche richieste in ragione delle peculiari esigenze da soddisfare, si ritiene sussistente una situazione di infungibilità quale definita dalle Linee Guida dell'ANAC n. 8. Ai sensi di quanto previsto dalle medesime Linee Guida, si rappresenta che:

- la procedura di gara non sarà/sarà suddivisa in lotti;
- i fabbisogni e gli strumenti per farvi fronte sono rilevabili dalla documentazione allegata;
- la Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;
- la Stazione appaltante procederà all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a conclusione dell'istruttoria ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti e non ritenga quindi percorribili le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte;
- la stazione appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente “consultazione” è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016.

La presente “consultazione” non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente “consultazione”, nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente “consultazione” per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, “*a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza*” (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitati, (indicare nell'oggetto: "Indagine di mercato per la fornitura di dispositivi per celioscopia" – ed il numero di protocollo del presente avviso .), a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro e non oltre il 20/09/2019 :

1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Questionario tecnico (allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

1. Se codesta ditta dispone di apparecchiature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell' allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-);
2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all'allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-), (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- 1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;
- 2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 25 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF bianco e nero:

- 1.manifestazione di interesse;
- 2.elenco dei documenti richiesti e sopraindicati;
- 3.cartella (zippata) con tutta la documentazione.

In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100dpi.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare in apposita relazione.

La partecipazione alla presente “consultazione” non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all’Area Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail aldo.albano@villasofia.it od in assenza alla Sig.ra C. Ciulla 091/7808305 e mail caterina.ciulla@villasofia.it.

IL RESPONSABILE
AREA PROVVEDITORATO
(Dott. Aldo ALBANO)



ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

N	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA)	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
Lotto 1 Sacchetti per il Sistema di riempimento automatico e sigillatura sotto vuoto dei campioni biologici				
	<p>Buste per il riempimento automatico e sigillatura sotto vuoto dei campioni biologici, necessari per le Sale Operatorie delle Chirurgie, Urologia ed ORL.</p> <p>Le buste devono essere provviste di codice a barre in quanto il sistema di chiusura e sigillatura delle medesime, in dotazione al Laboratorio di Anatomia Patologica, può essere utilizzato solo con buste dotate di tale codice a barre.</p> <p>Il sistema di chiusura utilizzato presso è: Seal SAFE _ Automatic Filling and vacuum Sealing System – Milestone – Menarini.</p> <p>-Sacchetti porta campione misura piccolo cm 20x30 circa Nr. 7.500</p> <p>-Sacchetti porta campione misura medio cm 32x42 circa Nr. 7.500</p> <p>-Sacchetti porta campione misura grande cm 32x55 circa Nr. 7.500</p>			
Lotto 2 Contenitori pre riempiti in formalina tamponata al 10%				
	<p>Sistema costituito da due contenitori in materiale plastico trasparente e sistema di chiusura a tenuta:</p> <p>un contenitore contenente un tampone liquido non tossico in cui inserire il campione bioptico e un contenitore preriempito di formalina.</p>			

N	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA)	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
	<p>I due contenitori devono essere collegati tramite un dispositivo a circuito chiuso che, dopo l'inserimento del campione nel contenitore con il tampone, tramite una manovra dell'operatore, consenta il passaggio della formalina nel contenitore contenete il tampone e la biopsia (volume finale 20-30 ml circa) .</p> <p>Il dispositivo deve essere dotato di un meccanismo che eviti che la formalina torni nel contenitore di partenza con rischio di perdita della biopsia stessa.</p> <p>Nella fornitura devono essere compresi i supporti per i contenitori per rendere più agevole e sicuro il trasporto dei campioni.</p> <p>Il prodotto deve essere fornito di certificazione di conformità alle normative vigenti (Regolamento europeo 605/2014). Nr 22.500</p>			

QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO