

**CAPITOLATO DI GARA
PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALE MONOUSO IN
TESSUTO NON TESSUTO (TNT) STERILE PER LE ESIGENZE DELLE
SALE OPEATORIE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA " OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA CERVELLO ".**

Art. 1.(Oggetto dell'appalto)

Il presente capitolato, che avrà la durata di anni cinque, ha per oggetto l'affidamento della fornitura e la relativa gestione di materiale monouso in Tessuto non Tessuto (TNT) sterile , necessari per gli interventi chirurgici delle sale operatorie dell'Azienda Ospedaliera, nei Presidi Ospedalieri Villa Sofia, V. Cervello e CTO, secondo le specialità ed il volume degli interventi (DRG/interventi) specificati ed individuati per ogni singolo blocco operatorio (Allegato 1).

La Ditta aggiudicataria della presente gara, avrà l'onere di prevedere l'espletamento di un servizio articolato sulle seguenti attività: Fornitura di materiale monouso sterile in TNT e degli accessori e relativa gestione di servizi correlati, necessari per l'effettuazione degli interventi chirurgici, di maggiore o minore complessità, effettuati presso le diverse Sale Operatorie dell'Azienda Ospedaliera

Il Servizio riguarderà l'attività chirurgica espletata nei Presidi Ospedalieri sopraindicati per:

- ↪ la copertura e la protezione del paziente;
- ↪ la protezione dell'operatore;
- ↪ la copertura dei tavoli chirurgici e dei carrelli;
- ↪ il completamento del campo operatorio (accessori).

La fornitura dovrà comprendere:

- Il rifornimento di tutto il materiale in TNT monouso sterile (camici chirurgici, teli e set per la copertura dei pazienti, tovagliette assorbenti, teli per copertura tavoli, sacche per la raccolta di liquidi, sacche portastrumenti, teli accessori, copri telecamera, copribrillanza ecc.), necessario per l'effettuazione di tutti gli interventi chirurgici effettuati presso le Sale Operatorie dell'Azienda Ospedaliera;
- Gestione delle consegne e delle scorte di magazzino intendendo per tale attività la consegna programmata, attraverso proprio personale, presso i locali adibiti a magazzini per il tramite dei Coordinatori Infermieristici delle diverse sale operatorie dei P.O. dell'Azienda Ospedaliera, dei set di TNT monouso sterile e non ed ulteriori materiali necessari per l'effettuazione di tutte le tipologie di interventi eseguiti;
- Addestramento del personale medico ed infermieristico di Sala Operatoria, al corretto ed economico utilizzo del TNT monouso;
- Modalità adottate che consentano in ogni momento, la tracciabilità dei prodotti utilizzati;
- Assistenza periodica programmata e, su richiesta, entro 48 ore/solari consecutive dalla chiamata;
- Assistenza e supporto tecnico di personale specializzato per almeno 15 giorni dall'avvio del servizio;

- Aggiornamento tecnologico dei prodotti offerti con sostituzione, a parità di costo, dei materiali utilizzati, con prodotti di nuova introduzione e da aggiornamento in relazione a nuove procedure chirurgiche;
- Garantire la fornitura in urgenza, entro 24 h/solari dalla chiamata, di eventuale materiale necessario;
- Progettazione e costituzione di un sistema informatizzato, in grado di monitorare le singole tipologie di intervento per singola U.O. e per singola Sala Operatoria, oltre che le scorte ed i consumi;
- Nomina di un Responsabile del servizio reperibile h 24;
- La ditta aggiudicataria, avrà l'obbligo di prevedere, al termine del primo anno di servizio, un seminario per la presentazione agli addetti ai lavori, dei risultati economici e tecnico sanitari ottenuti;
- Non saranno ammesse interruzioni del Servizio. Qualora per cause di forza maggiore dovesse verificarsi tale circostanza, la ditta appaltatrice, in accordo con l'Unità Operativa di Farmacia, dovrà provvedere all'immediata risoluzione della problematica verificatasi e proporre alternative che garantiscano, con immediatezza, il regolare espletamento del servizio;
- La ditta aggiudicataria fornirà all'inizio del service, una scorta di magazzino adeguata alle tipologie dei vari interventi per il fabbisogno di 10 giorni, più una settimana di scorta di sicurezza, che nella sua quantità dovrà essere mantenuta nel tempo e che sarà restituita alla fine del contratto.

Art. 2.(Durata del contratto e recesso)

L'appalto ha la durata di cinque annate gestionali, a partire dalla data di effettivo inizio dell'erogazione della fornitura.

Per annate gestionale si definisce un periodo di 365 giorni o 366 giorni quando comprendesse un mese di febbraio avente 29 giorni contati a decorrere dalla di effettivo inizio dell'erogazione dei servizi. L'Appalto dovrà essere attivato entro e non oltre il 30° giorno solare successivo a quello di ricezione dalla parte dell'Impresa aggiudicataria della comunicazione ufficiale di aggiudicazione.

La durata del presente appalto è motivata dalla circostanza che l'esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto richiede l'implementazione da parte dell'Impresa aggiudicataria di una organizzazione dedicata a fronte della quale la durata di cinque anni si ritiene congrua ed adeguata per consentire una ottimale programmazione degli investimenti e finanziaria, e di conseguenza per far sì che i prezzi offerti siano convenienti per l'Azienda Ospedaliera ed in definitiva per ottenere le migliori proposte tecnico/economiche offerte dal mercato di riferimento,

L'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di recesso alla scadenza di un periodo massimo del 1° semestre, da considerare come periodo di prova, qualora il servizio risultasse, a giudizio insindacabile dell'Azienda, non soddisfacente, come disciplinato dall'articolo 16 del capitolato tecnico e in tal caso l'Azienda potrà avvalersi della graduatoria di gara.

L'Azienda Ospedaliera si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni di convenienza e sulla qualità e sulla regolarità del servizio e dei servizi complementari resi dall'impresa aggiudicataria, oltre che dalla sussistenza delle condizioni di convenienza economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato, la facoltà di proseguire con la predetta, alla scadenza, il rapporto contrattuale per un periodo, non superiore comunque a tre anni , mediante riaffidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi

dell'art.63, comma 5 del D.Lgs n°50/2016. L'eventuale richiesta di prosecuzione del rapporto contrattuale sarà trasmessa all'Impresa aggiudicataria per iscritto, mediante posta elettronica certificata, entro tre mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale.

In caso di riaffidamento alla scadenza del contratto potranno essere rinegoziati a favore dell'Azienda Ospedaliera i prezzi praticati, se non risulteranno allineati a quelli risultanti dalle ultime gare espletate da altre aziende sanitarie per forniture simili.

In ogni caso, l'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare ad erogare la fornitura ed i servizi complementari alle condizioni contrattuali ed alle condizioni economiche convenute fino a quando l'Azienda non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del vincolo contrattuale.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Azienda.

Art. 3. (Caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura)

PROTOCOLLI OPERATIVI

Le Ditte partecipanti dovranno formulare, delle proposte operative (protocolli operativi) di utilizzo del TNT per ciascuna specialità chirurgica descritta nell'Allegato 1, distinti per tipologia di intervento, tenendo conto delle esigenze espresse dagli operatori.

Le Ditte nel presentare le proposte operative, dovranno precisare, la specialità chirurgica alla quale si riferiscono, la tipologia di intervento, la composizione dei protocolli che intendono proporre con la descrizione dei singoli prodotti ed indicazione dei relativi codici.

Tutti i set dovranno essere confezionati in "doppio confezionamento" vale a dire avvolti in carta medica ed inseriti in busta.

CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE DEL TNT STERILE

Le caratteristiche qualitative del materiale monouso sterile in TNT offerto dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti, che ad ogni effetto vengono richiamati come facenti parte integrante del presente capitolato speciale.

In particolare dovranno rispettare quanto previsto dalla Direttiva 93/42/CEE (Decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997), sui dispositivi medici, per quanto attiene la registrazione, le autorizzazioni alla produzione, all'importazione all'immissione in commercio, alla sterilizzazione, confezionamento ed etichettatura. Dovranno essere "natural latex free" ed avere le caratteristiche chimico-fisiche idonee all'uso medico. Le ditte partecipanti dovranno produrre dettagliate schede tecniche relative a ciascun prodotto offerto, nella quali vengano indicati il tipo di TNT offerto, il metodo di sterilizzazione, il sistema di confezionamento, il metodo di smaltimento e riportanti in modo completo i seguenti dati:

- Grammatatura per metro quadro;
- Colorazione e antiriflesso;
- Classe di reazione al fuoco (se prevista dalla normativa);
- Antistaticità;
- Tipo e caratteristiche dell'adesivo

Inoltre dovranno essere riportati i dati relativi alle caratteristiche tecniche previste dalla norma UNI EN 13795-2.

Caratteristiche camici, tutine e teli

- Resistenza alla penetrazione microbica – secco;
- Resistenza alla penetrazione microbica – umido;
- Pulizia – Microbica;
- Pulizia – Particolati;
- Rilascio di particelle;
- Resistenza alla penetrazione dei liquidi;
- Pressione di scoppio – secco;
- Pressione di scoppio – umido;
- Resistenza alla trazione – secco;
- Resistenza alla trazione – umido;
- Inodore.

Caratteristiche generali del TNT

Il materiale di cui si compongono i prodotti richiesti dovrà rispondere ai requisiti essenziali di cui alla norma UNI EN 13795-2 (parte I, II, III) che dovranno essere riportati sulla scheda tecnica, ed in particolare il TNT sterile monouso oggetto del servizio dovrà possedere le seguenti caratteristiche fondamentali:

- Conformità alla F.U. ultima edizione;
- Permeabilità all'aria;
- Barriera al passaggio di microrganismi (Idrorepellenza per i camici/Impermeabilità e assorbenza per i teli chirurgici);
- Ridotta dispersione di fibre o pulviscolo;
- Ottima traspirabilità;
- Elevata resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale (resistenza allo strappo);
- Elevata drappeggiabilità e morbidezza;
- Antistaticità;
- Resistenza allo scoppio;
- Colorazione uniforme ed antiriflesso e senza rilascio di sostanza;
- Ritardo alla fiamma;
- Idonea zona assorbente;
- Assenza di sostanze che possano provocare allergie o qualsiasi altra manifestazione di intolleranza;
- Assenza di gas o residui tossici inquinanti, nocivi all'atto dell'incenerimento (in conformità alla normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti);
- Assenza sostanze che possano provocare allergie o qualsiasi altra manifestazione di intolleranza (latex free);
- Adesività per garantire l'isolamento della zona di incisione;
- L'eventuale adesivo, a contatto con il paziente dovrà essere non allergizzante e non traumatizzante per la cute dello stesso e non dovrà lasciare residui al momento del distacco, e potrà essere maneggiato anche con guanti chirurgici senza che ne venga compromessa l'integrità;
- Tipo di sterilizzazione.

Le ditte partecipanti, al fine di consentire una corretta valutazione di quanto proposto, dovranno presentare schede tecniche dettagliate in lingua italiana.

Caratteristiche generali dei camici e delle tute

Tutti i prodotti offerti dovranno rispondere ai requisiti essenziali di cui alla norma UNI EN 137952 (parte I, II, III) che dovranno essere riportati sulla scheda tecnica.

Caratteristiche specifiche dei camici

I camici per gli operatori dovranno avere modello, caratteristiche di confezione e tecnica di piegatura tali da garantire il massimo confort ed adeguata protezione, oltre che buona adattabilità alla persona e funzionalità di utilizzo nella fase di vestizione. I camici dovranno essere di tre tipologie:

- 1) Camici standard (Standard performance);
- 2) Camici rinforzati (High performance);
- 3) Camici urologici (corpo del camice e maniche (parte superiore) in TNT, costituito da cellulosa e poliestere, corpo del camice (parte inferiore) film di polietilene, chiusura al collo, lacci o velcro per chiusura sulla schiena, ampiezza del camice tale da consentire interventi da seduto, impermeabile dalla vita in giù.

I camici dovranno essere confezionati singolarmente con lunghezza indicativa da cm. 120 a cm 170 secondo le taglie e con l'aggiunta di n. 2 Tovaglette assorbenti monouso, per l'asciugatura delle mani, che dovranno essere dotate di ottime proprietà assorbenti, realizzate in TNT privo di cellulosa e/o suoi derivati o altro materiale idoneo, elevata traspirabilità che garantisca il massimo confort anche durante gli interventi di lunga durata, alto potere di repellenza ai fluidi, elevata leggerezza del materiale con cui sono confezionati con grammatura non superiore a 40g/m², elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale, bassissima perdita di fibre (linting) e nessuno sviluppo di fiamma libera.

Per tutte le tipologie, i camici dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

Corpo: tagliato in un unico pezzo senza cuciture verticali e/o orizzontali.

Inserti: aggiunti sul corpo (allacciature, maniche, polsini, ecc.): fissati con cuciture doppie piatte realizzate con rete di cotone o altro materiale con fori completamente riempiti dal filo di cucitura, in modo da non lasciare spazi, oppure con robuste saldature non incollate, continue lungo la lunghezza senza interruzioni della barriera batterica.

Allacciature: con fettucce posizionate in modo tale da consentire la vestizione del camice autonomamente dallo stesso operatore. Legatura esterna laterale con lacci all'altezza della cintola, presenza del cartellino "anti-contagio", lacci interni posteriori di colore diverso da quelli esterni per una facile individuazione durante l'allacciamento.

Polsini: in maglia tubolare in cotone o altro materiale elasticizzato senza cuciture. Assenza di cuciture su tutta la parte inferiore delle maniche che viene a contatto con il campo operatorio, di circa 8 cm..

Chiusura del collo: rifinita con TNT, regolabile e preferibilmente con velcro di almeno 10 cm.

Chiusura posteriore del camice totale, a portafoglio, mediante completa sovrapposizione dei due lembi posteriori, che consenta la copertura sterile anche della parte posteriore.

Piegatura: tale da consentire all'utilizzatore l'indosso senza l'ausilio di terze persone. Rinforzi: devono essere impervi applicati senza cuciture e fissati all'interno delle maniche o della parte anteriore, con diverse lunghezze. Ogni camice deve avere la targhetta identificativa della taglia.

Taglie camici: da S a XXL

Per i soli camici rinforzati le caratteristiche dovranno essere le seguenti:

Inserti aggiuntivi sul corpo, fissati senza cuciture.

Assenza di cuciture su tutta la parte inferiore delle maniche che viene a contatto con il campo operatorio.

Rinforzi in laminati plastici antistatici, applicati senza cuciture, fissati all'interno o all'esterno delle maniche e all'interno della parte anteriore, con lunghezze diverse.

I camici chirurgici sterili dovranno possedere le caratteristiche sopra descritte, pertanto non saranno considerati idonei, quei camici che non risponderanno ai requisiti richiesti.

Caratteristiche specifiche dei camici

Le divise monouso per sala operatoria sono, realizzate in tessuto non tessuto 100% polipropilene SMMS. Il peso del tessuto non tessuto deve essere di circa 35 g/m². Costituite da casacca e pantaloni varie misure:

Caratteristiche generali dei teli

Tutti i prodotti offerti dovranno rispondere ai requisiti essenziali di cui alla norma UNI EN 13795-2 (parte I, II, III) che dovranno essere riportati sulla scheda tecnica ed in particolare alla resistenza alla penetrazione microbica (a secco e a umido) pulizia microbica, particolato, rilascio di particelle, resistenza alla penetrazione di liquidi, pressione di scoppio (a secco e a umido), resistenza alla trazione (a secco e a umido),

Dovranno avere dimensioni, forma e piegatura tali da garantire una corretta tecnica asettica per la creazione del campo operatorio e della copertura sterile del paziente effettuabile da un unico operatore.

Dovranno essere costituiti in un unico pezzo o, qualora le esigenze lo richiedessero la presenza di più pezzi, questi devono essere fissati con saldature e non con cuciture e la loro unione deve essere continuativa per tutta la lunghezza onde assicurare la continuità della barriera antibatterica.

Eventuali zone adesive dovranno essere costituite da adesivo di tipo medicale, ipoallergico ed atossico, preferibilmente spalmato.

La zona adesiva dovrà avere dimensioni sufficienti per assicurare la tenuta durante tutto l'intervento, dovrà essere facilmente rimovibile senza lasciare residui di colla sulla cute del paziente.

Caratteristiche specifiche dei teli di copertura.

Teli sterili per copertura pazienti:

Dovranno essere di forma adeguata alle diverse tipologie di interventi richiesti, realizzati in TNT, in materiale sintetico, privo di cellulosa e/o suoi derivati, accoppiato in due/tre strati con effetto barriera contro i liquidi con caratteristiche di assorbenza e impermeabilità su tutta la superficie, adesivo ipoallergenico di ottima qualità preferibilmente riposizionabile, che non si attacchi ai guanti chirurgici, elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale a umido e a secco, bassissima perdita di fibre (linting), basso livello di infiammabilità e ove previsto, presenza di finestre, fori, fessure zone autoadesive, supporti di rinforzo per fissaggio di cavi e tubi.. Idonea canalizzazione dei liquidi, ove necessario. Ciascun telo deve essere costituito in un unico pezzo.

Teli sterili per copertura tavoli:

Dovranno essere di forma rettangolare per i tavoli di servizio ed a sacco per il tavolo servitore. Dovranno essere realizzati in TNT, in materiale sintetico, privo di cellulosa e/o suoi derivati, accoppiato in due/tre strati con effetto barriera contro i liquidi con caratteristiche di assorbenza e impermeabilità su tutta la superficie, adesivo ipoallergenico di ottima qualità preferibilmente riposizionabile, che non si attacchi ai guanti chirurgici, elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale a umido e a secco, bassissima perdita di fibre (linting), basso livello di infiammabilità, rinforzati in TNT assorbente nella zona destinata ad accogliere lo strumentario chirurgico, resistente alla penetrazione microbica a secco ed a umido. Ciascun telo deve essere costituito in un unico pezzo. Misure varie.

Teli da incisione:

Dovranno essere realizzati in materiale plastico trasparente (polietilene o poliestere), devono essere impermeabili ai fluidi, svolgere attività battericida e non semplicemente batteriostatica, avere un'elevata adesività che garantisca la perfetta tenuta del telo ai bordi della ferita per tutta la durata dell'intervento, atraumatico durante la rimozione, trattamento antistatico, adesivo ipoallergenico, piegatura ed indicazioni grafiche/scritte, tali da consentire una facile e veloce rimozione del liner e quindi un'agevole applicazione del prodotto.

Teli accessori:

I teli accessori, quali sacche, copritelecamera, fermatubi, copri brillanza, etc. dovranno essere realizzati in materiale plastico trasparente e non riflettente (polietilene o poliestere), essere idrorepellenti o impermeabili ai fluidi, provvisti ove necessario, di fenestrature e bande adesive, ad elevata adesività che garantiscano la perfetta tenuta del telo per tutta la durata dell'intervento, adesivo ipoallergenico, trattamento antistatico e piegatura ed indicazioni grafiche/scritte, tali da consentire una facile e veloce rimozione del liner e quindi un'agevole applicazione del prodotto. Inoltre, dovranno essere forniti di stockinette impermeabili, strisce adesive in TNT e velcro adesivo.

Caratteristiche specifiche sacche

Sacche per la raccolta dei liquidi.

Dovranno essere realizzati in materiale plastico antistatico, trasparente, provvisti di scarico dei liquidi ove necessario, da fissare con adesivo ai teli, oppure già incorporati ai teli saldati ove necessari compresi di reticella di filtraggio. A forma di sacchetto rettangolare o triangolare. Varie dimensioni.

Sacche portastrumenti.

Dovranno essere realizzati in materiale plastico antistatico, trasparente, a forma di sacchetto ad uno o più comparti, con adesivo ai teli, oppure già incorporati ai teli, saldati.

Le ditte partecipanti attraverso la documentazione tecnica dovranno dimostrare di essere in possesso di tutte le caratteristiche sopracitate, pena l'esclusione dalla gara.

I prodotti consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista. In caso contrario i prodotti saranno restituiti alla ditta che dovrà provvedere alla immediata sostituzione.

La valutazione di conformità è ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica all'uopo nominata.

COMPOSIZIONE SET E MISURE DA FORNIRE

- KIT UNIVERSALE: set base

- ☞ 1 telo tavolo portastrumenti cm 200 x 150;
- ☞ 1 telo chirurgico adesivo cm 250 x 150;
- ☞ 1 telo chirurgico adesivo cm 180 x 180;
- ☞ 2 teli chirurgici adesivi cm 100 x 75;
- ☞ 1 telo per tavolo servitore cm 75 x 145;
- ☞ 4 salviette;
- ☞ 1 Striscia adesiva cm 10 x 55;
- ☞ 1 sacca porta strumenti cm 30 x 40;

- KIT PROTESI ANCA: set ortopedia

- ☞ 1 telo tavolo portastrumenti cm 200 x 150;
- ☞ 1 telo chirurgico adesivo cm 183 x 183;
- ☞ 1 telo chirurgico adesivo cm 250 X 150;
- ☞ 1 telo da "U" adesivo cm 228 x 260;
- ☞ 1 gambale cm 35 x 100;
- ☞ 1 telo per tavolo servitore cm 80 x 145;
- ☞ 4 salviette;
- ☞ 3 Striscia adesiva cm 10 x 55;

- KIT PROTESI GINOCCHIO: (set estremità)

CAPITOLATO DI GARA PER FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALE MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO (TNT) STERILE PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPEATORIE DELL' AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO"

- ☞ 1 telo tavolo portastrumenti cm 200 x 150
- ☞ 1 telo con foro elastico cm 228 x 300
- ☞ 1 telo chirurgico cm 114 x 150
- ☞ 1 telo per tavolo servitore cm 80 x 145
- ☞ 1 gambale cm 35 x 60
- ☞ 4 salviette
- ☞ 2 Striscia adesiva cm 10 x 55

- KIT PER ARTROSCOPIA:

- ☞ 1 telo unico con sacca rettangolare doppio foro cm 292 x 304 con sistema di guida tubi e sonde
- ☞ 1 telo chirurgico cm 150 x 150
- ☞ 1 telo tavolo portastrumenti cm 200 x 150
- ☞ 1 telo per tavolo servitore cm 80 x 145
- ☞ 1 gambale cm 35 x 60
- ☞ 4 salviette
- ☞ 2 Striscia adesiva cm 10 x 55

- SET PER ORL

- ☞ 1 telo tavolo portastrumenti cm 200 x 150
- ☞ 1 telo chirurgico ad U cm 250 x 150
- ☞ 1 telo chirurgico adesivo cm 180 x 180
- ☞ 2 teli chirurgici adesivi cm 100 x 75
- ☞ 1 telo per tavolo servitore cm 75 x 145
- ☞ 4 salviette
- ☞ 1 Striscia adesiva cm 10 x 55
- ☞ 1 sacca porta strumenti cm 30 x 40

- SET PER UROLOGIA

- ☞ 1 telo urologico cm 150 x 160 con sacca raccolta liquidi filtro e valvola di raccordo, foro sovrapubico, dito in neoprene.
- ☞ 1 telo tavolo portastrumenti cm 200 x 150
- ☞ 4 salviette

- SET PER LAPAROSCOPIA

- ☞ 1 telo cm 145x80
- ☞ 1 telo con foro cm 228x241
- ☞ 1 telo 200x 152 cm
- ☞ Telino 76x90 cm

KIT PER CESAREO

- ☞ 1 telo con sacca raccolta liquidi circolare e telo da incisione incorporato sistema di guida per tubi e sonde cm. 254x308 zona adesiva cm. 30x30;
- ☞ 1 telo tavolo portastrumenti cm 200x 150;
- ☞ 1 telo per tavolo servitore cm. 80 x 145;
- ☞ 1 telo neonato delicato ed altamente assorbente cm. 100x100;
- ☞ 4 salviette.

SET INTERVENTI GINECOLOGICI

- ☞ 1 telo ginecologico con gambali integrati cm195x180 foro adesivo cm12x10 e sacca liquidi graduata;
- ☞ 1 telo tavolo portastrumenti cm200x150;
- ☞ 1 telo chirurgico 75 cm x90cm.

Teli singoli

- ☞ Telo chirurgico cm 75 x 90
- ☞ Telo chirurgico cm 100 x 150
- ☞ Telo chirurgico cm 150 x 175
- ☞ Telo chirurgico cm 150 x 200
- ☞ Telo chirurgico adesivo cm 75 x 100
- ☞ Telo chirurgico adesivo cm 85 x 100
- ☞ Telo chirurgico adesivo cm 150 x 250
- ☞ Telo con foro adesivo cm 120 x 150 foro Ø cm 6x8
- ☞ Telo con foro adesivo cm 75X75
- ☞ Telo grande con foro adesivo cm 228 x 300 foro Ø cm 12x16
- ☞ Telo isolamento verticale cm 320x213
- ☞ Telo chirurgico ad U con adesivo
- ☞ Teli da incisione ad azione battericida
 - cm 15 x 20
 - cm 20 x 26 con applicazione a cornice
 - cm 44 x 35
 - cm 66 x 60
- ☞ Telo Mayo per il servitore con zona assorbente cm 80x 150
- ☞ Telo camera laser
- Gambale cm 35 X 60
- Nastro adesivo chirurgico cm 10 x 55
- Tasca portastrumenti in politilene cm 33 x 38
- Copri amplificatore di brillantezza
- Cuffie
- Stokinette cm 30x122
- Camici monouso sterili S-M-L-XL-XXL;
- Camici Rinforzati sterili S-M-L-XL-XXL;
- Tute monouso S-M-L-XL-XXL;

-STERILIZZAZIONE

La sterilizzazione dovrà essere conforme alle normative vigenti e previste dalla F.U. italiana ed europea ultima edizione ed avvenire secondo le sottoindicate due modalità.

- ◆ Mediante irradiazione (raggi beta o raggi gamma).
- ◆ Ad ossido di etilene

Qualora i prodotti siano sterilizzati ad ossido di etilene, allegare la dichiarazione della quantità residua di gas che deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia all'atto della fornitura (inferiore a 2 ppm).

-CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Tutto il materiale monouso in TNT dovrà essere piegato in modo da permettere l'esecuzione delle tecniche asettiche durante l'apertura delle buste e nelle manovre di copertura del paziente e vestizione del personale.

Tutti i dispositivi offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi rigidi che garantiscano il mantenimento nel tempo della sterilità dei medesimi e consentano un'efficace barriera contro la polvere e l'umidità ed inoltre dovranno essere maneggevoli ed idonei per il trasporto e lo stoccaggio presso le Sale Operatorie.

Le etichettature ed il confezionamento sia degli imballaggi sia dei contenitori, nonché di ogni singola busta contenente un prodotto o un kit, dovranno rispettare le norme stabilite dal D.lgs n.46/97(attuazione della direttiva 93/42, secondo l'allegato 1 punto 13) e riportare il marchio CE.

In particolare dovranno essere previsti i seguenti tipi di imballaggio:

- ▶ Un imballaggio esterno in cartone robusto e resistente al trasporto e la conservazione nei magazzini dell'Azienda Ospedaliera;
- ▶ Per i prodotti singoli, un imballaggio intermedio idoneo allo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo, che garantisca agli operatori un facile prelievo dell'articolo ed il controllo sulla quantità residua;
- ▶ Una busta per ogni singolo prodotto o Set sterile. La busta dovrà prevedere un'apertura facile e sicura, di tipo peel-to-open, al fine di non contaminare il contenuto nella manovra di apertura e garanzia dell'integrità del prodotto in ogni situazione di utilizzo. Le dimensioni della busta dovranno essere adeguate al contenuto. Il confezionamento e la piegatura di ogni articolo dovrà permettere l'esecuzione delle corrette tecniche di apertura degli involucri protettivi;
- ▶ I singoli articoli dovranno essere confezionati in scatole che permettano lo stoccaggio direttamente nei locali adiacenti le sale operatorie e dovranno garantire agli operatori un facile prelievo dell'articolo.

Tutti i prodotti, (set e materiale in TNT) dovranno essere perfettamente identificabili mediante etichettatura, scritta in lingua italiana ed apposta sia sulla confezione primaria sia sull'imballaggio per il trasporto, conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa.

Sull'etichetta dovranno essere indicati:

- La descrizione del contenuto;
- Il nome commerciale del prodotto;
- Il numero di codice del prodotto;
- Il nome del produttore, ove previsto del distributore;

- Il metodo di sterilizzazione utilizzato;
- Il numero di lotto;
- La data di scadenza;
- La dicitura "sterile" in forma evidente (per i prodotti sterili);
- La dicitura "latex free" in forma evidente;
- Dicitura/ simbolo" monouso";
- Il luogo di produzione;
- La marcatura di conformità CE ed il numero dell'organismo notificato;
- Le particolari precauzioni (se necessario).
- Il numero di pezzi contenuti (solo sui cartoni esterni).

Dovrà, inoltre, essere previsto quanto segue:

- La doppia etichettatura adesiva necessaria per la rintracciabilità
- Piegatura e confezionamento tali da consentire il corretto impiego del prodotto secondo tecniche asettiche.

Tutti i prodotti dovranno possedere la marcatura CE ai sensi della Direttiva 93/42 CEE ed essere realizzati in impianti produttivi atti ad assicurare un livello qualitativo idoneo relativamente all'impiego previsto del prodotto.

Art. 4. (Articolazione del servizio)

Le Ditte partecipanti alla presente gara, dovranno presentare un "Progetto di gestione del servizio e di assistenza post-vendita" scritto, nel quale indicheranno tutte le modalità di attivazione e di svolgimento dello stesso.

1. GESTIONE DELLE CONSEGNE

Tutti i prodotti dovranno possedere la marcatura CE ai sensi della Direttiva 93/42 CEE ed essere realizzati in impianti produttivi atti ad assicurare un livello qualitativo idoneo relativamente all'impiego previsto del prodotto.

La Ditta aggiudicataria, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività delle Sale Operatorie, contestualmente all'assunzione del servizio e attraverso proprio personale, dovrà costituire delle giacenze iniziali di magazzino, del materiale necessario per effettuare tutte le tipologie di intervento presso ciascuna delle Sale Operatorie dei singoli Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera.

La Ditta aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto, dovrà assicurare a ciascuna Sala Operatoria, la scorta (preventivamente concordata, attraverso la stesura dei protocolli, con i Responsabili delle singole UU.OO.) minima di magazzino per il fabbisogno stimato massimo di 10 gg di attività chirurgica, più lo stock di sicurezza, tenuto conto anche degli spazi a disposizione.

La Ditta aggiudicataria, avrà anche l'onere di provvedere direttamente, attraverso proprio personale, adeguatamente formato, alla gestione costante ed ottimale delle scorte dei magazzini (consegne, stoccaggio del materiale, verifica, giacenza, riordini).

Al termine del contratto il fornitore ritirerà il materiale in giacenza in confezioni integre non utilizzato.

2. SERVIZIO DI RIFORNIMENTO.

La Ditta aggiudicataria, dovrà garantire il regolare rifornimento di tutto il materiale necessario per l'effettuazione di tutti gli interventi chirurgici eseguiti presso le Sale Operatorie dei vari Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera indicati nell'articolo 1.

La ditta aggiudicataria, tramite proprio personale addetto, settimanalmente verificherà le giacenze di magazzino e provvederà sulla base dei consumi effettuati e compatibilmente con gli spazi disponibili, verificati in sede di sopralluogo, al regolare approvvigionamento come riportato nell'art.1.

La Ditta aggiudicataria, oltre ad assicurare il regolare rifornimento dei materiali in base alle esigenze degli utilizzatori, dovrà, in caso di particolare urgenza, garantire le consegne entro massimo 24 ore dalla richiesta, indipendentemente dalla coincidenza di festività.

La Ditta aggiudicataria, a tal fine, nel progetto dovrà indicare anche l'organizzazione aziendale e la localizzazione dei centri di produzione e di distribuzione e del servizio di assistenza alla clientela, l'ampiezza e l'organizzazione distributiva di vendita.

3. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICO POST VENDITA.

Caratteristiche del Servizio post-vendita:

- Supporto tecnico continuato, per almeno due settimane, ad avvio del servizio, o comunque fino al completo addestramento del personale di Sala Operatoria al corretto ed economico utilizzo del materiale;
- Nomina di un Referente del servizio, reperibile 24 ore;
- Assistenza on-site e supporto tecnico di personale specializzato;
- Garantire la fornitura in urgenza di eventuale materiale necessario, entro 24 ore dalla chiamata, indipendentemente dalla coincidenza delle festività;
- Assicurare consegne programmate direttamente alle Sale Operatorie al fine di potere eseguire ogni tipo di intervento senza tuttavia accumulare carichi di magazzino;
- La Ditta aggiudicataria dovrà proporre un sistema informatizzato, per il controllo costante delle giacenze ed il riordino del materiale (gestione informatica completa di tutti i processi connessi alla gara);
- Regolare e tempestivo flusso di rifornimento in base alle esigenze delle Sale Operatorie; o Addestramento del personale di Sala Operatoria al corretto ed economico uso del materiale;
- La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere un numero di personale adeguato all'organizzazione e cura delle fasi di competenza. Nel progetto dovrà indicare il numero di persone dedicate alle attività di affiancamento e numero di ore indicativo di assistenza che si intende garantire;
- La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la presenza in ogni Sala Operatoria dei vari Presidi, di personale addetto, di comprovata esperienza in Sala Operatoria e di adeguata qualificazione per l'assistenza tecnica e la formazione del personale (infermieri professionali regolarmente iscritti all'Albo);
- Dopo la fase di avvio del Servizio, la Ditta dovrà ancora garantire il supporto in loco di detto personale, secondo tempi e modalità da concordare con i Coordinatori Infermieristici delle Sale Operatorie;

- Per il personale utilizzato l'appaltatore si obbliga a provvedere alle retribuzioni, a corrispondere tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed ogni altro adempimento inerente al rapporto di lavoro, secondo le leggi vigenti;
- Il predetto personale sarà alle strette dipendenze della Ditta appaltatrice e nessun vincolo o rapporto potrà sorgere o essere vantato nei confronti dell'Azienda Ospedaliera; o La Ditta aggiudicataria dovrà rendere distinguibile il proprio personale con apposito tesserino di riconoscimento;
- La Ditta dovrà indicare il nome, nonché il recapito telefonico, del dipendente, responsabile di zona che garantirà la disponibilità ad intervenire entro e non oltre 24h dalla richiesta di intervento; o Adeguamento della fornitura in rapporto al cambiamento tecnologico e delle tecniche chirurgiche, nonché delle tipologie degli interventi chirurgici.
- La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere un Servizio di Assistenza tecnico-scientifica all'utilizzo razionale del TNT monouso sterile, a tutto il personale infermieristico e medico, con predisposizione di protocolli di lavoro per le singole specialità chirurgiche. La Ditta dovrà produrre un piano di formazione indicante: i formatori, i contenuti, i supporti, le date e la durata degli incontri atti al raggiungimento dell'obiettivo;
- La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di organizzare e svolgere, prima dell'avvio del servizio, un seminario per la presentazione agli addetti ai lavori delle Sale Operatorie delle modalità di esplicazione del servizio;
- La ditta aggiudicataria dovrà proporre un Sistema che consenta la tracciabilità in ogni momento dei prodotti utilizzati;
- La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di garantire al Servizio di Farmacia, in qualsiasi momento, i dati riguardanti le scorte di giacenza, movimentazione, scadenze dei prodotti, rintracciabilità del prodotto, numerazione Lotti;
- La Ditta aggiudicataria, avrà l'obbligo di prevedere, al termine del primo anno di servizio, un seminario per la presentazione agli addetti ai lavori, dei risultati economici e tecnico sanitari ottenuti; o
- Non saranno ammesse interruzioni del servizio. Qualora per cause di forza maggiore dovesse verificarsi tale circostanza, la Ditta appaltatrice, in accordo con il Servizio di Farmacia, dovrà provvedere all'immediata risoluzione della problematica verificatasi e proporre alternative che garantiscano, con immediatezza, il regolare espletamento del servizio.

4. SERVIZIO DI REPORTISTICA.

La Ditta aggiudicataria, attraverso l'ausilio di appositi supporti informatici, dovrà garantire la trasmissione su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, dei "reports" dai quali si possa controllare l'andamento dei consumi in rapporto alle singole tipologie di interventi effettuati e la relativa movimentazione nella seguente maniera

- ❖ numero complessivo di interventi effettuati nel trimestre di riferimento con indicazione dei relativi estremi di registrazione sul documento ufficiale presente in ogni sala operatoria (gli eventuali dati riservati saranno forniti dal Coordinatore Infermieristico entro 2 giorni dalla richiesta);

- ❖ singola numerazione e singolo valore economico delle fatture emesse nel trimestre di riferimento;
- ❖ dettaglio interventi per singolo reparto, relativo peso percentuale, costo complessivo totale fatturato - valorizzazione quantitativa ed economica delle scorte magazzino

Le Ditte partecipanti alla gara, in sede di progetto organizzativo, dovranno presentare un Fac simile del report periodico che sarà fornito all'Azienda Ospedaliera.

5. INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo art. 8, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'ordine di fornitura; in tale comunicazione il Fornitore dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al punto 1,

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo del capitolato speciale.

Nell'ipotesi di indicazione di un termine di fine dell'indisponibilità del prodotto superiore a 10 giorni, in caso di necessità comunicata dall'Ente per iscritto (anche a mezzo e-mail o posta elettronica certificata), il Fornitore dovrà procedere direttamente all'acquisto dei prodotti di cui è sprovvisto sul libero mercato, per le quantità strettamente necessarie a soddisfare le immediate ed improcrastinabili esigenze dell'Azienda Ospedaliera, sopportando l'eventuale maggiore onere economico; il prodotto fornito dovrà essere di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara.

Il Fornitore, entro 2 giorni dalla richiesta, dovrà fornire all'Azienda Ospedaliera informazioni circa il prodotto che intende offrire in sostituzione ed attendere in ogni caso la comunicazione di accettazione da parte dell'azienda Ospedaliera prima di procedere all'acquisto. La consegna del prodotto alternativo accettato dall'Azienda Ospedaliera dovrà avvenire entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi.

Resta salva la possibilità per l'Azienda Ospedaliera, in caso di mancata consegna e mancato rispetto dell'iter di comunicazione dell'indisponibilità con relative successive incombenze a carico del Fornitore, di applicare le penali per mancata consegna nei termini e di procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando al Fornitore stesso l'eventuale maggiore onere economico (esecuzione in danno).

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nell'ordine di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l'applicazione di quanto previsto al punto "FUORI PRODUZIONE" E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI.

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del fabbricante dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

1) dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" al Direttore di Esecuzione del Contratto dell'Azienda Ospedaliera con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;

2) indicare, pena la risoluzione del contratto, il Prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni contrattuali convenute e senza alcun aumento di prezzo, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché il campione del Prodotto proposto in sostituzione.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l'effettiva messa fuori produzione (30 giorni), l'Azienda Ospedaliera procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica.

In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l'Azienda Ospedaliera avrà facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione. In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell'effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto: in caso di indisponibilità temporanea del nuovo prodotto, si applicherà quanto previsto al precedente paragrafo

6. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI PRODOTTI.

Qualora nel periodo di fornitura venissero apportate migliorie nella produzione dei prodotti assegnati in sede di gara, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire nuovi prodotti, alle medesime condizioni contrattuali di aggiudicazione, nonché adattare la fornitura ed i protocolli in uso, senza costi aggiuntivi, alle eventuali variazioni delle tecniche chirurgiche.

Qualora il Fornitore, nel corso della durata del contratto, presenti in commercio diverse tipologie di prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), migliorativi rispetto alle caratteristiche di rendimento e di funzionalità, si impegna ad informare l'Azienda Ospedaliera.

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative, che verrà valutata dall'Azienda Ospedaliera.

Resta inteso che, relativamente al prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il prodotto offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione da parte dell'Azienda Ospedaliera dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

7. INCIDENTI E VIGILANZA DISPOSITIVI MEDICI.

Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero incidenti con l'utilizzo dei dispositivi forniti, il Fornitore è tenuto all'immediata sostituzione del lotto di appartenenza del dispositivo; dovrà inoltre provvedere alla trasmissione al Direttore di esecuzione del contratto ed alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera contraente di copia del rapporto finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.

8. INFORMATIZZAZIONE.

Qualora nel periodo di fornitura venissero apportate migliorie nella produzione dei prodotti assegnati in sede di gara, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire nuovi prodotti, alle medesime condizioni contrattuali di aggiudicazione, nonché adattare la fornitura ed i protocolli in uso, senza costi aggiuntivi, alle eventuali variazioni delle tecniche chirurgiche.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire un sistema informatico per il controllo della gestione delle scorte e dei consumi, compatibile con quello già esistente presso l'Azienda Ospedaliera.

Tale sistema gestionale dovrà essere accessibile a tutti gli operatori della fornitura (Ditta aggiudicataria, Responsabili delle Sale Operatorie, Unità Operativa Provveditorato ed Unità Operativa Farmacia e Centrale di Sterilizzazione) ognuno per la parte di competenza.

Inoltre il sistema informatico deve essere in grado di mostrare gli elementi relativi alla tracciabilità dei prodotti, in particolare: lotto di produzione, scadenza, movimentazione, scorte per ogni singola Sala Operatoria.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'addestramento, tramite proprio personale, all'uso del sistema gestionale di tutti gli operatori del service. (Ditta aggiudicataria, Responsabili delle Sale Operatorie, Unità Operativa Provveditorato ed Unità Operativa Farmacia e Centrale di Sterilizzazione).

9. CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLE FORNITURE.

Il controllo quali/quantitativo sarà effettuato al momento di ogni consegna dai Responsabili delle Sale Operatorie in contraddittorio con il fornitore.

L'accettazione della merce non esula il fornitore dalle proprie responsabilità in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rivelabili all'atto della consegna.

La sottoscrizione della bolla di consegna all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza numerica dei colli inviati. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto, eventuali danni causati da prodotti viziati o con difetti di qualità cadranno sotto la responsabilità della ditta.

All'Unità Operativa Farmacia è attribuito il compito di vigilare sull'osservanza da parte della ditta aggiudicataria, delle disposizioni normative vigenti relative al materiale da fornire.

La sorveglianza per quanto concerne la buona esecuzione del servizio è affidata all'Unità Operativa di Farmacia, per tramite anche dei Capo Sala dei singoli Complessi Operatori di ogni Presidio Ospedaliero dell'Azienda.

L'Unità Operativa di Farmacia potrà effettuare in ogni momento le ispezioni che riterrà opportune.

Le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.

Il mancato rispetto di quanto richiesto ai punti precedenti potrà comportare l'avvio della fase di risoluzione del contratto.

CAPITOLATO DI GARA PER FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALE MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO (TNT) STERILE PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPEATORIE DELL' AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO"

Le consegne di quanto necessario alla costituzione delle scorte per ciascuna delle Sale Operatorie di ciascun Presidio dell' Azienda Ospedaliera, dovranno essere effettuate direttamente nei magazzini delle singole UU.OO., nei giorni e negli orari concordati con i singoli Referenti

Per il Presidio Ospedaliero "Villa Sofia" - Palermo -, Piazzetta Salerno n°1 :

presso: Blocco Operatorio Referente: Sig.ra **Cammarata Elisa**

Per il Presidio Ospedaliero "Cervello" - Palermo -, Via Trabucco n°180:

presso: Blocco Operatorio Referente: Sig. **Ardizzone Giuseppe**

U.O. Ginecologia II piano (spazio dedicato alla sala operatoria di Ostetricia/Ginecologia)

Referente: Sig.ra **Ruggeri Giuseppina**

Per il Presidio Ospedaliero " C.T.O" - Palermo -, Piazzetta:

presso: Blocco Operatorio Referente: Sig. N.B. fare riferimento al Direttore Dipartimento delle Chirurgie **Dott. Galioto Vincenzo.**

CAPITOLATO DI GARA PER FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALE MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO (TNT) STERILE PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPEATORIE DELL' AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO"

ALLEGATO 1
DATI RELATIVI ALL' ATTIVITA' CHIRURGICA DELLE SALE OPERATORIE
DEI SINGOLI PRESIDI DELL' AZIENDA OSPEDALIERA.

PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA SOFIA

UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA CHIRURGICA	N° INTERVENTI ANNO
ORTOPEDIA	1405
CHIRURGIA GENERALE D'URGENZA	242
OTORINOLARINGOIATRIA ALTA CHIRURGIA	355
OTORINOLARINGOIATRIA MEDIA CHIRURGIA	360
OTORINOLARINGOIATRIA PICCOLI INTERVENTI	428
OTORINOLARINGOIATRIA ROBOTICA	12
NEUROCHIRURGIA	833
UROLOGIA	612
ROBOTICA	92
UROGINECOLOGIA	152
CHIRURGIA PLASTICA MAXILLO FACCIALE	958
TERAPIA DEL DOLORE	300
TERAPIA INTENSIVA	320
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	713
TOTALE	9135

TIPOLOGIA TNT	DESTINAZIONE UTILIZZO	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO
SET BASE UNIVERSALE	CH. GENERALE UROLOGIA NEUROCHIRURGIA	Nr. 1.500
SET ORL	CHIRURGIA - OTORINOLARINGOIATRIA CHIRURGIA VASCOLARE	Nr. 300
SET PROTESI ANCA	ORTOPEDIA - CHIRURGIA VASCOLARE	Nr. 680
SET PROTESI GINOCCHIO	ORTOPEDIA	Nr. 600
SET ARTROSCOPIA	ORTOPEDIA	Nr. 500
SET PER LAPAROSCOPIA	CHIRURGIA GENERALE - UROLOGIA	Nr. 150
SET UROLOGIA	UROLOGIA	Nr. 800
SET CH MANO/PIEDE	UROLOGIA	Nr. 200
SET GINECOLOGICO	UROGINECOLOGIA	Nr. 100
TELO ISOLAMENTO VERTICALE	ORTOPEDIA UROLOGIA	Nr. 500

CAPITOLATO DI GARA PER FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALE MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO (TNT) STERILE PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPEATORIE DELL' AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO"

TIPOLOGIA TNT	DESTINAZIONE UTILIZZO	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO
CAMICI CHIRURGICI STANDARD	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 15.000 varie misure
CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI	CHIRURGIA GENERALE – ORTOPEDIA UROLOGIA	Nr. 4000 varie misure
CAMICI CHIRURGICI UROLOGICI	UROLOGIA	Nr. 800 varie Misure
TELO CHIRURGICO CM 75X90	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 5.000
TELO CHIRURGICO CM 100X150	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 500
TELO CHIRURGICO CM 150X200	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	Nr. 1.000
TELO CHIRURGICO CM 200X230	CHIRURGIA GENERALE E NEUROCHIRURGIA	Nr. 1.500
TELO CHIRURGICO ADESIVO CM 75X100	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 3.500
TELO CHIRURGICO ADESIVO CM 150X250	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 200
TELO FORO ADESIVO cm 228X300	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 450
TELO FORO ADESIVO cm 120X150	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 700
TELO DI MAYO	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 2.000
GAMBALI	ORTOPEDIA UROLOGIA	Nr. 800
TASCA PORTA STRUMENTI	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 250
TASCA PORTA STRUMENTI LUNGA	CH. GENERALE UROLOGIA	Nr. 1.000
STRISCIE ADESIVE	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 5 000
COPRI TELECAMERA	CHIRURGIA GENERALE UROLOGIA	Nr. 2.000
TELO PER ANGIOGRAFIA FEMOR.	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA.	Nr. 200
STOCKINETTE	ORTOPEDIA	Nr. 400
TELO PER CRANIOTOMIA	NEUROCHIRURGIA	Nr. 400
TELO INCISIONE AZIONE BATTERICIDA	ORTOPEDIA NEUROCHIRURGIA	Nr. 200
TUTE MONOUSO	TUTTE LE UNITA' OPERATIVE	Nr. 2.500 varie Misure

CAPITOLATO DI GARA PER FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALE MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO (TNT) STERILE PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPEATORIE DELL' AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO"

PRESIDIO OSPEDALIERO CERVELLO

UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA CHIRURGICA	N° INTERVENTI ANNO
CHIRURGIA GENERALE	3126
CHIRURGIA TORACICA	472
CARDIOLOGIA	165
OSTERICIA E GINECOLOGIA	1260
OST. GIN. PARTI NATURALI	795
TERAPIA INTENSIVA	430
DIALISI	148
NEONATOLOGIA	200
EMATOLOGIA	262
ORTOPEDIA PEDIATRICA	852
TOTALE	7710

TIPOLOGIA TNT	DESTINAZIONE UTILIZZO	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO
SET BASE UNIVERSALE	CH. GENERALE CH. TORACICA OST. E GIN. ORT. PEDIATRICA	Nr. 1500
SET ORL	CHIRURGIA GENERALE	Nr. 100
SET GINECOLOGICO	CHIRURGIA GENERALE - OSTETRICIA E GINECOLOGIA	Nr. 800
SET PARTO CESAREO	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	Nr. 700
SET CH MANO/PIEDE	ORTOPEDIA PEDIATRICA	Nr. 150
SET PER LAPAROSCOPIA	CHIRURGIA GENERALE - OSTETRICIA E GINECOLOGIA	Nr. 100
TELO ANGIOGRAFIA FEMOR.	CARDIOLOGIA	Nr. 150
CAMICI CHIRURGICI STANDARD	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 15.000 varie misure
CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI	CHIRURGIA GENERALE - OSTETRICIA E GINECOLOGIA	Nr. 5.000 varie misure
TELO CHIRURGICO CM 75X90	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 5,000
TELO CHIRURGICO CM 100X15	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 500
TELO CHIRURGICO CM 150X200	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 1.000
TELO CHIRURGICO ADESIVO CM 75X75	OSTETRICI E GINECOLOGIA	Nr. 1.500
TELO CHIRURGICO ADESIVO CM 75X100	ORTOPEDIA PEDIATRICA - TERAPIA INTENSIVA.	Nr. 3.500

CAPITOLATO DI GARA PER FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALE MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO
(TNT) STERILE PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPEATORIE DELL' AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA CERVELLO "

TIPOLOGIA TNT	DESTINAZIONE UTILIZZO	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO
TELO FORO ADESIVO cm 228X300	TERAPIA INTENSIVA	Nr. 200
TELO FORO ADESIVO cm 120X150	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 450
TELO DI MAYO	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 700
GAMBALI	CHIRURGIA GENERALE – OSTETRICA E GINECOLOGIA	Nr. 2.000
TASCA PORTA STRUMENTI	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr. 200
TASCA PORTA STRUMENTI LUNGA	CHIRURGIA GENERALE – OSTETRICA E GINECOLOGIA	Nr. 1.500
TUTE MONOUSO	TUTTE LE UNITA' OPERATIVE	Nr. 2.500 varie Misure

PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O.

UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA CHIRURGICA	N° INTERVENTI ANNO
ODONTOIATRIA	2808
OCULISTICA	2863
TOTALE	5.671

TIPOLOGIA TNT	DESTINAZIONE UTILIZZO	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO
TELO CHIRURGICO OFTALMICA cm 140X140	OCULISTICA	Nr. 2.500
TELO CHIRURGICO OFTALMICA cm 155X275	OCULISTICA	Nr 1.200
TELO CHIRURGICO CM 75X90	ODONTOIATRIA	Nr 12.000
TELO CHIRURGICO CM 100X150	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr 6.000
TELO CHIRURGICO CM 150X200	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr 2.000
CAMICI CHIRURGICI STANDARD	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr 5.000
TELO DI MAYO	TUTTE LE UNITA CHIRURGICHE	Nr 2.500