

PROT. N. 15041/5

PALERMO, 13-11-2019

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI COMPLETI COMPRESIVA DELLA MANUTENZIONE FULL-RISK E DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LA UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA P.O. "V. CERVELLO".  
RISCONTRO CHIARIMENTI.

## CHIARIMENTI

### QUESITO N.1:

Si richiede la possibilità di presentare una sola volta la documentazione tecnico/amministrativa relativa a due lotti differenti, in quanto la strumentazione offerta risulta essere la stessa.

### RISPOSTA N.1:

E' possibile presentare, in sede di indagine di mercato, unica documentazione per lotti differenti ove si offre stessa strumentazione.

### QUESITO N.2:

Si chiede di specificare in quanto poco chiaro, quale tipo di documentazione è necessaria, in quanto relativamente al punto 4 della documentazione amministrativa e tecnica (pagina 4 del disciplinare) viene indicato: per ciascuno degli appalti dovrà essere indicato il soggetto appaltante, l'oggetto dell'appalto, la decorrenza (iniziale e finale), l'importo complessivo, la percentuale di competenza del concorrente, il fatturato relativo a ciascuno dei tre esercizi richiesti.

### RISPOSTA N.2:

Occorre presentare dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, specificando quanto richiesto a pag. 4 del disciplinare di gara.

### QUESITO N.3:

Nel lotto n° 2 del disciplinare tecnico viene indicato "Sistema diagnostico automatico per farmaco diagnostica", ma nelle specifiche tecniche vengono richiesti anche reagenti e strumentazione anche per immunoistochimica ed ibridazione in situ, come richiesto nel lotto 6: "Sistema diagnostico automatico per immunoistochimica /IHC) per ibridazione in situ (ISH). Si prega di specificare a cosa si riferiscono entrambi i lotti poiché per molte Aziende la strumentazione ed i reagenti da offrire risultano gli stessi.

### RISPOSTA N.3:

Si precisa che trattasi di due sistemi con applicazioni solo in parte sovrapponibili, richiesti al fine di acquisire due tecnologie differenti ed in previsione di due prevalenti modalità d'uso all'interno del laboratorio:

- 1) Diagnostica di routine (lotto 6);
- 2) Strategie diagnostiche indirizzate alle applicazioni istopatologiche della medicina di precisione e della farmaco diagnostica (lotto 2). Per quest'ultimo sistema è stato tra l'altro, previsto in aggiunta:
  - a) la possibilità di eseguire indagini in fluorescenza (FISH e FITC);
  - b) la possibilità di personalizzare la pro cessazione sul singolo vetrino (senza interrompere il ciclo lavorativo).

**QUESITO N.4:**

Si segnala che nel file word nella manifestazione di interesse è riportato un oggetto che non si riferisce alla presente richiesta.

**RISPOSTA N.4:**

Si chiarisce che trattasi di mero refuso.

Si invita, pertanto, di indicare nella istanza di manifestazione di interesse l'oggetto esatto della stessa.

**QUESITO N.5:**

In riferimento a quanto richiesto a pagina 4, documentazione amministrativa, si segnala un'incongruenza tra i documenti disponibili sul vostro sito e quelli richiesti a corredo.

Tra i documenti di gara viene messo a disposizione Capitolato tecnico, mentre per la parte amministrativa viene scansata copia del Capitolato Speciale.

Si chiede di confermare che il documento da restituire dia il Capitolato Tecnico. Si chiede inoltre di confermare che tutti documenti di gara possano essere firmati digitalmente. Si segnala che i 25 MB messi a disposizione per l'invio della documentazione richiesta risultano insufficienti data la mole di allegati. Si chiede la possibilità di poter trasmettere attraverso più pec quanto richiesto.

**RISPOSTA N.5:**

Il documento da restituire è il Disciplinare Tecnico.

Si conferma che tutti documenti di gara possono essere firmati digitalmente.

Si specifica che la documentazione richiesta dovrà essere concentrata in un'unica pec, rientrante nel range richiesto.

**QUESITO N.6:**

Si chiede di confermare il numero di lame, di 150.000 lamette a banda stretta e 25.000 lame a banda larga. Si chiede di conferma delle quantità intese per anno.

**RISPOSTA N.6:**

Si conferma il numero di 150.000 lamette a banda stretta e 25.000 lame a banda larga.

— —

Si confermano le quantità annue.

**QUESITO N.7:**


E' possibile fornire a titolo gratuito Anticorpi primari, quotando oltre al kit di rilevazione le sonde di ibridazione ISH ed i kit di farmaco diagnostica, in quanto trattasi di materiale ad elevato valore medico. Tali test infatti permettono di identificare pazienti elegibili a trattamenti farmacologici e sono pertanto sottoposti a validazione clinico diagnostico e non possono essere considerati uguali ad anticorpi di uso routinario.

E' possibile offrire strumentazione automatica di avanzata tecnologia comprendente coloratore con dispensazione dei reagenti su vetrino anziché a tecnica di immersione.

**RISPOSTA N.7:**

E' possibile offrire "alternative", sarà compito della Commissione Aggiudicatrice valutare quanto proposto in alternativa.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO



---

*(Dot. Aldo Albano)*

