

PROT. N. 15106/5

PALERMO, 13-11-2019

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI COMPLETI COMPRESIVA DELLA MANUTENZIONE FULL-RISK E DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LA UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA P.O. "V. CERVELLO".

RISCONTRO CHIARIMENTI.

### CHIARIMENTI

#### QUESITO N.1:

Si richiede la possibilità di poter prestare assistenza tecnica giornaliera dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00 in quanto la tipologia di macchina ed i laboratori finali di utilizzo generalmente non prevedono l'assistenza nel weekend.

#### RISPOSTA N.1:

E' sufficiente prestare assistenza tecnica giornaliera dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00.

#### QUESITO N.2:

**Relativamente al lotto n°1** e nello specifico alla stampante per cassette – punto 20 – richiesta la presenza di almeno 6 caricatori per l'utilizzo di diversi colori di cassette.

Si chiede se possibile considerare funzionalmente alternativa stampante ACP 160 capienza 40 unità di cassette a caricatore (160 unità in totale). Punto 21 – richiesta almeno 50 cassette per singolo caricatore - Si chiede se possibile considerare funzionalmente alternativa capienza 40 unità di cassette A caricatore (160 unità in totale). Punto 22 – richiesta presenza di stazione di scarico per alloggiare almeno 50 cassette stampate. Si chiede se possibile considerare funzionalmente alternativa stampante ACP160 dotata di vassoio per alloggiamento di 10 cassette stampate.

**Relativamente al lotto n°1** e nello specifico al Criostato punto 25 – richiesta controllo della temperatura della camera e del campione. Si chiede se possibile considerare funzionalmente alternativa regolazione continua fino a -35°C, con controllo elettronico ed indicazione della temperatura nominale e reale. Il controllo della temperatura è inteso solo della camera e non del campione. Punto 29 – richiesta sistema di aspirazione per allontanare le fette in eccesso. Si chiede se possibile considerare funzionalmente alternativa il criostato non dotato di tale dispositivo non essendo indispensabile per le funzioni dello stesso. Punto 30 – richiesta microtomo rotativo con modalità automatica e manuale. Si chiede se possibile considerare funzionalmente alternativa criostato non dotato di taglio automatico ma di taglio manuale con avanzamento del campione automatico.

#### RISPOSTA N.2:

**Lotto n°1 nello specifico alla stampante per cassette:**

**Punto 20** Richiesta presenza di almeno 6 caricatori per l'utilizzo di diversi colori di cassette: SI ACCETTA EQUIVALENZA.

**Punto 21:** Richiesta almeno 50 cassette per singolo caricatore: SI ACCETTA EQUIVALENZA.

**Punto 22:** Richiesta presenza di stazione di scarico per alloggiare almeno 50 cassette stampate: SI ACCETTA EQUIVALENZA.


**Lotto n°1 nello specifico al Criostato:**

**Punto 25:** Richiesta controllo della temperatura della camera e del campione: NON SI ACCETTA EQUIVALENZA.

**Punto 29:** Richiesta sistema di aspirazione per allontanare le fette in eccesso: SI ACCETTA EQUIVALENZA.

**Punto 30:** Richiesta microtomo rotativo con modalità automatica e manuale: NON SI ACCETTA EQUIVALENZA.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO



---

(Dott. Aldo Albano)

u