

PALERMO, 10-12-2019
PROT. 18327/5

OGGETTO: FORNITURA KIT TIPIZZAZIONE HLA DI CLASSE I E II CON METODO RAPIDO REAL TIME PCR-SSP
OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA E MALATTIE RARE P.O. CERVELLO - **CHIARIMENTI**

Quesito 1 :Nel capitolato della consultazione preliminare in oggetto sono descritte le caratteristiche dei kit da voi richiesti e si richiede a corredo del software di interpretazione un pc dedicato e stampante, come strumentazione intendete solo il pc dedicato e stampante o se deve essere anche fornita la strumentazione dedicata all'uso dei kit oggetto della consultazione preliminare di mercato.

Risposta quesito 1: Si conferma che si richiede a corredo del software di interpretazione un pc dedicato e stampante, per quanto riguarda la strumentazione, questa sarà oggetto di una separata procedura.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO



(Dott. Aldo Albano)