

Schema “caratteristiche tecniche minime”:

SISTEMA TELEVISIVO PE ENDOSCOPIA

Caratteristica richiesta	Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)	Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura proposta	Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze
1. dimensioni (larghezza x profondità): cm. 180 x 90 circa			
2. struttura in acciaio progettata per l'utilizzo in Laboratori Clinici Diagnostici;			
3. struttura piano di lavoro in acciaio inox AISI 304;			
4. piano di lavoro con aspirazione infero – posteriore;			
5. sistema filtrante ad elevata efficienza specifico per formalina con controllo elettronico del flusso di aspirazione;			
6. fornitura e sostituzione semestrale dei filtri per tutta la durata del periodo di garanzia Full-Risk richiesta (2 anni)			
7. lavandino incassato (dimensioni L x P x H – circa 35 x 35 x 16 cm) con rubinetto orientabile per l'acqua corrente e sistema tritarifiuti integrato;			
8. sistema di erogazione (con pedale) e scarico della formalina (con sistema di raccolta ed allarme di pieno carico) integrato nel piano di lavoro;			
9. schermi in materiale trasparente a protezione dell'operatore durante le operazioni di campionamento;			
10. cestino rifiuti aspirato / collegato al sistema di aspirazione dello strumento;			
11. sistema di illuminazione del piano di lavoro orientabile (alogeno/LED);			
12. bilancia pesa organi;			
13. lente di ingrandimento;			
14. mensola/e portaoggetti;			
15. piastra per dissezione in materiale sintetico;			
16. tavolo di lavoro motorizzato con regolazione in altezza del piano (al fine di garantire adeguata ergonomia all'operatore) pari a 90-120 cm circa;			

Caratteristica richiesta	Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)	Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura proposta	Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze
17. assistenza tecnica full risk per il periodo di garanzia (3 anni a partire dalla data di collaudo);			
18. conformità alle norme CE IVD 98/79;			
19. conformità alle norme EN vigenti;			
20. sistema di acquisizione digitale di immagini / video che abbia le seguenti caratteristiche: • Telecamera circa 20 Mega Pixel con sistema illuminazione integrato;			