

RDO N. 2482664 FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE AMBULATORIALE DI ISTEROSCOPIA OCCORRENTE ALLA UNITA' OPERATIVA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO"

## QUESITI E RISPOSTE

### **QUESITO N. 1**

In riferimento alla richiesta di accessorio allegato A1 "pinza da biopsia e da pesa semirigida con entrambe le ganasce mobili 5 charriere lunghezza 34 cm dotata di dispositivo per rotazione coassiale, si chiede se è da intendersi equivalente il medesimo accessorio con asta flessibile anziché rotante, in quanto lo stesso offre i medesimi gradi di libertà di azione.

### **RISPOSTA N. 1**

Si accettano prodotti equivalenti ai sensi della normativa vigente, la ditta concorrente deve allegare alla documentazione tecnica la dichiarazione di equivalenza del dispositivo offerto.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Aldo Albano

