

OGGETTO: CHIARIMENTI PER L'AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI UN ECOCARDIOGRAFO PORTATILE AD ALTISSIME PRESTAZIONI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA DIAGNOSI E CURA DELLO SCOMPENSO CARDIACO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO".

A Tutti gli operatori economici interessati

Di seguito a richiesta di chiarimenti pervenuta presso questa Stazione Appaltante per l'avviso di indagine di mercato in oggetto, si rende opportuno evidenziare che nel predisporre il capitolato tecnico e la relativa scheda tecnica, per mero errore di trascrizione, risultano presenti degli errori di trascrizione. Pertanto, con la presente, a chiarimento definitivo, si riportano correttamente i punti che si intende correggere:

- ↳ **Il punto 4** riporta erroneamente "Display digitale ad ampio campo visivo non inferiore a 5".
La corretta dicitura è: "Display digitale ad ampio campo visivo non inferiore a 15";
- ↳ **Il punto 12** riporta erroneamente "Comandi a tasto singolo di ottimizzazione automatica sia 21) che colore che Doppler del più alto numero di parametri inclusi: focalizzazione ed adattamento all'impedenza acustica del paziente".
La corretta dicitura è: "Comandi a tasto singolo di ottimizzazione automatica sia 2D che colore che Doppler del più alto numero di parametri inclusi: focalizzazione ed adattamento all'impedenza acustica del paziente";
- ↳ **Il punto 14** riporta erroneamente "Espandibilità futura con Modulo per Imaging 313.....".
La corretta dicitura è: "Espandibilità futura con Modulo per Imaging 3D";

Inoltre, per quanto sopra chiarito, si invitano gli operatori economici interessati a voler tener conto delle modifiche sopra esposte ed a voler trasmettere la propria manifestazione di interesse entro la data prevista negli atti di gara.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO



(Dott. Aldo Albano)