

PROT. N. 1515 /5

PALERMO, 14 GENNAIO 2021


Oggetto: Chiarimenti all'indagine di mercato inerente eventuale procedura biennale di contenitori portatili di Ossigeno liquido in Dewar.

A TUTTE LE DITTE CONCORRENTI

Con riferimento all'Avviso in oggetto si chiedono chiarimenti di seguito indicati:

- **Domanda 1: La quantità di bombole di ossigeno compresso da 1,5 mc per i casi d'emergenza richieste a pag.4 del Capitolato Tecnico dovranno essere fornite, una per tutta la fornitura o una per ogni reparto.**
 - **Risposta 1: Occorre che sia disponibile una bombola per ogni Unità Operativa.**
- distinti saluti.**

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO



(Dott. Aldo Albano)