

PROT. N. 7594/5

PALERMO, 05-03-2021

A TUTTE LE IMPRESE INTERESSATE

OGGETTO: RDO N. 2743222 PER LA FORNITURA STRUMENTARIO STORZ PER LE UNITA' OPERATIVE DI UROLOGIA E NEUROCHIRURGIA – CHIARIMENTI.

In merito alla RDO in oggetto, ed a seguito di richiesta chiarimenti, si comunica quanto segue:

RICHIESTA DI CHIARIMENTI:

1. Lotto n. 1 voci 4 e 5. I codici Storz indicati nelle voci 4 e 5 indicano soltanto la tipologia del manico che deve avere il porta aghi e non è indicato il codice del porta aghi richiesto RAP RAL RAO ecc... Vogliate indicare i codici esatti che danno impugnatura e morso e lunghezza. Vedi catalogo Storz pag. 244.
2. Lotto n. 2 voce 5. Nel lotto n. 2 alla voce 5 è richiesto cod. 28162 FK che non riscontriamo nei cataloghi Storz. Chiediamo verifica dell'articolo richiesto.

CHIARIMENTI:

1. Riguardo alla voce 4) trattasi di camicia per portaaghi Storz, riguardo alla voce 5) trattasi di manico per portaaghi Storz.
2. In relazione alla richiesta di chiarimenti lotto n. 2 voce 5, è richiesta una pinza da presa, semirigida con entrambe le ganasce mobili, lunghezza operativa 30 cm. diametro 1,3 mm. Tale strumento chirurgico per camicia operativa del neuroendoscopio corrisponde al codice 28162 FK. In alternativa anche uno strumento equivalente.

ASSISTENTE AMM. V.O.
Dott. Massimo Sanfilippo

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato

(Dott. Aldo Albano)