

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

N	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA)
LOTTO 1 - FILTRI			
1)	Filtri in PTFE vita operativa 2000cicli di sterilizzazione con foro centrale compatibili con container in nostra dotazione Aescoulap COD. JK 740 norme di riferimento UNI EN ISO 11607-1 e UNI EN 868-8 conforme alla direttiva dispositivi medici 2007/47/CE e 93/42/CEE e smi-classe I Sul fronte filtro dovranno essere riportate le seguenti diciture : marchio CE classificazione SPI spazio per inserimento data 1° utilizzo e data scadenza presunta, filtro vapore pluriuso.		
LOTTO 2 - LUBRIFICANTE			
1)	Lubrificante da 400 ml circa costituito a un preparato contenente olio sottoponibile al ciclo di sterilizzazione per strumentario chirurgico, in particolare per le parti di snodo.		
LOTTO 3 – SOLUZIONE SOLUBILE			
1)	Soluzione solubile in acqua per la pulizia e la rimozione di contaminazioni particolarmente forti ed ostinate particolarmente indicato per la pulizia dei containers in alluminio		
QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO			