

Schema “caratteristiche tecniche minime”:

Caratteristica richiesta	Indicare il possesso della caratteristica richiesta (SI/NO)	Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura proposta	Casella dove la ditta deve inserire il tipo di documento a comprova, la pagina ed il rigo in cui la specifica tecnica possa evincersi, nonché motivare le eventuali equivalenze
N°1 Carello elettrificato completo di trasformatore di isolamento, su ruote completo di cestello, ripiano e maniglia di trascinamento;			
N°1 computer con schermo video 23" touch screen ed 1 Tb di memoria completo di accessori e pedale;			
Software proctologico in grado di gestire il data base pazienti, il modulo per anuscopia ad alta risoluzione, il modulo di ecografia trans anale bidimensionale, il modulo di manometria anorettale ed un modulo di refertazione;			
Telecamera ad alta risoluzione con connessione usb, completa di pedale per la registrazione;			
N°1 manometro anorettale per esami di resting, squeeze, strain. Dotato di display da 3,5 pollici a colori e funzionamento tramite batterie ricaricabili della durata minima di 5 ore di funzionamento. Peso non superiore a 620 gr. Completo di connessione wireless alla stazione;			
Sonda per ecografia ad ultrasuoni a 12MHz in grado di generare immagini ad alta risoluzione a 360 gradi. Completa di tasto di attivazione nel manico e scala graduata per le valutazioni di profondità. Frequenza di campionamento tra 10 e 15 MHz. Completa di pedale USB per l'attivazione;			
N°400 pz. proctoscopio monouso adoperabile con la superiore HRA telecamera completo di guaina e introduttore			
N°100 pz. sonde press probe da adoperare per la manometria anorettale con punta traumatica completa di prob card per la registrazione dell'esame			