

PROT. N. 17380/5

PALERMO, 16/06/2024

A TUTTE LE IMPRESE INTERESSATE

**OGGETTO: RDO N. 2810403 PER LA FORNITURA TRIENNALE MEDIANTE CONTRATTO ESTIMATORIO DI RETI IN POLIPROPILENE TITANIZZATE PER LE UNITA' OPERATIVE DI SENOLOGIA E DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA".
N. GARA: 8143660 – CHIARIMENTI E PROROGA DATA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE.**

In merito alla RDO in oggetto, ed a seguito di richiesta chiarimenti, si comunica quanto segue:

RICHIESTA DI CHIARIMENTI:


- Si richiede in relazione ai lotti n. 2, n. 3 e n. 4 di modificare la dicitura “dimensione del poro 3,0 x 2,8” in maniera così specifica in quanto la misura richiesta del poro (dimensione specifica) identifica una caratteristica tecnica prerogativa di una sola azienda concorrente (Ditta XXXXXX). Tale descrizione così specifica non era stata da voi richiesta in fase di indagine di mercato, al fine di valutare la libera concorrenzialità, pertanto non è stato da noi possibile segnalarvi tale discrasia in fase di accertamento delle caratteristiche tecniche e della libera concorrenzialità. Tale caratteristica è già da voi contemplata nella dicitura “struttura macroporosa che permette una rapida colonizzazione” senza entrare nella specifica del poro, in quanto tale specifica apparirebbe un sofismo non giustificato sia nella colonizzazione dei tessuti e sia nell'utilizzo dei dispositivi di gara che nella riuscita dell'intervento chirurgico e, soprattutto, non permetterebbe una così ampia partecipazione alla gara o perlomeno non metterebbe le ditte in una situazione di equità. Non per ultimo tale richiesta così specifica è applicata su tutti i lotti, è totalmente incompatibile con le altre caratteristiche tecniche salienti che costituiscono la composizione tecnica dei prodotti contenuti nei lotti da voi richiesti (grammatura – dimensioni), rendendo i prodotti quasi non conformi. Pertanto vi chiediamo di ampliare il range della dimensione dei pori da 1 a 3 mm oppure lasciare la dicitura struttura macroporosa in modo tale da permettere la libera concorrenzialità.

CHIARIMENTI:


- Si chiarisce che le dimensioni specifiche dei pori hanno valore solamente indicativo e pertanto possono essere di 1-2 o 3 mm.
Le Reti titanizzate Mesh, nell'utilizzo nella specialità ginecologica, in modo da permettere una rapida colonizzazione, devono essere di struttura macroporosa.

Con la presente si comunica, altresì, la proroga della data di scadenza alle ore 12.00 del 25 giugno 2021.

Distinti saluti



IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO



(Dott. Aldo Albano)