

PROT. N. 21458 /5

PALERMO, 29/07/2021

OGGETTO: FORNITURA QUINQUENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI DI UROLOGIA PER LE UNITA' OPERATIVE DI UROLOGIA DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIANA , COSTITUITE IN FORMA CONSORZIATA.

Alle Imprese interessate alla gara a procedura aperta per la fornitura quinquennale di dispositivi medici di urologia per le Aziende del bacino occidentale della regione Siciliana

Con riferimento all'esperimento dell'indagine di mercato in oggetto, si comunica che a seguito di chiarimenti richiesti e al fine di non ledere il principio della par condicio si rende opportuno comunicare quanto segue:

QUESITI E RISPOSTE

QUESITO N.1

In merito al lotto 103 si può eliminare la voce sette?

RISPOSTA N.1

Si può eliminare la voce sette "la ditta aggiudicataria per il corretto stoccaggio dei prodotti in reparto, si impegna a fornire n.1 carrello e n. 1 tunnel per decontaminazione annuale."

QUESITO N.2

LOTTO 95: con riferimento al prodotto richiesto si chiede di voler confermare che necessitano 4 misure differenti e si chiede un dettaglio specifico/tecnico espresso in metrica (centimetri o millimetri) essendo le indicazioni M-ML-L-XL troppo generiche (cosicché le stesse non ci permettono di identificare correttamente il prodotto da offrire). In particolare, ove la misura c.d. "ML" dovesse riuscire a chiudere vasi sanguigni di diametro pari ad 1 mm è comunque necessaria una misura inferiore (c.d. "M")? In caso affermativo quale dovrebbe essere il diametro, così ridotto, che le clip dovrebbero essere in grado di chiudere? Sarebbe ammessa l'equivalenza con le sole tre misure M/L - L - XL?

RISPOSTA N.2

Si precisa che le misure dovranno essere di diametro compreso tra 2 e 16 mm

QUESITO N.3

LOTTO 200: il lotto indica di dover offrire polimeri derivanti da amido purificato vegetale di mais. Al contempo, però, nel sub lotto h si legge “gelatina suina”. Si chiedono chiarimenti in merito. Inoltre, giacché per quanto di nostra conoscenza tale dispositivo è solo in formato “in polvere” per sua natura strutturale” si chiedono chiarimenti circa le caratteristiche tecniche delle falde indicate nei sub-lotti a e b. S teme che tale lotto sia eterogeneo e, probabilmente a causa di refusi, includa prodotti differenti tra loro per i quali si chiede la divisione in lotti separati.

RISPOSTA N.3

In riferimento al lotto 200 si accetta la separazione della voce h “Emostatico ass. composto da Gelatina suina in forma fibrillare mis 7,5x5 cm” che diventa un lotto a se stante “LOTTO 200 BIS”

QUESITO N.4

In riferimento al Lotto n. 159 "*Medicazione sterile costituita da una schiuma di poliuretano, un tampone super-assorbente idrocapillare, una superficie di contatto in delicato silicone adesivo, leggermente adesivo a rimozione atraumatica*", con la presente siamo a domandare se, la medicazione di cui trattasi, è richiesta con o senza bordo adesivo

RISPOSTA N.4

La medicazione deve essere con bordo adesivo

QUESITO N.5

In relazioni ai dispositivi per stomia dei lotti 232-233-235-237 per i quali DPCM 12 gennaio 2017 Allegato 11 prevede:

4. Per l'erogazione degli ausili per stomia di cui alla classe 09.18 del nomenclatore allegato 2 al presente decreto, le regioni adottano modalità di acquisto e di fornitura che garantiscano agli assistiti la possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti inclusi nel repertorio più adeguati alle loro specifiche necessità e assicurano la funzione di rieducazione specifica.

Siamo a chiedere a codesto spett.le ente di considerare una aggiudicazione ad una pluralità di operatori economici/prodotti sulla base di un classifica premiante il miglior prezzo anziché un aggiudicazione ad un unico operatore/prodotto al fine di consentire il trattamento dei pazienti con i prodotti più adeguati alle loro specifiche necessità.

Al fine di rispettare il principio del “favor participationis”, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare pubbliche da parte degli operatori economici, in riferimento al Lotto 237 sublotto B “Pasta protettiva livellante - tubo da 60 gr”, in ragione del variabile contenuto in grammi del prodotto offribile da diversi operatori economici, si chiede di prevedere una valutazione del prezzo al grammo o, in alternativa prevedere di scorporare il lotto 237 affinché ogni singolo sublotto venga considerato disgiuntamente e la non partecipazione a un sublotto non comprometta la partecipazione all’intero lotto.

RISPOSTA N.5

Si scorpora il lotto 237 al fine di non compromettere la partecipazione all’intero lotto.


QUESITO N.6

Dalla descrizione, lotto 119, non riusciamo a capire il laser di riferimento.

RISPOSTA N.6

Il laser di riferimento è ODISSEY 30

Il Direttore UOC Provveditorato



(Dr. Aldo Albano)

