

**U.O.C. PROVVEDITORATO**  
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 24240/5

PALERMO, 03-09-2021

**OGGETTO:** AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI COMPLETI DI LABORATORIO COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK E DEL MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA OCCORRENTI ALLA UOSD LABORATORIO DI ONCOEMATOLOGIA E MANIPOLAZIONE CELLULARE E CITOGENETICA P.O. CERVELLO, ALLA U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. CERVELLO E P.O. VILLA SOFIA ALLA U.O.C. DI EMATOLOGIA PER LE MALATTIE RARE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI P.O. CERVELLO, SUDDIVISA IN 15 LOTTI. **CHIARIMENTI LOTTO NUMERO 15.**

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

In riferimento all'indagine di mercato di cui in oggetto, si è accertato di alcune inesattezze relative al lotto numero 15 avente oggetto :

**“Tecnologia di agglutinazione su colonna per Tipizzazione e screening anticorpale in colonna donatori (Donatori occasionali e periodici): Gruppo diretto e indiretto, Weak D fenotipo Rh/Kell, Cellano, R.A.I. 3 cellule, Identificazione anticorpi, Test di coombs e monospecifico, tipizzazione allargata fenotipo donatori e per gli accertamenti pre-trasfusionali di routine (Gruppo diretto e indiretto ,Weak D, fenotipo Rh/Kell, Cellano, R.A.I. 3 cellule, Identificazione anticorpi a 37° e Temperatura ambiente, ed enzima, Test di coombs diretto e monospecifico, tipizzazione allargata fenotipo paziente, prove di compatibilità a 37 °e T.A., tipizzazione gravide e neonati, titolazioni anticorpi naturali ed irregolari”** e di conseguenza si è proceduto ad effettuare le seguenti modifiche:

**Caratteristiche minime degli strumenti**

**SOSTITUIRE:** lo strumento di back up dovrà avere un carico di campioni a bordo non inferiore a 50 dovrà essere sostituito con:

Lo strumento di back up dovrà avere un carico di campioni a bordo non inferiore a 40

---


**Caratteristiche minime dei reagenti**

SOSTITUIRE: Test di coombs diretto monospecifico (IgG,IgA,IgM,C3c,C3d) (Complemento) con:

Test di coombs diretto monospecifico (IgG,IgA,IgM C3d) (Complemento)

Distinti saluti

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO



---

(Dott. Aldo Albano)