

U.O.C. PROVVEDITORATO
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 24661 /5

PALERMO, 08 SETTEMBRE 2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE ASPIRATORI CHIRURGICI PORTATILI PER L'UNITA' OPERATIVA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA SOFIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO".

CHIARIMENTI

QUESITO 1:

si chiede di confermare che la portata nominale dell'aspiratore, indicata negli atti dell'indagine di mercato, debba essere almeno pari a 234l/min.


QUESITO 2:

la caratteristica tecnica indicata nel capitolato speciale "portata nominale: almeno 234l/min" sembra anomala.

RISCONTRO

Si conferma il mero errore. La caratteristica corretta è: *Portata nominale : almeno 20 l/min circa;*

IL DIRETTORE U.O.C PROVVEDITORATO



Dr. Aldo Albano