

PROT. 34732/5

PA, 17-12-2021

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura quinquennale di materiale in plastica e vetreria per i laboratori di Patologia Clinica, Ematologia, Medicina Trasfusionale ed HLA Anatomia Patologica, Genetica Molecolare e Citogenetica, Procreazione Medicalmente Assistita, Microbiologia e CQRC dell'Azienda Ospedaliera "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO"

CHIARIMENTI

Alle Imprese interessate alla fornitura quinquennale di materiale in plastica e vetreria per i laboratori di Patologia Clinica, Ematologia, Medicina Trasfusionale ed HLA Anatomia Patologica, Genetica Molecolare e Citogenetica, Procreazione Medicalmente Assistita, Microbiologia e CQRC dell'Azienda Ospedaliera "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO"

Con riferimento all'indagine di mercato in oggetto, si comunica che a seguito di chiarimenti pervenuti e al fine di non ledere il principio della par condicio dei partecipanti si rende opportuno comunicare quanto segue:

QUESITI E RISPOSTE

QUESITO N. 1

Lotto 48: In merito a questo lotto viene richiesta una certificazione CE-IVD oltretutto prodotta da uno specifico ente. Si vuole far notare come richiedere questo livello di certificazioni per pipette e puntali si controproducente nei vostri confronti. Generalmente pipette e puntali sono prodotti ad uso generico di laboratorio (GLP) di conseguenza il richiedere questa certificazione comporterà una impossibilità di garantire una libera concorrenza tra le varie ditte e un incremento dei valori delle offerte associato alla riduzione della competizione.

In merito a questo allego la comunicazione ufficiale di STARLAB per chiarire ulteriormente l'argomento.

Si chiede quindi che in sede di gare non sia richiesta la certificazione CE-IVD.

RISPOSTA N. 1

Al fine di garantire una più ampia partecipazione alla procedura di gara non verrà richiesto il "Certificato di conformità S.I.T. e alle normative CE/IVD (98/79/CE) e CE/CEM (89/336/CEE)".

QUESITO N. 2

Lotto 48; Posizione 5 e 7: Si fa presente come il volume indicato delle pipette multicanali vada a selezionare specifiche aziende ledendo il principio della libera concorrenza su cui si fondano questa tipologia di gare. Si chiede la possibilità di offrire pipette con volume da 300ul oltre che da 200ul, che garantirebbero la copertura richiesta in ogni caso

RISPOSTA N. 2

Il range richiesto per le pipette in oggetto deve rimanere tale per esigenze dei singoli laboratori.

QUESITO N. 3

Lotto 48; Posizione 1, 2, 3, 10, 11, 12: Non sono chiari i quantitativi richiesti. Si chiede gentilmente di indicarne il valore riferito all'unità.

RISPOSTA N. 3

Si comunica che per mero errore non sono stati inseriti i quantitativi. I quantitativi annuale richiesti sono i seguenti:

Lotto 48; Posizione 1: Nr.15;

Lotto 48; Posizione 2: Nr. 20;

Lotto 48; Posizione 3: Nr. 13;

Lotto 48; Posizione 10: Nr. 60.000;

Lotto 48; Posizione 11: Nr. 160.000;

Lotto 48; Posizione 12: Nr. 90.000.

QUESITO N. 4

Lotti 72 e 76: si chiede di indicare il modello di Combitips richiesti e i modelli di pipette ripetitive utilizzate presso i vostri laboratori.

RISPOSTA N. 4

SITO WEB:
www.ospedaliriunitipalermo.it

—SEDE LEGALE:
Viale Strasburgo, 233
90146 – Palermo

U.O.C. PROVVEDITORATO
Viale Strasburgo, 233
90146 – Palermo

Tel.: +39 091 / 7808305

E-mail: approvvigionamenti@villasofia.it

PEC: appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

Lotti 72 e 76: I due lotti sono stati unificati in modo tale che l'azienda che fornisce le pipette ripetitive, fornisca anche i relativi combitips.


QUESITO N. 5

Lotti 46: sistemi filtranti, si chiede di fornire in tutte le posizioni presenti nel lotto informazioni circa la tipologia della membrana, ovvero il materiale richiesto, anche eventualmente fornendo un codice di riferimento per tutte le posizioni.

RISPOSTA N.

Lotto 46 la membrana deve essere in polivinilidenfluoruro (PVDF)

Il Direttore UOC Provveditorato



(Dr. Aldo Albano)

