

---

**U.O.C. PROVVEDITORATO**  
DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 4669/5

PALERMO, 16 FEB 2022

### CHIARIMENTI

**INDAGINE DI MERCATO PROT. N. 31433/5 DEL 16 NOVEMBRE 2021 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SENSORI DI ULTIMA GENERAZIONE PER MONITORAGGIO ATTIVITA’ CEREBRALE IN CORSO DI TEA CAROTIDEA PER L’UNITA’ OPERATIVA DI CHIRURGIA VASCOLARE.**

### CHIARIMENTI TECNICI

#### QUESITO 1)

La misura di differenza tra SpO2 ed rSO2 è una condizione indispensabile per partecipare?

#### RISCONTRO

La misurazione di differenza tra SpO2 ed rSO2 non è condizione indispensabile per la partecipazione alla consultazione in oggetto, in quanto oggetto del monitoraggio dell’attività cerebrale in corso di TEA CAROTIDEA il valore di Saturazione Tissutale Cerebrale del paziente.

---

#### QUESITO 2)

Il monitoraggio non invasivo della saturazione funzionale di ossigeno dell’emoglobina arteriosa (SpO2), considerato che è presente sui più comuni monitor di reparto, è una condizione indispensabile per partecipare?

#### RISCONTRO

Essendo valutata in continuo la saturazione funzionale di ossigeno dell’emoglobina dell’emoglobina arteriosa (SpO2) sui principali monitor del reparto, tale prerogativa non è condizione indispensabile per la partecipazione alla consultazione in oggetto;

---

**QUESITO 3)**

Il monitoraggio cerebrale di profondità di Sedazione ed Anestesia è una condizione indispensabile per partecipare?

**RISCONTRO**

Il monitoraggio cerebrale di profondità di Sedazione ed Anestesia non è una condizione indispensabile per partecipare alla consultazione in oggetto, essendo già disponibile tale tipo di monitoraggio in reparto.

---

**QUESITO 4)**

La misurazione della pressione arteriosa non invasiva e della temperatura è una condizione indispensabile per partecipare?

**RISCONTRO**

Essendo valutate la pressione arteriosa non invasiva e la temperatura sui principali monitor paziente di reparto, tale prerogativa non è condizione indispensabile per la partecipazione alla consultazione in oggetto.

---

**QUESITO 5)**

L'utilizzo del pulsossimetro staccabile, con relativa misurazione in continua di SpO2 e FC è una condizione indispensabile per partecipare?


**RISCONTRO**

Essendo presente il pulsossimetro tascabile con relativa misurazione in continua di SpO2 e FC, sui principali monitor paziente di reparto, tale prerogativa non è condizione indispensabile per la partecipazione alla consultazione in oggetto.

Distinti Saluti.

**ASSISTENTE AMM.VO**  
**Dott. Massimo Sanfilippo**

Il Direttore UOC Provveditorato



---

(Dr. Aldo Albano)