
U.O.C. PROVVEDITORATO

DIRETTORE DOTT. ALDO ALBANO

PROT. N. 6495/5

PALERMO, 08/03/2022

CHIARIMENTI

**RDO N. 2966069 PER LA FORNITURA DI CALZARI PER L'U.O.C. DI FARMACIA –
CODICE CIG: 91107447C9.**

CHIARIMENTI TECNICI

QUESITO 1)

EN ISO 13982- 1:2005(type 5). Si comunica che la norma di riferimento in oggetto si applica per gli indumenti a totale copertura (tipo tuta) e non è applicabile sui calzari. Si prega di depennarla.

RISCONTRO

Per mero refuso di stampa sono state inserite le norme tecniche relative alle tute in Tyvek in sostituzione della norma di riferimento EN14126.

QUESITO 2)

E' possibile offrire il prodotto con le medesime caratteristiche in TNT anziché Tyvek?

RISCONTRO

I calzari richiesti devono essere in Tyvek come da capitolato.

QUESITO 3)

Vi chiediamo se è possibile quotare calzari di altro materiale che non sia il Tyvek?

RISCONTRO

I calzari richiesti devono essere in Tyvek come da capitolato.

QUESITO 4)

Si chiede se la richiesta di EN ISO 13982- 1:2005 sia necessaria in quanto la norma si riferisce a capi di indumento per l'intero corpo, ed è stata sostituita dalla EN ISO 13982-1 2011.

RISCONTRO

Per mero errore di refuso di stampa è stata indicata la norma EN 13982-1 2005, ma deve essere sostituita dalla norma EN 13982-1 2011.

QUESITO 5)


In base alle norme richieste per i gambali di tipo 4B/5B/6B si evince che gli stessi si intendono DPI di III Categoria. Nella relazione tecnica si chiede di inserire CND e RDM relative ai dispositivi medici. Trattasi di refuso?

RISCONTRO

Per mero refuso di stampa sono state inserite le voci CND e RDM che sono specifiche dei dispositivi medici e non dei DPI richiesti.


ASSISTENTE AMM.VO
Dott. Massimo Sanfilippo

Il Direttore UOC Provveditorato



(Dr. Aldo Albano)